



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ (VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)

ČÁST 14 – HYPOTERMICKO-HYPERTERMICKÝ PŘÍSTROJ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/218/CN22	ČÍSLO JEDNACÍ:	177/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000828
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00010049				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0026 (1PUH9BVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice			IČO:	26361078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva Ing. Petr Liškář, MBA – místopředseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Krondák			E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

tímto Vás žádáme o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace pro část 14 – Hypotermicko-hypertermický přístroj. V příloze č. 2 ZD "Technická specifikace_DN_ZP2" uvádíte mimo jiné následující parametry:

- včetně příslušenství, tj. 3 celotělové a 2 hlavové podložky (Zadavatel bude akceptovat příkrývky, které zároveň chladí či ohřívají i hlavu, v různých velikostech, jen pokud lze chladit hlavu zvlášť, tedy bez současného použití celotělové příkrývky)
- kompatibilita příslušenství se stávajícím systémem Blanketrol 3 – možnost záměny používaných podložek (zadavatel nebude vyžadovat kompatibilitu při dodržení dodání výše uvedeného příslušenství (min. 3 chladicí celotělové + 2 hlavové podložky ke každému přístroji)

Tazatel by rád nabídl propracovaný hypotermicko-hypertermický přístroj, který disponuje vysokou účinností a pokrytím až 80 % těla pacienta na bázi jednorázových wrapů, tj. není možné chladit pouze hlavu pacienta, což je v souladu s výsledky publikovanými v odborné literatuře, kdy se jako nejvíce ideální jeví právě celotělový teplovní management pacienta (hlava+ tělo+nohy).

Případně nabídnutý přístroj oproti poptávanému přístroji disponuje režimem „Pressure relief“, který výrazně zvyšuje bezpečí pacienta z hlediska možného vzniku lokálních omrzlin. Zároveň by případně nabídnutý přístroj mohl nabídnout další výhody (dotyková obrazovka, grafy teploty, mnohem vyšší frekvence měření teploty a automatické nastavování teploty pacienta, přizpůsobení výchozího nastavení, menší rozměry apod.).

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat nabídku na hypotermicko-hypertermický přístroj bez chlazení hlavy zvlášť a bez kompatibility se systémem Blanketrol 3?

Pevně věříme, že zadavatel vyhoví dotazům a umožní účast více uchazečům s nabídkou moderního přístroje, který v řadě parametrů poptávaný přístroj překonává a nabízí lepší parametry.?

Odpověď zadavatele č.1:

Zadavatel trvá na uveřejněné technické specifikaci a nebude tedy akceptovat nabízené řešení.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace