



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ
(VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ
TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ
TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST 15 – CTG PŘÍSTROJ – KARDIOTOKOGRAF, CTG PŘÍSTROJ – KARDIOTOKOGRAF VYŠŠÍ TŘÍDY**

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/218/CN22	ČÍSLO JEDNACÍ:	178/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000847
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00010067				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0026 (1PUH9BVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice			IČO:	26361078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva Ing. Petr Liškář, MBA – místopředseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Krondák			E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

zadavatel požaduje u položky "CTG přístroj-kardiotokograf" i "CTG přístroj-kardiotokograf vyšší třídy" záznam na termocitlivý i faxový papír formát A4. Námi nabízené přístroje umožňují záznam na termocitlivý rastrový papír, akceptuje zadavatel toto řešení ?

Odpověď zadavatele č.1:

Zadavatel bude akceptovat záznam pouze na termocitlivý papír.

Dotaz č. 2:

Zadavatel uvádí u parametrů US sondy intenzitu – méně jak 10mV/cm². Domníváme se, že se jedná o překlep, akceptuje zadavatel hodnoty uvedené v mW/m²?

Odpověď zadavatele č.1:

Dle zadavatele je vyjádřená jednotka 10 mW/cm² správná.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje „sací okruh“. Touto funkcí námi nabízené kardiokardiografy nedisponují, akceptuje zadavatel nabídku kardiokardiografu bez této funkcionality?

Odpověď zadavatele č. 3:

Zadavatel akceptuje dodání přístroje bez sacího okruhu.

Dotaz č. 4:

Zadavatel dále požaduje napájecí kabel i adaptér. Bude zadavatel akceptovat pouze napájecí kabel?

Odpověď zadavatele č. 4:

V případě, že bude mít nabízený přístroj atest na napájení pouze pomocí napájecího kabelu, netrvá zadavatel na přítomnosti adaptéru.

Lhůta pro podání nabídek se se prodlužuje do 10.2.2023 do 10:00 hodin.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace