



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ
(VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ
TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPIKÁ
TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)**

ČÁST 8 – AUTOMATICKÁ DEZINFektor

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/218/CN22	ČÍSLO JEDNACÍ:	176/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000745
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00009967				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0026 (1PUH9BVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice			IČO:	26361078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva Ing. Petr Liškář, MBA – místopředseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Krondák			E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel z vlastní iniciativy mění technickou specifikaci této části zadávacího řízení.

Upravená technická specifikace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Z důvodu změny technické specifikace nebude zadavatel odpovídat na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5. 1. 2023, která odkazovala na původně zveřejněnou technickou specifikaci. Znění doručené žádosti je uvedeno níže.

Dotaz č. 1:

S odvoláním se na Vaši výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s názvem “Zdravotnické přístroje Domažlické nemocnice II. vyhlášení – část 8 – automatický dezinfektor” a související zadávací dokumentaci, respektive technickou specifikaci předmětu zakázky žádáme o vyjádření zadavatele k technické specifikaci automatického dezinfektoru.

Bude zadavatel akceptovat obdobné technické řešení části 8 automatický dezinfektor, splňující medicínální účel?

Charakteristika a technické údaje námi nabízeného automatického dezinfektoru:

- Počítačem řízený mycí a dezinfekční automat (reprocesor) flexibilních endoskopů
- 1 velká prosklená mycí a dezinfekční komora z armádního polymeru s antibakteriálním nástřikem pro dlouholetou životnost
- Termochemická dezinfekce endoskopů na bázi kys. peroctové PAA (Peracetic Acid)
- Možnost závěrečného proplachu izopropylalkoholem
- Monitorování a kontrola až 8mi kanálků nezávisle na sobě včetně testu těsnosti po celou dobu mycího a dezinfekčního cyklu
- Rychlost kompletního mycího cyklu cca. 20 minut, cyklus HLD 12 minut
- Dotyková obrazovka 15" s intuitivním ovládáním, možnost SW v českém jazyce
- Automatická identifikace pomocí RFID technologie
- 100% kompatibilita použití pro endoskopy různých známých výrobců běžně dodávaných a používaných značek flexibilních endoskopů
- Integrovaná tiskárna pro tisk validovaného štítku, USB výstupy, záznamy uložené v PC
- Permanentní kontrola stavu chemikálií a monitoring jejich účinnosti
- Závěrečný oplach flexibilního endoskopu Aqua purificata
- Funkce závěrečného sušení endoskopů, profouknutí kanálků filtrovaným vzduchem
- Kompletně ponořený endoskop, sprej v mycí a dezinfekční komoře
- Bezdotykové ovládání víka mycí a dezinfekční komory
- Splňuje normu ISO-15883-1, ISO-15883-4, normu ISO/TS-15883-5 v kompletním znění
- Hmotnost 75 kg
- Elektrické připojení 230 V, 50 Hz
- Připojení na rozvod pitné vody

Námi nabízené řešení nijak nesnižuje kvalitativní nároky na automatický dezinfektor flexibilních endoskopů, naopak u dezinfektoru je kladen důraz na vysoký stupeň dezinfekce a sterilizace flexibilních endoskopů, uživatelsky nenáročné ovládání, minimalizaci času cyklu mytí a dezinfekce (reprocesu) flexibilních endoskopů s tiskem validovaného protokolu z integrované tiskárny.

Bude zadavatel akceptovat toto technické řešení splňující medicínský účel?

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 10. 2. 2023 do 10:00 hodin.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace