



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ
(VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ
TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ
TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST 5 – LINEÁRNÍ DÁVKOVAČ**

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/218/CN22	ČÍSLO JEDNACÍ:	251/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000742
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00009964				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0026 (1PUH9BVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice			IČO:	26361078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva Ing. Petr Liškář, MBA – místopředseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Krondák			E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Příloha č. 2 ZD_Technická specifikace obsahuje jako jeden z parametrů „Nastavitelný limit okluzního tlaku v 11 krocích po 100 ml Hg v rozsahu 100-900 mm Hg“.

Bude prosím zadavatel akceptovat nastavitelný limit okluzního tlaku v rozsahu 150 – 900 mm Hg, s krokem po 75 mm Hg? Okluzní tlak 100 mm Hg nelze ve většině případů použít, výjimkou může být pouze použití při neonatologické péči při minimální rychlosti dávkování. Tento rozsah je dle našich zkušeností v nemocničním prostředí plně dostačující?

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č. 2:

Příloha č. 2 ZD_Technická specifikace obsahuje jako jeden z parametrů VZ pro lineární dávkovače „stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chrání všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze.“

Dle ČSN EN 60529 značí číslice 3 stupeň ochrany proti vniknutí cizích předmětů na škále 0 až 6, která je vzhledem k výše uvedenému požadavku irelevantní a číslice 2 stupeň ochrany proti vniknutí vody na škále 0 až 9, kterou zadavatel požaduje. Stupeň krytí proti vniknutí vody je testován v laboratorních podmínkách na destilovanou vodu, nikoliv na dezinfekci/infuzi, což jsou roztoky s jinou viskozitou, obsahem solí, cukrů, apod. Laboratorní zkouška tedy neodpovídá reálným podmínkám v nemocnici. Rozhodující dle našeho názoru je reálná zkušenost s daným přístrojem v provozu a ta je u našich přístrojů pozitivní. K reklamacím z důvodu zatečení prakticky nedochází. Stupeň IP X2 je dle našich zkušeností naprosto dostačující a chrání před vniknutím tekutiny i v poloze s nakloněním 15°. Bude zadavatel prosím akceptovat stupeň krytí IP X2?

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č. 3:

Příloha č. 1 ZD – Krycí list_DN_ZP2 obsahuje pole s popisem *CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (NABÍDKOVÁ CENA ZA PŘÍSTROJ za uvedený počet ks + NABÍDKOVÁ CENA ZA PROVEDENÍ 1 PBTK ZA 1 ks PO DOBU POZÁRUČNÍHO SEVISU NESMÍ PŘEKROČIT PŘEDPOKLÁDANOU HODNOTU DANÉ ČÁSTI)*, ale vzorec počítá pouze s cenou za 1 přístroj.

Prosím tedy o objasnění, zda platí popis nebo vzorec?

Odpověď zadavatele č. 3:

Pro hodnotící kritérium č. 1 Nabídková cena dodavatel uvede celkovou nabídkou cenu za uvedený počet přístrojů (tj. 28 ks) – buňka D18

Dotaz č. 4:

Bude zadavatel akceptovat dodání sériových čísel až při dodání zboží?

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel bude akceptovat dodání sériových čísel až po dodání zboží.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 13. 2. 2023.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace