



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ
(VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ
TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ
TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST 12 – ANESTEZIOLOGICKÝ PŘÍSTROJ VČETNĚ MONITORACE**

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/218/CN22	ČÍSLO JEDNACÍ:	299/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000826
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00010047				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0026 (1PUH9BVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice			IČO:	26361078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva Ing. Petr Liškář, MBA – místopředseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Krondák			E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, zadavatel tímto odpovídá:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v Příloze č. 2 Technická specifikace pro část 12:

„pojízdný přístroj s hlavní pracovní deskou, osvětlení pracovního prostoru a prostoru odpařovačů ovládané stmívačem. Přídavná a sklápěcí pracovní deska. Nastavitelné rameno pro vak ruční ventilaci, rameno pro management kabelů“

Možnost umístění vaku pro ruční ventilaci usnadňuje anesteziologovi práci, protože si polohu vaku může nastavit podle své pozice (v sedě před přístrojem s možností ventilovat kolena, nebo ve stoje u pacienta).

Zadavatel neuvádí, v jakém rozsahu má být nastavitelné rameno pro ruční vak.

Uchazeč se domnívá, že zadavatel vyžaduje možnost nastavovat polohu vaku pomocí ramene jak ve vertikálním, tak i horizontálním směru.

Je tento předpoklad uchazeče správný?

Odpověď zadavatele č. 1:

Předpoklad uchazeče je správný. Navrhované řešení splňuje požadavky zadavatele.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje v Příloze č. 2 Technická specifikace pro část 12:

„Parametry ventilátoru anesteziologického přístroje:

barevná dotyková obrazovka umístěná na rameni, min. velikost uhlopříčky 38 cm s multifunkčním mechanickým ovladačem včetně kláves rychlého přístupu“

Rozumíme požadavku zadavatele na řešení s umístěním ovládací obrazovky na rameno a možnost jejího natáčení, což významně usnadňuje práci anesteziologovi, protože si může obrazovku natočit podle své aktuální pozice (v sedě u přístroje, či ve stoje u hlavy pacienta).

Zadavatel však neuvádí, jaké parametry otáčení má úchyt splňovat.

Uchazeč žádá o upřesnění. Uchazeč předpokládá, že zadavatel požaduje umístění obrazovky na pohyblivé rameno tak, aby bylo možné natočení obrazovky o minimálně 90 stupňů vůči rameni, s možností otočení obrazovky i s ramenem o 180 stupňů a možností horizontálního náklonu o 15 stupňů podle pozice anesteziologa v sedě či ve stoje, bez použití nářadí.

Je tento předpoklad uchazeče správný?

Odpověď zadavatele č. 2:

Předpoklad uchazeče je správný. Navrhované řešení splňuje požadavky zadavatele.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 20. 2. 2023 do 10:00 hodin.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace