



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE II. VYHLÁŠENÍ
(VZDUCHOTECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE, LABORATORNÍ
TECHNIKA, GYNEKOLOGICKÁ TECHNIKA, INFUZNÍ TECHNIKA, ENDOSKOPICKÁ
TECHNIKA, DEZINFEKČNÍ TECHNIKA, REHABILITAČNÍ TECHNIKA)
ČÁST 12 – ANESTEZIOLOGICKÝ PŘÍSTROJ VČETNĚ MONITORACE**

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/218/CN22	ČÍSLO JEDNACÍ:	306/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000743
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00009965				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0026 (1PUH9BVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice			IČO:	26361078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - předseda představenstva Ing. Petr Liškář, MBA – místopředseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Jan Krondák			E-MAIL:	jan.krondak@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, zadavatel tímto odpovídá:

Dotaz č. 1:

Rádi bychom se účastnili výběrového řízení části 6 této veřejné zakázky, bohužel některé body zadávací dokumentace, resp. kupní smlouvy nejsme schopni splnit. Z tohoto důvodu Vás žádáme o zvážení změny podmínek pro splnění zadávací dokumentace.

Body, které naše společnost není schopna splnit:

- 1) Naše společnost nemá oprávnění pro elektrické revize (bod 4.4 Kupní smlouvy a nabídková cena za provedení 1 BTK v Krycím listu), bylo by možné odstranit elektrické revize z kupní smlouvy?
- 2) Pro provádění BTK nabízíme službu Easy BTK, kdy přepravce vyzvedne přístroj v ordinaci, doveze jej do servisního střediska a po provedení kontroly je přístroj doručen zpět do ordinace. V bodech 4.4 a 4.5 Kupní smlouvy a v Krycím listu je však uvedeno, že pro výpočet ceny pozáruční BTK je třeba započítat i náklady na dopravu, vč. času stráveného na cestě, tedy se předpokládá provedení BTK přímo v místě plnění.

3) Veškeré servisní úkony týkající se daného přístroje jsou prováděné v servisním středisku. Přístroj je vyzvednut přepravní službou a dovezen do servisního střediska, po opravě je přepravcem doručen zpět do místa plnění. V bodě 7.9 Kupní smlouvy prosíme o odstranění věty " Bude-li to připouštět charakter vady, je Prodávající povinen odstranit vadu v místě plnění." Ze stejného důvodu žádáme o odstranění či změnu části "od příjezdu servisního technika na místo plnění" v bodě 7.10 kupní smlouvy.

4) Stupeň ochrany proti vniknutí vody je pro daný přístroj IPX0, tedy bez ochrany proti vodě. Jedná se o jediný bod technické specifikace, v němž námi nabízený přístroj nevyhovuje, prosím o přehodnocení zadání.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel trvá na podmínkách uvedených v Návrhu kupní smlouvy a Technické specifikaci.

Dotaz č. 2:

tímto bychom chtěli požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k části 6 - Transkutánní bilirubinometr.

Zadavatel stanoví, že nabídková cena za přístroj (za stanovený počet ks) + nabídková cena za 1 PBTK za 1ks po dobu pozáručního servisu dané části VZ nesmí překročit předpokládanou hodnotu této části veřejné zakázky uvedenou ve čl. 2.2 ZD, která pro část 6 činí 162 300,- Kč bez DPH.

Z důvodu současné ekonomické situace na trhu bychom chtěli požádat o navýšení předpokládané hodnoty pro část 6 alespoň o 25%.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku, která překročí současnou předpokládanou hodnotu pro část 6?

Odpověď zadavatele č. 2:

Zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu této část VZ na 202 875,- Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 20. 2. 2023 do 10:00 hodin.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace