

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE A VYLOUČENÍ DODAVATELE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ TECHNIKA Část 2 – Kolposkop standardní					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/94/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	1258/23/CN	SYSTÉMOV É ČÍSLO VZ:	P22V00000306
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9531.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/275708				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288448-2022:TEXT:EN:HTML&src=0				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0013 (1qGF99VZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLLO:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice			IČO:	26361078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Dominika Komašková, právnička			E-MAIL:	dominika.komaskova @cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel tímto

rozhodl o zrušení

rozhodnutí o výběru dodavatele k předmětné části veřejné zakázky ze dne 13. 1. 2023.

Dále v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“),

rozhodl o vyloučení

dodavatele **MIKRO, spol. s r.o., IČO: 41604326**, se sídlem Lísky 1022/94, Komín, 624 00 Brno, ze zadávacího řízení, protože jím předložené údaje nesplňují zadávací podmínky.

Odůvodnění:

V příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Technická specifikace byl stanoven parametr:

*- zabudovaná high resolution kamera přímo **uvnitř kolposkopu** a možnost výstupu do PC i na externí monitor*

Zadavatel dne vyzval dodavatele k objasnění jiných parametrů vyplývajících z technické specifikace. Dodavatel v rámci své odpovědi objasnil i výše uvedený parametr a doplnil k němu:

- ANO, ale integrovaná vně na fototubusu

Uvedené řešení nesplňuje zadávací podmínky a zadavatel považuje výše uvedenou úpravu parametru v rámci objasnění za materiální změnu nabídky, která je nepřípustná.

Zadavatel na základě těchto důvodů rozhodl o vyloučení dodavatele na základě § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ. Námitky musí být doručeny do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

V Domažlicích

Ing. Zdeněk Švanda

předseda představenstva
Domažlická nemocnice, a.s.

za zadavatele

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.

místopředseda představenstva
Domažlická nemocnice, a.s.

za zadavatele