

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE A VYLOUČENÍ DODAVATELE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ

Část 1 Laboratorní lednice

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/107/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	1464/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000482
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9706.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/290392				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:464112-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0001 (1AVNysVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDL:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice			IČO:	26361078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDL:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová			E-MAIL:	michaela.bervidova@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj laboratorních kapacit CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0016982				

Zadavatel tímto

rozhodl o zrušení

rozhodnutí o výběru dodavatele k předmětné části veřejné zakázky ze dne 24. 1. 2023.

Dále v souladu s § 48 odst. 8 a § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“),

rozhodl o vyloučení

dodavatele **Unimed Praha, s.r.o.**, IČO: 14891344, se sídlem Ve Stromkách 41, 252 50 Vestec, ze zadávacího řízení, protože jím předložené údaje nesplňují zadávací podmínky.

Odůvodnění:

V příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Technická specifikace byl stanoven parametr:

- *Teplotní rozsah v chladící části min. +2°C až +8°C*

Dodavatel v doplněné Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace uvedl teplotní rozsah „od +3°C až +16°C“. Stejný teplotní rozsah je uveden také v technickém listu, který dodavatel přiložil k nabídce.

Uvedený rozsah teplot nesplňuje zadávací podmínky, a to ani při uvážení povolené tolerance +/- 10%, jelikož nedosahuje požadované dolní hranice teploty.

Zadavatel z výše uvedeného důvodu rozhodl o vyloučení dodavatele na základě § 48 odst. 8 ve spojení s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ. Námitky musí být doručeny do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

V Domažlicích

Ing. Zdeněk Švanda

předseda představenstva
Domažlická nemocnice, a.s.

za zadavatele

Ing. Ondřej Provalil, MBA

člen představenstva
Domažlická nemocnice, a.s.

za zadavatele