

## ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE A VYLOUČENÍ DODAVATELE

### NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ

### Část 9 Třepačka

|                                |                                                                                                                                                               |                   |            |                        |                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|----------------------------|
| SPISOVÁ<br>ZNAČKA:             | CN/107/CN/22                                                                                                                                                  | ČÍSLO<br>JEDNACÍ: | 1465/23/CN | SYSTÉMOVÉ<br>ČÍSLO VZ: | P22V00000482               |
| ODKAZ E-ZAK:                   | <a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9715.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9715.html</a>                                                 |                   |            |                        |                            |
| ODKAZ VVZ:                     | <a href="https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/290392">https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/290392</a>                       |                   |            |                        |                            |
| ODKAZ TED:                     | <a href="https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:464112-2022:TEXT:CS:HTML">https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:464112-2022:TEXT:CS:HTML</a>             |                   |            |                        |                            |
| Číslo VZ v systému<br>MS2014+: | VZ 0001 (1AVNysVZ)                                                                                                                                            |                   |            |                        |                            |
| <b>ZADAVATEL:</b>              | <b>Domažlická nemocnice, a.s.</b>                                                                                                                             |                   |            |                        |                            |
| <b>SÍDL:</b>                   | Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01<br>Domažlice                                                                                                          |                   |            | <b>IČO:</b>            | 26361078                   |
| <b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>    | Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva<br>MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva<br>Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva |                   |            |                        |                            |
| <b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>         | Martin Karásek, vedoucí technického oddělení                                                                                                                  |                   |            |                        |                            |
| <b>ADMINISTRÁTOR:</b>          | <b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>                                                                                               |                   |            |                        |                            |
| <b>SÍDL:</b>                   | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň                                                                                                                               |                   |            | <b>IČO:</b>            | 72046635                   |
| <b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>    | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka                                                                                                                              |                   |            |                        |                            |
| <b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>         | Mgr. Bc. Michaela Bervidová                                                                                                                                   |                   |            | <b>E-MAIL:</b>         | michaela.bervidova@cnpk.cz |
| <b>DRUH VZ:</b>                | dodávky                                                                                                                                                       | <b>REŽIM VZ:</b>  | nadlimitní | <b>DRUH ŘÍZENÍ:</b>    | otevřené                   |
| <b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>       | IROP 2014 – 2020, REACT-EU:<br>Domažlická nemocnice - rozvoj laboratorních kapacit<br>CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0016982                                      |                   |            |                        |                            |

Zadavatel tímto

### rozhodl o zrušení

rozhodnutí o výběru dodavatele k předmětné části veřejné zakázky ze dne 24. 1. 2023.

Dále v souladu s § 48 odst. 8 a § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“),

## rozhodl o vyloučení

dodavatele **Unimed Praha, s.r.o.**, IČO: 14891344, se sídlem Ve Stromkách 41, 252 50 Vestec, ze zadávacího řízení, protože jím předložené údaje nesplňují zadávací podmínky.

### Odůvodnění:

V příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Technická specifikace byl stanoven parametr:

- *Rozměry: 100x100 mm*

Dodavatel v doplněné Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace uvedl rozměry „80x90x150 mm“. Stejně rozměry jsou uvedeny také v technickém listu, který dodavatel přiložil k nabídce.

Uvedené rozměry nesplňují zadávací podmínky, a to ani při uvážení povolené tolerance +/- 10%, jelikož z uvedených rozměrů je v rámci tolerance +/- 10 % pouze rozměr 90 mm. Ostatní dva rozměry – tj. 80 mm a 150 mm nesplňují požadavky zadavatele.

Zadavatel z výše uvedeného důvodu rozhodl o vyloučení dodavatele na základě § 48 odst. 8 ve spojení s § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

### Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ. Námitky musí být doručeny do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

V Domažlicích

---

**Ing. Zdeněk Švanda**

předseda představenstva  
Domažlická nemocnice, a.s.

za zadavatele

---

**Ing. Ondřej Provalil, MBA**

člen představenstva  
Domažlická nemocnice, a.s.

za zadavatele