

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZVZ“) v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále „vyhláška“)

ZADAVATEL:	„Sdružení zadavatelů – Dodávka CT“ 1. zadavatel – Stodská nemocnice, a.s. 2. zadavatel – Rokycanská nemocnice, a.s.
SÍDLO:	Hradecká 600, 333 01 Stod
IČO/DIČ:	26361086 / CZ26361086
ZASTOUPENÝ:	MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Stodské nemocnice, a.s. MUDr. Hana Perková, MBA, předsedkyně představenstva Rokycanské nemocnice, a.s.
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
„Dodávka počítačového tomografu pro Stodskou nemocnici, a.s. a Rokycanskou nemocnici, a.s.“	
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky realizovaná v otevřeném řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 ZVZ	
Veřejná zakázka je v souladu s § 98 ZVZ rozdělena na 2 části:	
1. část – Dodávka 1 ks počítačového tomografu pro Stodskou nemocnici, a.s. 2. část – Dodávka 1 ks počítačového tomografu pro Rokycanskou nemocnici, a.s.	

Sp.zn.: CN/46/CN/15

Č.j.: 2825/15/CN

A.1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení (§ 86 odst. 2 ZVZ)

Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny	Stodská nemocnice, a.s. a Rokycanská nemocnice, a.s. uzavřely dne 10.2.2015 v souladu s § 2 odst. 9 smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů, když zadávají veřejnou zakázku pod označením „Sdružení zadavatelů – Dodávka CT“. Obě zdravotnická zařízení poskytují zdravotní služby jako služby obecného hospodářského zájmu. V zájmu zkvalitnění těchto služeb je žádoucí pořídit pro obě nemocnice počítačové tomografy (CT přístroje), které v současné době v nemocnicích zcela chybí. Nákup nových CT přístrojů zajistí zejména lepší dostupnost tohoto v dnešní době již standardního vyšetření pro pacienty ze spádových území, což povede k zefektivnění a zkvalitnění péče a zvýšení bezpečnosti a komfortu pacientů s ohledem na odstranění nutnosti jejich transportu za účelem provedení tohoto vyšetření do jiných zdravotnických zařízení.
---	---

Popis předmětu veřejné zakázky	Předmětem veřejné zakázky je dodání celkem 2 ks nového počítačového tomografu (CT) včetně dopravy, instalace, zaškolení, předinstalační přípravy a pozáručního servisu. Předmětem veřejné zakázky je v části 1 VZ dodání 1 ks nového počítačového tomografu (CT) pro Stodskou nemocnici, a.s. a v části 2 VZ dodání 1 ks nového CT pro Rokycanskou nemocnici, a.s. Součástí dodávky v obou částech je doprava, instalace, zaškolení, předinstalační příprava a pozáruční servis.
Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele	Předmět veřejné zakázky zahrnuje dodávku celkem 2 ks CT přístrojů ve dvou částech VZ. V případě úspěšné realizace veřejné zakázky budou obě zdravotnická zařízení disponovat novými počítačovými tomografy (CT přístroji) a bude tak naplněn záměr spočívající ve zkvalitnění zdravotních služeb poskytovaných v obou nemocnicích jako služeb obecného hospodářského zájmu. Typem přístroje, příslušenstvím a personálním vybavením budou v obou nemocnicích vytvořena CT pracoviště základního typu bez ambicí na suplování těch vyšetření, která jednoznačně spadají do kompetencí klinických pracovišť. Spolupráce s klinickými pracovišti bude nadále pokračovat, zároveň ale bude možné bez zbytečných průtahů samostatně provést vyšetření jednoduššího charakteru a tím ulehčit vytížení klinických pracovišť. Velmi kladnou odezvu lze očekávat od pacientů, neboť dojde k odbourání komplikací s dopravou, doprovody a dlouhou čekací dobou spojenou s vyšetřením v jiném zdravotnickém zařízení. Zcela nepochybně dojde i ke změně vnímání kvality a komplexnosti zdravotní péče v obou nemocnicích.
Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky	část 1 a část 2 VZ nejpozději do 31.12.2025 (včetně pozáručního servisu); předpokládaný termín dodání CT přístrojů: - část 1 VZ (Stodská nemocnice, a.s.) - do 8 týdnů po účinnosti uzavřené kupní smlouvy; nejpozději však do 31.12.2015 - část 2 VZ (Rokycanská nemocnice, a.s.) - do 8 týdnů po účinnosti uzavřené kupní smlouvy; nejpozději však do 31.12.2015

A.2. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky

Změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) v popisu vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky,	Upřesnění předpokládaného termínu splnění veřejné zakázky: zahájení plnění: - 1. část (Stodská nemocnice, a.s.): červen 2015 - 2. část (Rokycanská nemocnice, a.s.): červen 2015 dodání nového 1 ks CT: - 1. část (Stodská nemocnice, a.s.): do 8 týdnů po účinnosti kupní smlouvy - 2. část (Rokycanská nemocnice, a.s.): do 8 týdnů po účinnosti kupní smlouvy délka pozáručního servisu: 48 měsíců (4 roky) – v obou částech VZ
--	---

oproti předběžnému oznámení	V ostatních položkách nedošlo ke změně.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.	V případě nerealizace veřejné zakázky nebudou zdravotnická zařízení disponovat kvalitními CT přístroji a nedojde ke zlepšení lékařské péče.
Varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky.	Plánový cíl je možno dosáhnout vyhlášením veřejné zakázky v otevřeném řízení, které je přístupné neomezenému okruhu dodavatelů. V transparentním otevřeném řízení lze očekávat finanční úsporu, která vznikne v důsledku účasti více dodavatelů.
Vymezení, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle	Vyhlášení veřejné zakázky v otevřeném řízení je splněn zákonný požadavek, aby potřeby veřejného zadavatele byly realizovány soutěží v zadávacím řízení. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky (nepovinný údaj)	Další informace se neuvádí.

B. Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky (§ 3 odst. 1 vyhlášky)

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Zadavatel nepožaduje takový rozsah kvalifikace.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.)	Zadavatel nepožaduje takový rozsah kvalifikace.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu.	Zadavatel toto nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu.	Zadavatel toto nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání.	Zadavatel toto nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení dokladu prokazujícího shodu	Zadavatel toto nepožaduje.

požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem.	
---	--

C.1. Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky (§ 4 vyhlášky)

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů.	Lhůta splatnosti není delší než 30 dnů.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.	Zadavatel požaduje po vybraném uchazeči buď garanci výrobce CT přístroje nebo případně doložení pojistné smlouvy pro zajištění povinností vyplývajících ze servisní smlouvy. Důvodem je zajistit údržbu CT přístroje v rámci pozáručního servisu i v případě, pokud uchazeč zanikne.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky.	Zadavatel toto nepožaduje.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící záruční lhůtu delší než 24 měsíců.	Zadavatel požaduje záruku na CT přístroje v délce min. 60 měsíců. Tato prodloužená záruka za jakost byla zvolena z důvodu, že se jedná o výkonné zdravotnické přístroje, které budou delší období sloužit pacientům. Standardní záruka 24 měsíců je z tohoto pohledu nevyhovující. Po uplynutí záruky 60 měsíců bude dodavatel poskytovat ještě pozáruční servis v délce 48 měsíců.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení.	Zadavatel v návrhu smlouvy požaduje smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny příslušného CT za každý den prodlení s dodáním CT přístroje. Důvodem je zájem na včasné dodávce přístroje v roce 2015. Zadavatel v návrhu kupní smlouvy a návrhu smlouvy o pozáručním servisu požaduje smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každých 24 hodin, kdy CT přístroj nebyl v provozu. Povinnost dodavatele zprovoznit CT přístroj do 48 hodin od oznámení poruchy je pro zadavatele zásadní, přísná smluvní sankce má zajistit připravenost dodavatele ihned zasáhnout a uvést přístroj do funkčního stavu, aby nebyl ohrožen provoz oddělení.
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.	Zadavatel toto nepožaduje.
Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek. (Zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky ve vztahu ke svým potřebám a rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.)	Další obchodní podmínky jsou stanoveny dle dosavadních zkušeností zadavatele a zdravotnických zařízení PK a jsou obsaženy v návrhu kupní smlouvy a v návrhu servisní smlouvy.

C.2. Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky (§ 5 vyhlášky)

Technická podmínka	Odůvodnění technické podmínky
---------------------------	--------------------------------------

Požadavky na CT přístroje (čl. II. Zadávací dokumentace a Příloha č. 1 ZD)	Jedná se o zdravotnické přístroje, které musí splňovat přísné požadavky a technické normy, aby nebylo ohroženo zdraví a život pacientů.
---	---

D.1. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií (§ 6 vyhlášky)

Hodnotící kritérium	Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH – váha 100 %	V každé části VZ se hodnotí v tomto kritériu nejnížší celková nabídková cena za dodávku 1 ks CT přístroje včetně montáže a zajištění pozáručního servisu. Výše nabídkové ceny je základním hodnotícím kritériem, neboť pro zadavatele je důležitá úspora finančních prostředků.

D.2. Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele (§ 6 vyhlášky)

Způsob hodnocení	Odůvodnění
Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH	Zadavatel zvolil kritérium nejnížší nabídkové ceny v Kč bez DPH z důvodu úspory finančních prostředků. Současně zadavatel stanovil minimální technické požadavky takovým způsobem, aby bylo zajištěno dodání kvalitních a funkčních CT přístrojů.

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky (§ 7 vyhlášky)

Hodnota	Odůvodnění
36 000 000,- Kč bez DPH	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena v souladu na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění, když zadavatel porovnal ceny CT přístrojů na trhu a přičetl náklady na montáž a pozáruční servis.

Ve Stodě dne 14. 4. 2015

V Rokycanech dne 14. 4. 2015


MUDr. Alan Sutnar, Ph.D.
předseda představenstva
Stodská nemocnice, a.s.
za 1. zadavatele


MUDr. Hana Perková, MBA
předsedkyně představenstva
Rokycanská nemocnice, a.s.
za 2. zadavatele

