

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2

ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice
IČO/DIČ:	26361078/ CZ26361078
ZÁPIS v OR:	KS v Plzni, oddíl B, vložka 1073
ZASTOUPENÝ:	Ing. Alena Vyrutová, předsedkyně představenstva
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČO/DIČ:	72046635/CZ72046635
ZASTOUPENÝ:	Ing. Jiří Heran, ředitel
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
„Domažlická nemocnice, a.s. – obnova CT přístroje“	
NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY ZADÁVANÁ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 21 ODS. 1 PÍSM. A) A § 27 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE „ZVZ“)	

Sp. zn.: CN/200/CN/15
Č.j.: 10643/15/CN

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „**Domažlická nemocnice, a.s. – obnova CT přístroje**“, Ev.č. VVZ 521563, poskytuje zadavatel **Domažlická nemocnice, a.s.**, Kozinova 292, 344 22 Domažlice, IČO: 26361078, prostřednictvím administrátora Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň, IČO: 72046635, **dodatečné informace** k zadávacím podmínkám v souladu s § 49 odst. 4 ZVZ.

Na základě předchozích dotazů a podnětů zadavatel provedl opětovnou kontrolu zadávacích podmínek, přehodnotil požadavky na technické parametry CT přístroje, aby nebyly diskriminační a byla zajištěna otevřenější soutěž mezi dodavateli. Zadavatel se z vlastní vůle rozhodl změnit některá ustanovení zadávacích podmínek a jejich příloh:

I.

Zadavatel **mění** svoji odpověď na Dotaz č. 1, kterou poskytl v Dodatečných informacích č. 1 ze dne 26.11.2015.

Původní Dotaz č.1:

Úvod dotazu: „Po prostudování zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce „Domažlická nemocnice, a.s. – obnova CT přístroje“ zveřejněné v informačním systému pod evidenčním číslem: 521563, nám vznikly určité nejasnosti, přičemž se nám jeví, že některé z uváděných parametrů poskytují neopodstatněnou konkurenční výhodu pouze jednomu z potencionálních uchazečů. Z tohoto důvodu máme tyto doplňující dotazy k zadávací dokumentaci:

V „příloze č. 2 – Technická specifikace“ jsou uvedeny následující požadavky na parametry detektorového systému, rentgenky a tlakového injektoru:

- Počet snímaných axiálních řezů současně za jednu otáčku ≥ 64
- Minimální dosažitelná kolimace ve spirálním modu ve všech 64 skenovaných vrstvách současně $\leq 0,65\text{mm}$
- Skenovací rozsah stolu $\geq 160\text{cm}$
- Barevné LCD diagnostické monitory pro paralelní prohlížení a zpracování snímků, 2 ks LCD monitory $\geq 21"$

- Tlakový injektor kontrastní látky s třemi válci pro aplikaci kontrastní látky a fyziologického roztoku
- Celková efektivní tepelná kapacita anody, nebo ekvivalent ≥ 6 MHU

Dotaz č. 1: „Požaduje zadavatel plných 64 fyzických detektorových řad, přičemž lze nabídnout systém, který 64 řad dopočítává během jedné otáčky při použití reálných 32 použitelných detektorových řad?“

Předchozí odpověď zadavatele v Dodatečných informacích č. 1: ~~Zadavatel trvá na splnění požadavku „počet snímaných axiálních řezů současně za jednu otáčku ≥ 64 “, a to buď dodáním systému s detektorem obsahujícím minimálně 64 fyzických detektorových řad nebo lze nabídnout systém s minimálně 32 fyzickými detektorovými řadami a s technologií rozmítaného ohniska v ose z.~~

Nová platná odpověď zadavatele na předchozí dotaz: Zadavatel trvá na splnění požadavku „počet snímaných axiálních řezů současně za jednu otáčku ≥ 64 “, a to pouze dodáním systému s detektorem obsahujícím minimálně 64 fyzických detektorových řad. Nebude akceptován systém s minimálně 32 fyzickými detektorovými řadami a s technologií rozmítaného ohniska v ose z.

Odpověď zadavatele směřuje k technickému požadavku v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace: „1. Počet snímaných axiálních řezů současně za jednu otáčku (360°) ≥ 64 “ v bodě 1. CT skener.

II.

Zadavatel mění svoji odpověď na Dotaz č. 4, kterou poskytl v Dodatečných informacích č. 1 ze dne 26.11.2015.

Původní Dotaz č.4:

„Umožní zadavatel dodávku diagnostické stanice se 2ks 19" LCD monitorů, místo požadovaných 21" LCD monitorů? Standardní rozlišení pro CT diagnostiku je 1280 x 1024 v nativním rozlišení, u standardních medicínských monitorů tomuto odpovídá 19" úhlopříčka.“

Předchozí odpověď zadavatele v Dodatečných informacích č. 1: ~~Zadavatel trvá na úhlopříčce 21".~~

Nová platná odpověď zadavatele na předchozí dotaz: Zadavatel bude akceptovat vedle požadovaných 21" LCD monitorů také 19" LCD monitory.

V této souvislosti zadavatel **mění** Přílohu č. 2 – Technická specifikace, a to **řádek 11.** v bodě **2. Aplikacní software diagnostické stanice** (oddíl III. Další požadované parametry) následovně:

11.	Barevné LCD diagnostické monitory pro paralelní prohlížení a zpracování snímků	2 ks LCD monitory $\geq 19"$
-----	--	------------------------------

Zadavatel **mění** Přílohu č. 3 – Vlastní technická specifikace uchazeče, a to **řádek 11.** v položce „**Požadovaný parametr Aplikacní software diagnostické stanice**“ následovně:

11.	Barevné LCD diagnostické monitory pro paralelní prohlížení a zpracování snímků	2 ks LCD monitory $\geq 19"$	=VYPLNÍ UCHAZEČ=
-----	--	------------------------------	-------------------------

III.

Zadavatel podává vysvětlení k požadavku na tlakový injektor.

Podle informací zadavatele existují alespoň 2 výrobci injektorů se 3 válci (event. hlavami), tj. pro požadovanou aplikaci dvou kontrastních látek a fyziologického roztoku. Nabízený injektor musí splňovat požadovaný medicínský účel, což zaručí injektor se 3 válci, nicméně zadání může vyhovět i jiný přístroj na podobném principu (např. na bázi dvou válců a vaku, umožňující aplikaci 2 kontrastních látek a fyziologického roztoku).

Odpoověď zadavatele směřuje k technickému požadavku v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace: „1. Tlakový injektor kontrastní látky s třemi válci pro aplikaci kontrastní látky a fyziologického roztoku ANO“ v bodě 3. Příslušenství.

IV.

Zadavatel v rámci instalace CT přístroje **požaduje dodání „Předvolených protokolů“**, které slouží k rychlejšímu a kvalitnějšímu zaškolení zaměstnanců RDG oddělení. Z toho důvodu se na konec článku II.2. bodu A. (Obecné vymezení) Zadávací dokumentace **doplňuje** věta:

„Zadavatel vyžaduje k rychlejšímu a kvalitnějšímu zaškolení zaměstnanců RDG oddělení, aby při instalaci CT přístroje uchazeč dodal jako součást vybavení „Předvolené protokoly“ (programy) pro vyšetření, která se budou na oddělení provádět. Na RDG oddělení Domažlické nemocnice a.s. vypracované MRS (místní radiologické standardy) určují provádění CT vyšetření podle „Předvolených protokolů“, a to:

CT hlavy, mozku, orbit, VD a obličej – nativně

CT krku, angio karotid – s k.l.

CT hrudníku - nativně a s k.l.

AG plic s k.l.

HRCT plic

CT břicha-nativně a s k.l.

AG ledvin

CT pánve – nativně (seq. a spirálně) a s k.l.

CT páteře – nativně a s k.l.

CT horních a dolních končetin nativně a s k.l.

AG dolních a horních končetin

AG ledvin

AG aorty

CT 3. nebo 4. fázové epigastrium“

Na konec bodu A. Obecné vymezení čl.3.1. Přílohy č. 4 ZD (Závazný návrh kupní smlouvy) se **doplňuje** věta:

„Kupující vyžaduje k rychlejšímu a kvalitnějšímu zaškolení zaměstnanců RDG oddělení, aby při instalaci CT přístroje Prodávající dodal jako součást vybavení „Předvolené protokoly“ (programy) pro vyšetření, která se budou na oddělení provádět. Na RDG oddělení Domažlické nemocnice a.s. vypracované MRS (místní radiologické standardy) určují provádění CT vyšetření podle „Předvolených protokolů“, a to:

CT hlavy, mozku, orbit, VD a obličej – nativně

CT krku, angio karotid – s k.l.

CT hrudníku - nativně a s k.l.

AG plic s k.l.

HRCT plic

CT břicha-nativně a s k.l.

AG ledvin

CT pánve – nativně (seq. a spirálně) a s k.l.

CT páteře – nativně a s k.l.

CT horních a dolních končetin nativně a s k.l.

AG dolních a horních končetin

AG ledvin

AG aorty

CT 3. nebo 4. fázové epigastrium“

V.

Zadavatel **upřesňuje** ustanovení čl.3.3. Přílohy č. 4 Zadávací dokumentace – Závazný návrh kupní smlouvy, když článek 3.3. **nově zní**:

„3.3. *Nedílnou součástí předmětu plnění je dodání předmětu koupě do místa plnění, instalace a montáž, uvedení do provozu včetně prověření bezchybné funkčnosti, výměna dosavadního přístroje s likvidací a zaškolení zaměstnanců. **Prodávající provede školení v rozsahu min. 10 pracovních dní (8 hodin denně), když důkladně a řádně zaškolí 4 lékaře a 8 laborantů, aby byli schopni kvalifikovaně nový CT přístroj ovládat a používat. Po provedení zaškolení (instruktáže) Proávající o tomto vyhotoví dokumentaci, kterou předá Kupujícímu k archivaci. Proávající současně Kupujícímu předá kompletní dokumentaci k dodávanému CT přístroji, která je potřebná pro řádné užívání.***“

VI.

V souvislosti s provedenými změnami zadávacích podmínek se zadavatel **rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 26. 1. 2016 do 09:00 hodin**. Ustanovení čl.VIII.1. Zadávací dokumentace se nahrazuje tímto zněním:

„**VIII.1. Lhůta pro podání nabídek**

Lhůtu pro podání nabídek stanoví zadavatel do **26. 1. 2016 do 09:00 hodin**.“

VII.

Ostatní ustanovení zadávacích podmínek se nemění.

Vzhledem k tomu, že zadavatel změnil zadávací podmínky a tato změna by mohla rozšířit okruh možných dodavatelů, **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku do 26. 1. 2016 do 09:00 hodin**.

V Plzni dne 4. 12. 2015

Centrální nákup, ④
příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635

Mgr. Richard Volín

Centrální nákup, příspěvková organizace

za administrátora