

ZÁPIS O TESTOVÁNÍ VZORKŮ

Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
vedený:	u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	45333009
Zastoupený:	MUDr. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Lékařské rukavice pro jednorázové použití pro ZZSPK	
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do II. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	

1 UŽITNÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI - POPIS

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky z hlediska 2 subkritérií:

b1 – Komfort při práci - bude posuzován komfort při pracovních činnostech v rukavicích, tj. především:

- citlivost rukou při dotýkání se předmětů přes rukavice,
- komfort rukavic při suchém a mokrému úchopu předmětů,
- snadná oddělitelnost jednotlivých rukavic od sebe při vyndávání z balení,
- odolnost rukavic proti poškození při práci (úchop a přenášení předmětů).

b2 – Navlékání rukavic - bude posuzována snadnost a časová náročnost potřebná pro navlékání rukavic bez poškození/protrhnutí/shrnutí rukavic.

Vzorky budou testovány výjezdovými skupinami v provozních podmínkách. Testujícím osobám budou přiděleny neoznačené vzorky. Testující osoby po skončení testovacího období přidělí jednotlivým vzorkům známku dle níže uvedeného popisu (1 až 4, kde 1 je nejlepší). Známky pro jednotlivé vzorky budou sečteny a vyděleny počtem testujících osob, čímž vznikne průměrná známka za každé subkritérium (b1, b2). Znamka může být udělena i jako mezistupeň (např. 1-). Mezistupeň bude hodnocen polovinou bodů součtu obou sousedících známek (např. 1- bude hodnocena jako 1,5). Přidělení známek bude slovně odůvodněno.

Popis známkování

Subkritérium	Znamka	Popis
b1	1	ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je bezproblémová, při úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují
	2	ruce přes navlečené rukavice pociťují nižší citlivost než u známky 1, suché a mokré rukavice umožňují dobrý úchop a přenos předmětů s občasným mírným klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je horší než u známky 1, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k mírnému poškození
	3	ruce přes navlečené rukavice pociťují malou nebo žádnou citlivost, suché a mokré rukavice umožňují špatný a obtížný úchop a přenos předmětů s častým klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je obtížná a časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k častému poškození
	4	ruce přes navlečené rukavice nepociťují žádnou citlivost, suché a mokré rukavice velmi kloužou při úchopu a přenosu předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je vzhledem k účelu velice obtížná a velice časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k velmi častému poškození

b2	1	nejlépe/nejsnadněji navlékané rukavice, optimálně vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování
	2	navlékání rukavic je méně komfortní, dobře vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování, příp. byl poškozen max. 1 ks testovaných rukavic
	3	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou ještě dostačující, při navlékání dochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 2 ks testovaných rukavic)
	4	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou nedostačující, při navlékání dochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 3 ks testovaných rukavic)

2 UŽITNÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI – ZNÁMKY A ODŮVODNĚNÍ

č.	s.	známka	odůvodnění
1	b1	3	Rukavice jemné, málo odolné proti mechan. záležit.
	b2	3	Navlékání nesnadné.
2	b1	2-	Dobrá citlivost, dobrý uchop.
	b2	2-	Navlékání snadné.
3	b1	3	Stejně jako vzorek (1)
	b2	3	" - " - "
4	b1	1	Velmi dobrá citlivost.
	b2	1	Navlékání velmi snadné.
5	b1	2-	Stejně jako vzorek (2)
	b2	2-	" - " - " - "
6	b1	2	Dobrá citlivost.
	b2	1	Navlékání velmi snadné.

3 PODPISY TESTUJÍCÍCH OSOB

uvedte jméno a příjmení

dr. Souček

uvedte jméno a příjmení

ZÁPIS O TESTOVÁNÍ VZORKŮ	
Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
vedený:	u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	45333009
Zastoupený:	MUDr. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Lékařské rukavice pro jednorázové použití pro ZZSPK	
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do II. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	

1 UŽITNÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI - POPIS

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky z hlediska 2 subkritérií:

b1 – Komfort při práci - bude posuzován komfort při pracovních činnostech v rukavicích, tj. především:

- citlivost rukou při dotýkání se předmětů přes rukavice,
- komfort rukavic při suchém a mokrému úchopu předmětů,
- snadná oddělitelnost jednotlivých rukavic od sebe při vyndávání z balení,
- odolnost rukavic proti poškození při práci (úchop a přenášení předmětů).

b2 – Navlékání rukavic - bude posuzována snadnost a časová náročnost potřebná pro navlékání rukavic bez poškození/protrhnutí/shrnutí rukavic.

Vzorky budou testovány výjezdovými skupinami v provozních podmínkách. Testujícím osobám budou přiděleny neoznačené vzorky. Testující osoby po skončení testovacího období přidělí jednotlivým vzorkům známku dle níže uvedeného popisu (1 až 4, kde 1 je nejlepší). Známky pro jednotlivé vzorky budou sečteny a vyděleny počtem testujících osob, čímž vznikne průměrná známka za každé subkritérium (b1, b2). Znamka může být udělena i jako mezistupeň (např. 1-). Mezistupeň bude hodnocen polovinou bodů součtu obou sousedících známek (např. 1- bude hodnocena jako 1,5). Přidělení známek bude slovně odůvodněno.

Popis známkování

Subkritérium	Znamka	Popis
b1	1	ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je bezproblémová, při úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují
	2	ruce přes navlečené rukavice pociťují nižší citlivost než u známky 1, suché a mokré rukavice umožňují dobrý úchop a přenos předmětů s občasným mírným klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je horší než u známky 1, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k mírnému poškození
	3	ruce přes navlečené rukavice pociťují malou nebo žádnou citlivost, suché a mokré rukavice umožňují špatný a obtížný úchop a přenos předmětů s častým klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je obtížná a časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k častému poškození
	4	ruce přes navlečené rukavice nepociťují žádnou citlivost, suché a mokré rukavice velmi kloužou při úchopu a přenosu předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je vzhledem k účelu velice obtížná a velice časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k velmi častému poškození

	1	nejlépe/nejsnadněji navlékané rukavice, optimálně vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování
	2	navlékání rukavic je méně komfortní, dobře vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování, příp. byl poškozen max. 1 ks testovaných rukavic
	3	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou ještě dostačující, při navlékání dochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 2 ks testovaných rukavic)
	4	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou nedostačující, při navlékání dochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 3 ks testovaných rukavic)

2 UŽITNÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI – ZNÁMKY A ODŮVODNĚNÍ

č.	s.	známka	odůvodnění
1	b1	1-	ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, při opatrném úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují
	b2	2-	navlékání rukavic je méně komfortní, dobře vyhovují práci v terénu, při navlékání byl poškozen 1 ks testovaných rukavic, při styku s ostrým předmětem došlo snadno k protržení (záměrně dlouhý ostřejší nehet)
2	b1	1	ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, při úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují
	b2	1	nejlépe a nejsnadněji navlékané rukavice, optimálně vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování
3	b1	1-	ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, při opatrném úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují
	b2	2-	navlékání rukavic je méně komfortní, dobře vyhovují práci v terénu, při navlékání byl poškozen 1 ks testovaných rukavic, došlo snadno k protržení při styku s ostrým předmětem
4	b1	1	ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, při úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují
	b2	2-	navlékání rukavic je méně komfortní, dobře vyhovují práci v terénu, při navlékání byl poškozen 1 ks testovaných rukavic, došlo snadno k protržení při styku s ostrým předmětem
5	b1	1	ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, při úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují
	b2	1	nejlépe a nejsnadněji navlékané rukavice, optimálně vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování
6	b1	1	ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, při úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují
	b2	2	navlékání rukavic je méně komfortní, dobře vyhovují práci v terénu, při navlékání byl poškozen 1 ks testovaných rukavic

3 PODPISY TESTUJÍCÍCH OSOB

MUDr. Jana VIDUNOVÁ

uved'te jméno a příjmení

uved'te jméno a příjmení

ZÁPIS O TESTOVÁNÍ VZORKŮ	
Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
vedený:	u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	45333009
Zastoupený:	MUDr. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Lékařské rukavice pro jednorázové použití pro ZZSPK	
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do II. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	

1 UŽITNÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI - POPIS

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky z hlediska 2 subkritérií:

b1 – Komfort při práci - bude posuzován komfort při pracovních činnostech v rukavicích, tj. především:

- citlivost rukou při dotýkání se předmětů přes rukavice,
- komfort rukavic při suchém a mokrému úchopu předmětů,
- snadná oddělitelnost jednotlivých rukavic od sebe při vyndávání z balení,
- odolnost rukavic proti poškození při práci (úchop a přenášení předmětů).

b2 – Navlékání rukavic - bude posuzována snadnost a časová náročnost potřebná pro navlékání rukavic bez poškození/protrhnutí/shrnutí rukavic.

Vzorky budou testovány výjezdovými skupinami v provozních podmínkách. Testujícím osobám budou přiděleny neoznačené vzorky. Testující osoby po skončení testovacího období přidělí jednotlivým vzorkům známku dle níže uvedeného popisu (1 až 4, kde 1 je nejlepší). Známky pro jednotlivé vzorky budou sečteny a vyděleny počtem testujících osob, čímž vznikne průměrná známka za každé subkritérium (b1, b2). Znamka může být udělena i jako mezistupeň (např. 1-). Mezistupeň bude hodnocen polovinou bodů součtu obou sousedících známek (např. 1- bude hodnocena jako 1,5). Přidělení známek bude slovně odůvodněno.

Popis známkování

Subkritérium	Znamka	Popis
b1	1	ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je bezproblémová, při úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují
	2	ruce přes navlečené rukavice pociťují nižší citlivost než u známky 1, suché a mokré rukavice umožňují dobrý úchop a přenos předmětů s občasným mírným klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je horší než u známky 1, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k mírnému poškození
	3	ruce přes navlečené rukavice pociťují malou nebo žádnou citlivost, suché a mokré rukavice umožňují špatný a obtížný úchop a přenos předmětů s častým klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je obtížná a časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k častému poškození
	4	ruce přes navlečené rukavice nepociťují žádnou citlivost, suché a mokré rukavice velmi kloužou při úchopu a přenosu předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je vzhledem k účelu velice obtížná a velice časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k velmi častému poškození

b2	1	nejlépe/nejsnadněji navlékané rukavice, optimálně vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování
	2	navlékání rukavic je méně komfortní, dobře vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování, příp. byl poškozen max. 1 ks testovaných rukavic
	3	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou ještě dostačující, při navlékání dochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 2 ks testovaných rukavic)
	4	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou nedostačující, při navlékání dochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 3 ks testovaných rukavic)

2 UŽITNÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI – ZNÁMKY A ODŮVODNĚNÍ

č.	s.	známka	odůvodnění
1	b1	2	rukavice klovitou, jsou tenké a snadno se pošou
	b2	3	nelze je navléci na silnější ruce
2	b1	2	horší citlivost ale je dostačující
	b2	1	pevná dobře se navlékají
3	b1	3	velmi citlivé jsou
	b2	2	navlékáním dobře
4	b1	2	horší citlivost
	b2	2	pevné
5	b1	2	horší citlivost
	b2	2	pevné
6	b1	3	horší citlivost
	b2	2	středně pevné

3 PODPISY TESTUJÍCÍCH OSOB

Bc. Pavel Němec, DiS.

uvedte jméno a příjmení

uvedte jméno a příjmení

ZÁPIS O TESTOVÁNÍ VZORKŮ	
Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
vedený:	u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	45333009
Zastoupený:	MUDr. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Lékařské rukavice pro jednorázové použití pro ZZSPK	
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do II. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	

1 UŽITNÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI - POPIS

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky z hlediska 2 subkritérií:

b1 – Komfort při práci - bude posuzován komfort při pracovních činnostech v rukavicích, tj. především:

- citlivost rukou při dotýkání se předmětů přes rukavice,
- komfort rukavic při suchém a mokrému úchopu předmětů,
- snadná oddělitelnost jednotlivých rukavic od sebe při vyndávání z balení,
- odolnost rukavic proti poškození při práci (úchop a přenášení předmětů).

b2 – Navlékání rukavic - bude posuzována snadnost a časová náročnost potřebná pro navlékání rukavic bez poškození/protrhnutí/shrnutí rukavic.

Vzorky budou testovány výjezdovými skupinami v provozních podmínkách. Testujícím osobám budou přiděleny neoznačené vzorky. Testující osoby po skončení testovacího období přidělí jednotlivým vzorkům známku dle níže uvedeného popisu (1 až 4, kde 1 je nejlepší). Znamky pro jednotlivé vzorky budou sečteny a vyděleny počtem testujících osob, čímž vznikne průměrná známka za každé subkritérium (b1, b2). Znamka může být udělena i jako mezistupeň (např. 1-). Mezistupeň bude hodnocen polovinou bodů součtu obou sousedících známek (např. 1- bude hodnocena jako 1,5). Přidělení známek bude slovně odůvodněno.

Popis známkování

Subkritérium	Znamka	Popis
b1	1	ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je bezproblémová, při úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují
	2	ruce přes navlečené rukavice pociťují nižší citlivost než u známky 1, suché a mokré rukavice umožňují dobrý úchop a přenos předmětů s občasným mírným klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je horší než u známky 1, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k mírnému poškození
	3	ruce přes navlečené rukavice pociťují malou nebo žádnou citlivost, suché a mokré rukavice umožňují špatný a obtížný úchop a přenos předmětů s častým klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je obtížná a časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k častému poškození
	4	ruce přes navlečené rukavice nepociťují žádnou citlivost, suché a mokré rukavice velmi kloužou při úchopu a přenosu předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je vzhledem k účelu velice obtížná a velice časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k velmi častému poškození

b2	1	nejlépe/nejsnadněji navlékané rukavice, optimálně vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování
	2	navlékání rukavic je méně komfortní, dobře vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování, příp. byl poškozen max. 1 ks testovaných rukavic
	3	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou ještě dostačující, při navlékání dochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 2 ks testovaných rukavic)
	4	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou nedostačující, při navlékání dochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 3 ks testovaných rukavic)

2 UŽITNÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI – ZNÁMKY A ODŮVODNĚNÍ

č.	s.	známka	odůvodnění
1	b1	2	Rukavice slabé, hrozí protržení, dobrý cit
	b2	2-	Hůře se oblékají, shrnují se
2	b1	2-	Menší citlivost v rukou, z mokrých rukavic kloužou předměty
	b2	1	Ze všech testovaných vzorků se nejlépe oblékají, velmi pevné
3	b1	2-	Rukavice slabé, hrozí jejich protržení, dobrá citlivost
	b2	3	Shrnují se, snadno se protřnou
4	b1	1	Dobrá citlivost v rukavicích
	b2	1	Dobře se oblékají, dobře drží na ruku, neshrnují se
5	b1	2	Menší citlivost v rukavicích, rukavice jsou ale pevné
	b2	2	Rukavice působí gumově, hůře se oblékají, shrnují se
6	b1	1-	Rukavice slabé, dobrý cit
	b2	2-	Hůře se oblékají, shrnují se

3 PODPISY TESTUJÍCÍCH OSOB

Marie Kokošková

uvedte jméno a příjmení



uvedte jméno a příjmení

ZÁPIS O TESTOVÁNÍ VZORKŮ

Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
vedený:	u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	45333009
Zastoupený:	MUDr. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Lékařské rukavice pro jednorázové použití pro ZZSPK	
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do II. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	

1 UŽITNÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI - POPIS

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky z hlediska 2 subkritérií:

b1 – Komfort při práci - bude posuzován komfort při pracovních činnostech v rukavicích, tj. především:

- citlivost rukou při dotýkání se předmětů přes rukavice,
- komfort rukavic při suchém a mokrému úchopu předmětů,
- snadná oddělitelnost jednotlivých rukavic od sebe při vyndávání z balení,
- odolnost rukavic proti poškození při práci (úchop a přenášení předmětů).

b2 – Navlékání rukavic - bude posuzována snadnost a časová náročnost potřebná pro navlékání rukavic bez poškození/protrhnutí/shrnutí rukavic.

Vzorky budou testovány výjezdovými skupinami v provozních podmínkách. Testujícím osobám budou přiděleny neoznačené vzorky. Testující osoby po skončení testovacího období přidělí jednotlivým vzorkům známku dle níže uvedeného popisu (1 až 4, kde 1 je nejlepší). Známky pro jednotlivé vzorky budou sečteny a vyděleny počtem testujících osob, čímž vznikne průměrná známka za každé subkritérium (b1, b2). Znamka může být udělena i jako mezistupeň (např. 1-). Mezistupeň bude hodnocen polovinou bodů součtu obou sousedících známek (např. 1- bude hodnocena jako 1,5). Přidělení známek bude slovně odůvodněno.

Popis známkování

Subkritérium	Znamka	Popis
b1	1	ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je bezproblémová, při úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují
	2	ruce přes navlečené rukavice pociťují nižší citlivost než u známky 1, suché a mokré rukavice umožňují dobrý úchop a přenos předmětů s občasným mírným klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je horší než u známky 1, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k mírnému poškození
	3	ruce přes navlečené rukavice pociťují malou nebo žádnou citlivost, suché a mokré rukavice umožňují špatný a obtížný úchop a přenos předmětů s častým klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je obtížná a časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k častému poškození
	4	ruce přes navlečené rukavice nepociťují žádnou citlivost, suché a mokré rukavice velmi kloužou při úchopu a přenosu předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je vzhledem k účelu velice obtížná a velice časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k velmi častému poškození

b2	1	nejlépe/nejsnadněji navlékané rukavice, optimálně vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškození/protrhávání/shrnování
	2	navlékání rukavic je méně komfortní, dobře vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškození/protrhávání/shrnování, příp. byl poškozen max. 1 ks testovaných rukavic
	3	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou ještě dostačující, při navlékání dochází k jejich poškození/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 2 ks testovaných rukavic)
	4	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou nedostačující, při navlékání dochází k jejich poškození/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 3 ks testovaných rukavic)

2 UŽITNÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI – ZNÁMKY A ODŮVODNĚNÍ

č.	s.	známka	odůvodnění
1	b 1	1,5	Horší oddělitelnost rukavic při vyndávání z balení, víc najednou
	b 2	2	Časově náročné navlékání rukavic, hůře se natahovaly
2	b 1	1	Bez připomínek
	b 2	1	Bez připomínek
3	b 1	3	Klouzaly pokud byly předměty mokré, špatná citlivost v rukavicích, trhaly se, vyndávání více párů najednou,
	b 2	2	Časově náročné navlékání rukavic, kroutily se
4	b 1	2	Špatná citlivost v rukavicích, hůře oddělitelné při vyndávání z balení
	b 2	3	Protrhávaly se při navlékání
5	b 1	2	Špatná citlivost v rukavicích, hůře oddělitelné při vyndávání z balení
	b 2	2	Časově náročné navlékání rukavic, kroutily se
6	b 1	1,5	Horší citlivost v rukavicích
	b 2	3	Špatné navlékání, lepily se

3 PODPISY TESTUJÍCÍCH OSOB


 Lucie Čejková
 uveďte jméno a příjmení


 Jiřina Deverová
 uveďte jméno a příjmení