

PROTOKOL O JEDNÁNÍ

Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
vedený:	u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	45333009
Zastoupený:	MUDr. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Pomůcky pro zajištění dýchacích cest	
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do II. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	

1 OSLOVENÍ DODAVATELÉ

Zadavatel zaslal dne 26.6.2017 Výzvu k podání nabídky následujícím dodavatelům:

Dodavatel	Sídlo	IČO	Osloven
Teleflex Medical s.r.o.	Pražská třída 209/182, Plačice, 500 04 Hradec Králové	28849809	EZAK + email
Intersurgical, s.r.o.	Praha 4 - Hodkovičky, V Mokřínách 283/8, PSČ 14700	27130495	EZAK + email
BEXAMED s.r.o.	U tvrze 26/20, Malešice, 108 00 Praha 10	24766356	EZAK + email
Dahlhausen CZ spol. s r.o.	Knínická 1577/8, 664 34 Kuřim	63493179	EZAK + email
GPS Praha, s.r.o.	Malešická 2178/20, Žižkov, 130 00 Praha 3	60491256	EZAK + email
CHEIRÓN a.s.	Praha 6 - Břevnov, Ulrychova 2260/13, PSČ 16200	27094987	EZAK + email
POLYMED medical CZ, a.s.	Petra Jilemnického 14/51, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové	27529053	EZAK + email
MSA medical s.r.o.	Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov	27753760	EZAK + email

2 SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK**2.1 Nabídky podané v elektronické podobě**

č.	Název	Sídlo	IČO	Doručeno
E1	Dahlhausen CZ spol. s r.o.	Knínická 1577/8, 664 34 Kuřim	63493179	19.07.2017 13:35

2.2 Nabídky podané v listinné podobě

č.	Název	Sídlo	IČO	Doručeno
L1	GPS Praha, s.r.o.	Malešická 2178/20, Žižkov, 130 00 Praha 3	60491256	03.07.2017 10:25
L2	Intersurgical, s.r.o.	Praha 4 - Hodkovičky, V Mokřínách 283/8, PSČ 14700	27130495	21.07.2017 09:35
L3	Teleflex Medical s.r.o.	Pražská třída 209/182, Plačice, 500 04 Hradec Králové	28849809	24.07.2017 09:15

3 HODNOTITELÉ

Zadavatel ustanovil komisi ve složení:

Členové komise:			Náhradníci členů komise:		
1. člen:	Mgr. Jana Průchová	ZZSPK p.o.	1. náhradník:	Lucie Čejková	ZZSPK p.o.
2. člen:	Ivana Věková	ZZSPK p.o.	2. náhradník:	Bc. Pavel. Němec, DiS.	ZZSPK p.o.
3. člen:	Ing. Petr Stehlík	ZZSPK p.o.	3. náhradník:	Mgr. Jan Flaks	ZZSPK p.o.

4 JEDNÁNÍ

Jednání proběhlo dne 25.7.2017.

Komise otevřela nabídky. Poté komise zkontrolovala předložené vzorky potřebné pro hodnocení kritéria ***Užitné a funkční vlastnosti***.

Komise vyřadila nabídku L1, neboť shledala, že chybí tyto vzorky, kterou jsou nezbytné pro hodnocení:

- Flexibilní zavaděč ET kanyl (BO2ugie) pro obtížnou intubaci, pro ET rourky s vnitřním průměrem 6-10mm,
- Flexibilní zavaděč ET kanyl (BO2ugie) pro obtížnou intubaci, pro ET rourky s vnitřním průměrem 4-5mm,
- Flexibilní zavaděč ET kanyl (BO2ugie) pro obtížnou intubaci, pro ET rourky s vnitřním průměrem 2,5-3,5mm,
- Kyslíková maska s koncentračním sáčkem a přívodní hadicí 150-213 cm, elastický popruh pro uchycení masky - pro dospělé,
- Vzduchovod ústní vel. 3,
- Obličejová transparentní maska s nafukovací manžetou 5 velká pro dospělého.

Komise vyřadila nabídku L2, neboť shledala, že chybí tyto vzorky, kterou jsou nezbytné pro hodnocení:

- Zavaděč endotracheálních rourek vel. F6,0 a F10,0.

Komise poté sestavila pořadí v souladu s hodnocením nabídek uvedeným ve Výzvě k podání nabídek. Následně komise posoudila splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení u dodavatele prvního v pořadí (nabídka L3).

Posouzená nabídka L3 vyhověla požadavkům zadávacích podmínek.

5 VÝSLEDEK POSOUZENÍ NABÍDEK

Nabídka L3		
POŽADAVEK	Splnění (ANO/NE)	
Nabídka zpracována v požadovaném jazyce	ANO	
Návrh smlouvy přiložen v nabídce, podepsán oprávněnou osobou	ANO	
Kvalifikace prokázána	ANO	
Nabídka obsahuje všechny součásti	ANO	
Vzorky byly předloženy	ANO	
Nabídka vyhovuje požadavkům zadavatele, platným právním předpisům a není nepřijatelná	ANO	
Nabídkovou cenu dodavatel řádně stanovil, není mimořádně nízká	ANO	
Celková nabídková cena:	283 820,50	Kč bez DPH
ZÁVĚR: Nabídka dodavatele splnila zadávací podmínky.		

6 SEZNAM VYŘAZENÝCH NABÍDEK

Komise vyřadila tuto nabídku:

č.	Název	Sídlo	IČO
L1	GPS Praha, s.r.o.	Malešická 2178/20, Žižkov, 130 00 Praha 3	60491256
L2	Intersurgical, s.r.o.	Praha 4 - Hodkovičky, V Mokřínách 283/8, PSČ 14700	27130495

Odůvodnění vyřazení je uvedeno výše.

7 ZPŮSOB HODNOCENÍ

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy bude hodnoceno dle následujících dílčích hodnotících kritérií.

Dílčí hodnotící kritérium (DHK)		Váha
A	Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)	70%
B	Užitné a funkční vlastnosti	30%

7.1 Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno komisí k tomu určenou zadavatelem.

7.1.1 Celková nabídková cena (A)

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný objem dodávek za období 1 roku.

Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídka porovnávána s nabídkami plátců v Kč včetně DPH. **Neplátce DPH je povinen tuto skutečnost uvést v krycím listu nabídky.**

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejnížší celková nabízená cena v rámci této VZ. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

$$A = \frac{\text{nejvýhodnější nabídka}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100 \times 70\%$$

7.1.2 Užitné a funkční vlastnosti (B)

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky níže uvedených položek z hlediska v tabulce stanovených vlastností.

Níže uvedené hodnocené vlastnosti jsou kvalitativní povahy a budou posuzovány členy komise na základě toho, jak který vzorek splňuje (převyšuje požadavky zadavatele) a také v poměru k ostatním vzorkům. Komise přidělí v rámci každé hodnocené vlastnosti max. tolik bodů, kolik je uvedeno ve sloupci „Dosažitelné body“, a to dle posouzení vzorku. Přidělení bodů bude slovně odůvodněno v protokolu z jednání.

Hodnocená položka	Hodnocené vlastnosti	č.	Popis	Dosažitelné body
Endotracheální rourky	Odolnost proti zalomení	b1	Ohybová zkouška, poddajnost, odolnost proti zalomení, kontrola zakřivení, balení v tzv. banánovém obalu, který zaručuje udržení správného tvaru kanyly	20
	Zkosená a zaoblená náběžná hrana snižující riziko poškození hlasivek při intubaci	b2	Vizuální kontrola hladkého povrchu	20
	Viditelné distální čárové označení ETR	b3	Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, čitelné	20
	Označená velikost ETR dle vnitřního průměru (mm)	b4	Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, čitelné	20
	Vysoce transparentní	b5	Vizuální kontrola, průhlednost materiálu s hladkým povrchem	20
Zavaděč endotracheálních rourek	Tvarovatelnost a kontrola průměru	b6	Zkouška flexibility zavaděče a zavedení do ET rourky	50
	Atraumatický, měkký distální konec	b7	Vizuální a hmatová kontrola	50
Flexibilní zavaděč ET kanyl (BO2ugie) pro obtížnou intubaci	atraumatické kulaté zakončení pro minimalizaci rizika poranění	b8	Vizuální a hmatová kontrola, elasticity	25
	elastický, zpevněný s paměťovou deformací jako pryž	b9	Vizuální a hmatová kontrola	25
	velmi hladký povrch zabezpečující jen nízké tření	b10	Vizuální a hmatová kontrola	25

	rozměr	b11	Zkouška zavedení do ET rourky	25
Kyslíkové masky	Dobře sedící, těsnící, transparentnost a funkčnost nosního klipu	b12	Zkouška přiléhavosti na obličej	50
	Materiál - měkkost PVC	b13	Zkouška měkkosti konektoru pro snadné připojení	50
Nosní vzduchovod	Ohebnost	b14	Zkouška ohebnosti, měkčený materiál, nezajíždí do nosu - velikost konektoru	30
	označení velikosti	b15	Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, čitelné	10
	jemný povrch s nízkým třením pro snadné zavedení	b16	Vizuální a hmatová kontrola	30
	atraumatický, kulatý, zešikmený konec	b17	Vizuální a hmatová kontrola	30
Ústní vzduchovod	rozlišení velikostí (barevnost balení/výrobku)	b18	Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, kontrola zakřivení ve tvaru písmene J	100
Obličejová transparentní maska	Anatomicky tvarovatelná	b19	Zkouška přiléhavosti na obličej	50
	Barevné rozlišení, transparentnost	b20	Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné	50
CELKEM				700

Součtem výše uvedených hodnocených vlastností b1 až b20 bude výsledný počet bodů konkrétního dodavatele v tomto DHK („B_h“) podle následujícího vzorce.

$$B_h = b1 + b2 \dots + b20$$

Celkový počet bodů za toto DHK bude pak stanoven jako poměr výsledného počtu bodů konkrétního dodavatele za všechny hodnocené vlastnosti k nejvýhodnější nabídce za toto DHK, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejvyšší součet bodů za všechny hodnocené vlastnosti v rámci této VZ. Nejvyšší součet bodů za všechny hodnocené vlastnosti obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledné číslo vynásobeno váhou tohoto DHK. Počet bodů za toto DHK pak bude stanoven dle následujícího vzorce. Výsledek bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Pokud by takovéto zaokrouhlení vedlo ke shodnému hodnocení, bude provedeno zaokrouhlení na více desetinných míst.

$$B = \frac{B_h}{B_{max}} \times 100 \times 30\%$$

kde

B ... celkový počet bodů za DHK „B“

B_{max} ... nejvýhodnější nabídka v rámci DHK „B“

B_h ... hodnocený součet bodů za všechny hodnocené vlastnosti DHK „B“

7.2 Celkové hodnocení (H)

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce:

$$H = A + B$$

7.3 Shodné hodnocení

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, budou o pořadí nabídek rozhodovat následující pravidla v uvedeném pořadí:

- 1) velikost celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (nižší hodnota bude upřednostněna),
- 2) celkový počet bodů za DHK „B“ (vyšší hodnota bude upřednostněna),
- 3) počet bodů u hodnocené vlastnosti s nejnižším pořadovým číslem (vyšší hodnota bude upřednostněna) – při shodě bude porovnáván počet bodů další hodnocené vlastnosti s nejnižším pořadovým číslem.

8 VÝSLEDEK HODNOCENÍ

č.	Hodnotící kritérium				Vážené hodnocení	Pořadí
	A		B			
	Hodnota	Body	Hodnota	Body		
E1	339 917,00	83,50	700,00	100,00	88,45	2
L3	283 820,50	100,00	700,00	100,00	100,00	1

Dílčí hodnotící kritérium (DHK) Váha

A Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) 70%


B Užité a funkční vlastnosti 30%

č.	v.	b.	odůvodnění	č.	v.	b.	odůvodnění
E1	b1	20	Odolné proti zalomení	L3	b1	20	Odolné proti zalomení
	b2	20	Zkosená a zaoblená náběžná hrana		b2	20	Zkosená a zaoblená náběžná hrana
	b3	20	Viditelné distální čárové označení ETR		b3	20	Viditelné distální čárové označení ETR
	b4	20	Velikost ETR dle vnitřního průměru označena		b4	20	Velikost ETR dle vnitřního průměru označena
	b5	20	Vysoce transparentní		b5	20	Vysoce transparentní
	b6	50	Tvarovatelné, průměr ověřen		b6	50	Tvarovatelné, průměr ověřen
	b7	50	Atraumatický, měkký distální konec		b7	50	Atraumatický, měkký distální konec
	b8	25	atraumatické kulaté zakončení		b8	25	atraumatické kulaté zakončení
	b9	25	elastický, zpevněný s paměťovou deformací		b9	25	elastický, zpevněný s paměťovou deformací
	b10	25	velmi hladký povrch		b10	25	velmi hladký povrch
	b11	25	rozměr ověřen		b11	25	rozměr ověřen
	b12	50	Dobře sedí, těsní, transparentní a funkční nosní klip		b12	50	Dobře sedí, těsní, transparentní a funkční nosní klip
	b13	50	měkké PVC		b13	50	měkké PVC
	b14	30	Ohebné		b14	30	Ohebné
	b15	10	označení velikosti v pořádku		b15	10	označení velikosti v pořádku
	b16	30	jemný povrch s nízkým třením		b16	30	jemný povrch s nízkým třením
	b17	30	atraumatický, kulatý, zešíkmený konec		b17	30	atraumatický, kulatý, zešíkmený konec
	b18	100	rozlišení velikostí ověřeno		b18	100	rozlišení velikostí ověřeno
	b19	50	Anatomicky tvarovatelná		b19	50	Anatomicky tvarovatelná
	b20	50	Barevně rozlišeno, transparentní		b20	50	Barevně rozlišeno, transparentní
CELKEM 700				CELKEM 700			


9 DOPORUČENÍ

Komise doporučuje zadavateli vyloučit dodavatele L1 a L2 z další účasti v řízení.

Komise doporučuje zadavateli, aby k plnění VZ vybral dodavatele L3, který splnil veškeré požadavky zadávacích podmínek, a jehož nabídka byla v rámci hodnocených nabídek vyhodnocena jako nejvýhodnější.


 Mgr. Jana Průchová


 Ivana Věková


 Ing. Petr Stehlík

V Plzni dne 25. 7. 2017 zapsal Ing. Petr Stehlík