

PROTOKOL O JEDNÁNÍ	
Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
vedený:	u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	45333009
Zastoupený:	MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Lékařské rukavice pro jednorázové použití pro ZZSPK 2019	
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	

1 OSLOVENÍ DODAVATELÉ

Zadavatel zaslal dne 29.3.2019 Výzvu k podání nabídky následujícím dodavatelům:

Dodavatel	Sídlo	IČO	Osloven
S. A. B. Impex, s.r.o.	Bedřichovice, Hlavní 48, PSČ 66451	64511588	EZAK + email
Merida Hradec Králové, s.r.o.	Zemědělská 898/3, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	49815288	EZAK + email
Lohmann & Rauscher, s.r.o.	Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna	18825869	EZAK + email
HARTMANN – RICO a.s.	Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška	44947429	EZAK + email
MEDISUN profi s.r.o.	Modřická 249/82, Přízřenice, 619 00 Brno	02401045	EZAK + email
B. Braun Medical s.r.o.	Praha 4, V Parku 2335/20, PSČ 14800	48586285	EZAK + email
BLACK STORM s.r.o.	Pod vrstevnicí 1529/18, Krč, 140 00 Praha 4	27937194	EZAK + email
Perfect Distribution a.s.	U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov	47675934	EZAK + email
MAPO medical s.r.o.	Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov	27753760	EZAK + email
Promedica Praha Group, a.s.	Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha 6	25099019	EZAK + email

2 SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK

č.	Název	Sídlo	IČO	Doručeno
E1	MAPO medical s.r.o.	Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov	27753760	05.04.2019 10:19
E2	BLACK STORM s.r.o.	Pod vrstevnicí 1529/18, Krč, 140 00 Praha 4	27937194	07.04.2019 20:01
E3	MEDISUN profi s.r.o.	Modřická 249/82, Přízřenice, 619 00 Brno	02401045	08.04.2019 08:56
E4	VULKAN - Medical, a.s.	U gumovky 439, 463 34 Hrádek nad Nisou	27226158	09.04.2019 09:04

3 HODNOTITELÉ

Zadavatel ustanovil komisi ve složení:

Členové komise:	
Mgr. Jana Průchová	ZZSPK p.o.
Ing. Petr Stehlík	ZZSPK p.o.
Náhradníci členů komise:	
Lucie Čejková	ZZSPK p.o.
Ivana Věková	ZZSPK p.o.

4 JEDNÁNÍ

4.1 První část jednání proběhla dne 9.4.2019.

Komise otevřela nabídky a roztřídila vzorky jednotlivých dodavatelů tak, aby mohla předat balíčky stejného počtu rukavic všech dodavatelů k testování výjezdovým posádkám. Balíčky jednotlivých dodavatelů byly označeny pouze pořadovým číslem tak, aby byla zaručena nezájatost při testování. Vzorky každého dodavatele budou testovat 4 výjezdové posádky při skutečném výkonu práce v provozních podmínkách.

Vzorky byly označeny takto:

Dodavatel	nabídka	přidělené číslo
MAPO medical s.r.o.	E1	1
BLACK STORM s.r.o.	E2	2
MEDISUN profi s.r.o.	E3	3
VULKAN - Medical, a.s.	E4	4

4.2 Druhá část jednání proběhla dne 18.4.2019.

Komise sestavila pořadí dle hodnocení nabídek uvedeným ve Výzvě k podání nabídek a na základě známek a vyjádření jednotlivých výjezdových posádek k testovaným vzorkům. Následně komise posoudila splnění podmínek účasti v poštávkovém řízení u dodavatele 1. v pořadí (nabídka E4).

U nabídky E4 komise shledala rozpor, a sice že v návrhu smlouvy je uvedena **Skladovací životnost 24 měsíců** a v Technické specifikaci je uvedena **Skladovací životnost 36 měsíců**. Zadávací podmínky vyžadovaly min. 36 měsíců. Nelze bez pochybností určit dobu Skladovací životnosti.

Z uvedených důvodů byl dodavatel E4 požádán o objasnění nabídky. Žádost byla zaslána prostřednictvím emailu dne 18.4.2019 na adresu kontaktní osoby uvedenou v krycím listu nabídky. Komise stanovila lhůtu pro doručení objasnění nabídky do 24.4.2019 včetně.

4.3 Třetí část jednání proběhla dne 25.4.2019.

Dne 23.4.2019 zaslal dodavatel E4 prostřednictvím emailu písemné objasnění nabídky formou čestného prohlášení, kde objasnil nejasné součásti své nabídky.

Posouzená nabídka E4 vyhověla požadavkům zadávacích podmínek.

5 VÝSLEDEK POSOUZENÍ

Nabídka E4		
POŽADAVEK		Splnění (ANO/NE)
Nabídka zpracována v požadovaném jazyce		ANO
Návrh smlouvy přiložen v nabídce, podepsán oprávněnou osobou		ANO
Kvalifikace prokázána		ANO
Nabídka obsahuje všechny součásti		ANO
Vzorky byly předloženy		ANO
Nabídka vyhovuje požadavkům zadavatele, platným právním předpisům a není nepřijatelná		ANO ¹⁾
Nabídkovou cenu dodavatel řádně stanovil, není mimořádně nízká		ANO
Celková nabídková cena:		1 106 760,- Kč bez DPH
ZÁVĚR:	1) Z nabídky nebylo možné bez pochybností určit hodnotu Skladovací životnosti. Dodavatel byl požádán o objasnění nabídky. V objasnění nabídky dodavatel objasnil nejasné součásti své nabídky. Nabídka dodavatele splnila zadávací podmínky.	

6 SEZNAM VYŘAZENÝCH NABÍDEK

Komise nevyřadila žádné nabídky.

7 ZPŮSOB HODNOCENÍ

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy bude hodnoceno dle následujících dílčích hodnotících kritérií.

Dílčí hodnotící kritérium (DHK)		Váha
A	Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)	60%
B	Užitné a funkční vlastnosti	40%

7.1 Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí k tomu určenou zadavatelem.

7.1.1 Celková nabídková cena (A)

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný objem dodávek za období 2 let.

Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídka porovnávána s nabídkami plátců v Kč včetně DPH. **Neplátce DPH je povinen tuto skutečnost uvést v krycím listu nabídky.**

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejnížší celková nabízená cena v rámci této VZ. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

$$A = \frac{\text{nejvýhodnější nabídka}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100 \times 60\%$$

7.1.2 Užitné a funkční vlastnosti (B)

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky z hlediska 2 subkritérií:

b1 – Komfort při práci - bude posuzován komfort při pracovních činnostech v rukavicích, tj. především:

- citlivost rukou při dotýkání se předmětů přes rukavice,
- komfort rukavic při suchém a mokrému úchopu předmětů,
- snadná oddělitelnost jednotlivých rukavic od sebe při vyndávání z balení,
- odolnost rukavic proti poškození při práci (úchop a přenášení předmětů).

b2 – Navlékání rukavic - bude posuzována snadnost a časová náročnost potřebná pro navlékání rukavic bez poškození/protrhnutí/shrnutí rukavic.

Vzorky budou testovány výjezdovými skupinami v provozních podmínkách. Testujícím osobám budou přiděleny neoznačené vzorky. Testující osoby po skončení testovacího období přidělí jednotlivým vzorkům známku dle níže uvedeného popisu (1 až 4, kde 1 je nejlepší). Známky pro jednotlivé vzorky budou sečteny a vyděleny počtem testujících osob, čímž vznikne průměrná známka za každé subkritérium (b1, b2). Znamka může být udělena i jako mezistupeň (např. 1-). Mezistupeň bude hodnocen polovinou bodů součtu obou sousedících známek (např. 1- bude hodnocena jako 1,5). Přidělení známek bude slovně odůvodněno.

Popis známkování

Subkritérium	Znamka	Popis
b1	1	ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je bezproblémová, při úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují

	2	ruce přes navlečené rukavice pociťují nižší citlivost než u známky 1, suché a mokré rukavice umožňují dobrý úchop a přenos předmětů s občasným mírným klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je horší než u známky 1, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k mírnému poškození
	3	ruce přes navlečené rukavice pociťují malou nebo žádnou citlivost, suché a mokré rukavice umožňují špatný a obtížný úchop a přenos předmětů s častým klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je obtížná a časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k častému poškození
	4	ruce přes navlečené rukavice nepociťují žádnou citlivost, suché a mokré rukavice velmi kloužou při úchopu a přenosu předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je vzhledem k účelu velice obtížná a velice časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k velmi častému poškození
b2	1	nejlépe/nejsnadněji navlékané rukavice, optimálně vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování
	2	navlékání rukavic je méně komfortní, dobře vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování, příp. byl poškozen max. 1 ks testovaných rukavic
	3	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou ještě dostačující, při navlékání dochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 2 ks testovaných rukavic)
	4	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou nedostačující, při navlékání dochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 3 ks testovaných rukavic)

Součtem průměrných známek uvedených subkritérií b1 a b2 bude souhrnná průměrná známka konkrétního dodavatele v tomto DHK („B_h“) podle následujícího vzorce.

$$B_h = b1 + b2$$

Celkový počet bodů za toto DHK bude pak stanoven jako poměr souhrnné průměrné známky konkrétního dodavatele k nejvýhodnější nabídce za toto DHK, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejlepší souhrnná průměrná známka v rámci této VZ. Nejlepší souhrnná průměrná známka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledné číslo vynásobeno váhou tohoto DHK. Počet bodů za toto DHK pak bude stanoven dle následujícího vzorce.

$$B = \frac{B_{nej}}{B_h} \times 100 \times 40\%$$

kde

B ... celkový počet bodů za DHK „B“

B_{nej} ... nejlepší souhrnná průměrná známka v rámci DHK „B“

B_h ... hodnocená souhrnná průměrná známka v rámci DHK „B“

7.2 Celkové hodnocení (H)

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce:

$$H = A + B$$

7.3 Shodné hodnocení

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, budou o pořadí nabídek rozhodovat následující pravidla v uvedeném pořadí:

- 1) velikost celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (nižší hodnota bude upřednostněna),
- 2) celkový počet bodů za DHK „B“ (vyšší hodnota bude upřednostněna),
- 3) lepší průměrná známka subkritéria b1 (lepší (nižší) známka bude upřednostněna).

8 VÝSLEDEK HODNOCENÍ

8.1 Celková nabídková cena

Uvedeno níže v tabulce celkového hodnocení.

8.2 Užité a funkční vlastnosti

Parametr		nabídka			
		E1	E2	E3	E4
b1	Ø známka	4	12	4	6
b2	Ø známka	4	14	4	8
souhrnná Ø známka		8	26	8	14

vzorek		1	2	3	4
nabídka		E1	E2	E3	E4
Bc. Pavel Němec, DiS.	b1	1	3	1	2
	b2	1	4	1	3
Bc. Marie Kokošková	b1	1	3	1	2
	b2	1	3	1	2
Jana Lísová	b1	1	3	1	1
	b2	1	4	1	2
Mgr. Eva Niemetzová	b1	1	3	1	1
	b2	1	3	1	1

8.3 Celkové hodnocení

č.	Hodnotící kritérium				Vážené hodnocení	Pořadí
	A		B			
	Hodnota	Body	Hodnota	Body		
E1	1 900 740,00	49,68	8,00	100,00	69,81	4
E2	944 355,00	100,00	26,00	30,77	72,31	2
E3	1 852 620,00	50,97	8,00	100,00	70,58	3
E4	1 106 760,00	85,33	14,00	57,14	74,05	1

Dílčí hodnotící kritérium (DHK)

Váha

A Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)

60%

B Užité a funkční vlastnosti

40%

9 DOPORUČENÍ

Komise doporučuje zadavateli, aby k plnění VZ vybral dodavatele E4, který splnil veškeré požadavky zadávacích podmínek, a jehož nabídka byla v rámci hodnocených nabídek vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Mgr. Jana Průchová

Ing. Petr Stehlík

V Plzni dne 23. 4. 2019 zapsal Ing. Petr Stehlík

Přílohy:

- Zápisy o testování vzorků

ZÁPIS O TESTOVÁNÍ VZORKŮ	
Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
vedený:	u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	45333009
Zastoupený:	MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Lékařské rukavice pro jednorázové použití pro ZZSPK 2019	
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	

1 UŽITNÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI - POPIS

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky z hlediska 2 subkritérií:

b1 – Komfort při práci - bude posuzován komfort při pracovních činnostech v rukavicích, tj. především:

- citlivost rukou při dotýkání se předmětů přes rukavice,
- komfort rukavic při suchém a mokrému úchopu předmětů,
- snadná oddělitelnost jednotlivých rukavic od sebe při vyndávání z balení,
- odolnost rukavic proti poškození při práci (úchop a přenášení předmětů).

b2 – Navlékání rukavic - bude posuzována snadnost a časová náročnost potřebná pro navlékání rukavic bez poškození/protrhnutí/shrnutí rukavic.

Vzorky budou testovány výjezdovými skupinami v provozních podmínkách. Testujícím osobám budou přiděleny neoznačené vzorky. Testující osoby po skončení testovacího období přidělí jednotlivým vzorkům známku dle níže uvedeného popisu (1 až 4, kde 1 je nejlepší). Znamky pro jednotlivé vzorky budou sečteny a vyděleny počtem testujících osob, čímž vznikne průměrná známka za každé subkritérium (b1, b2). Znamka může být udělena i jako mezistupeň (např. 1-). Mezistupeň bude hodnocen polovinou bodů součtu obou sousedících známek (např. 1- bude hodnocena jako 1,5). Přidělení známek bude slovně odůvodněno.

Popis známkování


Subkritérium	Znamka	Popis
b1	1	ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je bezproblémová, při úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují
	2	ruce přes navlečené rukavice pociťují nižší citlivost než u známky 1, suché a mokré rukavice umožňují dobrý úchop a přenos předmětů s občasným mírným klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je horší než u známky 1, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k mírnému poškození
	3	ruce přes navlečené rukavice pociťují malou nebo žádnou citlivost, suché a mokré rukavice umožňují špatný a obtížný úchop a přenos předmětů s častým klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je obtížná a časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k častému poškození
	4	ruce přes navlečené rukavice nepociťují žádnou citlivost, suché a mokré rukavice velmi kloužou při úchopu a přenosu předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je vzhledem k účelu velice obtížná a velice časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k velmi častému poškození

b2	1	nejlépe/nejsnadněji navlékané rukavice, optimálně vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování
	2	navlékání rukavic je méně komfortní, dobře vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování, příp. byl poškozen max. 1 ks testovaných rukavic
	3	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou ještě dostačující, při navlékání dochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 2 ks testovaných rukavic)
	4	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou nedostačující, při navlékání dochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 3 ks testovaných rukavic)

2 UŽITNÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI – ZNÁMKY A ODŮVODNĚNÍ

č.	s.	známka	odůvodnění
1	b1	1	Při navléčených rukavicích bezvadná citlivost v ruce, suché i mokré rukavice zajišťují bezproblémový úchop suchých i mokrých předmětů
	b2	1	Rukavice se velmi snadno a rychle navlékají na ruce, jsou pevné, při navlékání nedochází k jejich protržení
2	b1	3	Mokré rukavice umožňují spolehlivý úchop, dochází k vyklouzávání předmětů z ruky
	b2	3	Při navlékání rukavic dochází k jejich protrhávání
3	b1	1	Velice dobrá citlivost v ruce, předměty nevyklouzávají z ruky při úchopu suchých ani mokrých předmětů
	b2	1	Rukavice se snadno navlékají na ruce, jsou pevné, při oblékání nedochází k protržení
4	b1	2	Ruce přes navlečené rukavice postrádají menší citlivost, při mokrých rukavicích dochází k obecnému vyklouzávání předmětů z ruky
	b2	2	Navlékání rukavic je málo komfortní, oblékání je obtížnější, rukavice je málo pevná, špatně se přilpívají ke ruce

3 PODPIS TESTUJÍCÍ OSOBY



Bc. Marie Kokošková, DiS.

ZÁPIS O TESTOVÁNÍ VZORKŮ	
Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
vedený:	u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	45333009
Zastoupený:	MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Lékařské rukavice pro jednorázové použití pro ZZSPK 2019	
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	

1 UŽITNÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI - POPIS

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky z hlediska 2 subkritérií:

b1 – Komfort při práci - bude posuzován komfort při pracovních činnostech v rukavicích, tj. především:

- citlivost rukou při dotýkání se předmětů přes rukavice,
- komfort rukavic při suchém a mokrému úchopu předmětů,
- snadná oddělitelnost jednotlivých rukavic od sebe při vyndávání z balení,
- odolnost rukavic proti poškození při práci (úchop a přenášení předmětů).

b2 – Navlékání rukavic - bude posuzována snadnost a časová náročnost potřebná pro navlékání rukavic bez poškození/protrhnutí/shrnutí rukavic.

Vzorky budou testovány výjezdovými skupinami v provozních podmínkách. Testujícím osobám budou přiděleny neoznačené vzorky. Testující osoby po skončení testovacího období přidělí jednotlivým vzorkům známku dle níže uvedeného popisu (1 až 4, kde 1 je nejlepší). Znamky pro jednotlivé vzorky budou sečteny a vyděleny počtem testujících osob, čímž vznikne průměrná známka za každé subkritérium (b1, b2). Znamka může být udělena i jako mezistupeň (např. 1-). Mezistupeň bude hodnocen polovinou bodů součtu obou sousedících známek (např. 1- bude hodnocena jako 1,5). Přidělení známek bude slovně odůvodněno.

Popis známkování

Subkritérium	Znamka	Popis
b1	1	ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je bezproblémová, při úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují
	2	ruce přes navlečené rukavice pociťují nižší citlivost než u známky 1, suché a mokré rukavice umožňují dobrý úchop a přenos předmětů s občasným mírným klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je horší než u známky 1, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k mírnému poškození
	3	ruce přes navlečené rukavice pociťují malou nebo žádnou citlivost, suché a mokré rukavice umožňují špatný a obtížný úchop a přenos předmětů s častým klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je obtížná a časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k častému poškození
	4	ruce přes navlečené rukavice nepociťují žádnou citlivost, suché a mokré rukavice velmi kloužou při úchopu a přenosu předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je vzhledem k účelu velice obtížná a velice časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k velmi častému poškození

b2	1	nejlépe/nejsnadněji navlékané rukavice, optimálně vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování
	2	navlékání rukavic je méně komfortní, dobře vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování, příp. byl poškozen max. 1 ks testovaných rukavic
	3	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou ještě dostačující, při navlékání dochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 2 ks testovaných rukavic)
	4	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou nedostačující, při navlékání dochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 3 ks testovaných rukavic)

2 UŽITNÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI – ZNÁMKY A ODŮVODNĚNÍ

č.	s.	známka	odůvodnění
1	b1	1	rychlost citlivost, nepoškozují se, s rychlostí jsou spornými u práce
	b2	1	průměr, neklapají se
2	b1	3	dochází k částečnému poškozování rukavic
	b2	4	dochází k poškození rukavic
3	b1	1	rychlost citlivost, nepoškozují se, rychlost - spornými u práce
	b2	1	průměr, neklapají se
4	b1	1	rychlost citlivost, nepoškozují se
	b2	2	navlékání rukavic je méně komfortní - manžeta je velmi prouhá a těžce se nasazuje

3 PODPIS TESTUJÍCÍ OSOBY



není

ZÁPIS O TESTOVÁNÍ VZORKŮ	
Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
vedený:	u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	45333009
Zastoupený:	MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Lékařské rukavice pro jednorázové použití pro ZZSPK 2019	
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	

1 UŽITNÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI - POPIS

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky z hlediska 2 subkritérií:

b1 – Komfort při práci - bude posuzován komfort při pracovních činnostech v rukavicích, tj. především:

- citlivost rukou při dotýkání se předmětů přes rukavice,
- komfort rukavic při suchém a mokrému úchopu předmětů,
- snadná oddělitelnost jednotlivých rukavic od sebe při vyndávání z balení,
- odolnost rukavic proti poškození při práci (úchop a přenášení předmětů).

b2 – Navlékání rukavic - bude posuzována snadnost a časová náročnost potřebná pro navlékání rukavic bez poškození/protrhnutí/shrnutí rukavic.

Vzorky budou testovány výjezdovými skupinami v provozních podmínkách. Testujícím osobám budou přiděleny neoznačené vzorky. Testující osoby po skončení testovacího období přidělí jednotlivým vzorkům známku dle níže uvedeného popisu (1 až 4, kde 1 je nejlepší). Znamky pro jednotlivé vzorky budou sečteny a vyděleny počtem testujících osob, čímž vznikne průměrná známka za každé subkritérium (b1, b2). Znamka může být udělena i jako mezistupeň (např. 1-). Mezistupeň bude hodnocen polovinou bodů součtu obou sousedících známek (např. 1- bude hodnocena jako 1,5). Přidělení známek bude slovně odůvodněno.

Popis známkování

Subkritérium	Znamka	Popis
b1	1	ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je bezproblémová, při úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují
	2	ruce přes navlečené rukavice pociťují nižší citlivost než u známky 1, suché a mokré rukavice umožňují dobrý úchop a přenos předmětů s občasným mírným klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je horší než u známky 1, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k mírnému poškození
	3	ruce přes navlečené rukavice pociťují malou nebo žádnou citlivost, suché a mokré rukavice umožňují špatný a obtížný úchop a přenos předmětů s častým klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je obtížná a časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k častému poškození
	4	ruce přes navlečené rukavice nepociťují žádnou citlivost, suché a mokré rukavice velmi kloužou při úchopu a přenosu předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je vzhledem k účelu velice obtížná a velice časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k velmi častému poškození

b2	1	nejlépe/nejsnadněji navlékané rukavice, optimálně vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování
	2	navlékání rukavic je méně komfortní, dobře vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování, příp. byl poškozen max. 1 ks testovaných rukavic
	3	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou ještě dostačující, při navlékání dochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 2 ks testovaných rukavic)
	4	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou nedostačující, při navlékání dochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 3 ks testovaných rukavic)

2 UŽITNÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI – ZNÁMKY A ODŮVODNĚNÍ

č.	s.	známka	odůvodnění
1	b1	1	VÝBORNĚ CITLIVOST
	b2	1	NEPŘÍKOPNĚ, DOBRĚ NATAHOVÁNÍ
2	b1	3	HURŠÍ CITLIVOST
	b2	4	VELIKÉ NATAHOVÁNÍ PROSPRÁTI
3	b1	1	VÝBORNĚ CITLIVOST
	b2	1	IDEÁLNÍ NATAHOVÁNÍ, NEPŘÍKOPNĚ
4	b1	2	TVHĚ
	b2	3	NEPŘÍKOPNĚ, SPATNĚ NATAHOVÁNÍ

3 PODPIS TESTUJÍCÍ OSOBY



ZÁPIS O TESTOVÁNÍ VZORKŮ	
Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
vedený:	u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	45333009
Zastoupený:	MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Lékařské rukavice pro jednorázové použití pro ZZSPK 2019	
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	

1 UŽITNÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI - POPIS

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky z hlediska 2 subkritérií:

b1 – Komfort při práci - bude posuzován komfort při pracovních činnostech v rukavicích, tj. především:

- citlivost rukou při dotýkání se předmětů přes rukavice,
- komfort rukavic při suchém a mokrému úchopu předmětů,
- snadná oddělitelnost jednotlivých rukavic od sebe při vyndávání z balení,
- odolnost rukavic proti poškození při práci (úchop a přenášení předmětů).

b2 – Navlékání rukavic - bude posuzována snadnost a časová náročnost potřebná pro navlékání rukavic bez poškození/protrhnutí/shrnutí rukavic.

Vzorky budou testovány výjezdovými skupinami v provozních podmínkách. Testujícím osobám budou přiděleny neoznačené vzorky. Testující osoby po skončení testovacího období přidělí jednotlivým vzorkům známku dle níže uvedeného popisu (1 až 4, kde 1 je nejlepší). Znamky pro jednotlivé vzorky budou sečteny a vyděleny počtem testujících osob, čímž vznikne průměrná známka za každé subkritérium (b1, b2). Znamka může být udělena i jako mezistupeň (např. 1-). Mezistupeň bude hodnocen polovinou bodů součtu obou sousedících známek (např. 1- bude hodnocena jako 1,5). Přidělení známek bude slovně odůvodněno.

Popis známkování

Subkritérium	Znamka	Popis
b1	1	ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je bezproblémová, při úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují
	2	ruce přes navlečené rukavice pociťují nižší citlivost než u známky 1, suché a mokré rukavice umožňují dobrý úchop a přenos předmětů s občasným mírným klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je horší než u známky 1, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k mírnému poškození
	3	ruce přes navlečené rukavice pociťují malou nebo žádnou citlivost, suché a mokré rukavice umožňují špatný a obtížný úchop a přenos předmětů s častým klouzáním, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je obtížná a časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k častému poškození
	4	ruce přes navlečené rukavice nepociťují žádnou citlivost, suché a mokré rukavice velmi kloužou při úchopu a přenosu předmětů, vyndávání z balení a oddělitelnost jednotlivých rukavic je vzhledem k účelu velice obtížná a velice časově náročná, při úchopu a přenosu předmětů dochází u rukavic k velmi častému poškození

b2	1	nejlépe/nejsnadněji navlékané rukavice, optimálně vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování
	2	navlékání rukavic je méně komfortní, dobře vyhovují práci v terénu, při navlékání nedochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování, příp. byl poškozen max. 1 ks testovaných rukavic
	3	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou ještě dostačující, při navlékání dochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 2 ks testovaných rukavic)
	4	navlékání rukavic je nekomfortní, vlastnosti rukavic pro práci v terénu jsou nedostačující, při navlékání dochází k jejich poškozování/protrhávání/shrnování (byly poškozeny min. 3 ks testovaných rukavic)

2 UŽITNÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI – ZNÁMKY A ODŮVODNĚNÍ

č.	s.	známka	odůvodnění
1	b1	1	Ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, při úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují.
	b2	1	Nejlépe navlékané, vyhovují práci v terénu, nedochází k jejich protrhávání.
2	b1	3	Ruce přes navlečené rukavice pociťují malou citlivost, suché a mokré rukavice umožňují obtížný úchop, při úchopu a přenosu předmětů dochází k častému poškození.
	b2	3	Byly poškozeny 2 ks testovaných rukavic.
3	b1	1	Ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, při úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují.
	b2	1	Nejlépe navlékané, vyhovují práci v terénu, nedochází k jejich protrhávání.
4	b1	1	Ruce přes navlečené rukavice pociťují vysokou citlivost, suché i mokré rukavice umožňují bezvadný úchop a přenos předmětů, při úchopu a přenosu předmětů se rukavice nepoškozují.
	b2	1	Nejlépe navlékané, vyhovují práci v terénu, nedochází k jejich protrhávání.

3 PODPIS TESTUJÍCÍ OSOBY

Eva Niemetzová
uveďte jméno a příjmení

