

ZADAVATEL:	Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.		
SÍDLO:	Kyjovská 607, 348 15 Planá		
IČO/DIČ:	263 60 896/CZ263 60 896		
ZASTOUPENÝ:	Dagmar Špédlovou, předsedkyní rady jednatelů		
	Mgr. Jaroslavem Šimou, MBA, místopředsedou rady jednatelů		
PROFIL ZADAVATELE:	https://ezak.cnpk.cz/profile_display_136.html		
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace		
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň		
IČO:	72046635		
ZASTOUPENÝ:	Mgr. Bc. Janou Dubcovou, ředitelkou		
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:			
„Dodávka polohovatelných lůžek a nočních stolků pro NNP Svatá Anna, s.r.o. a Klatovskou nemocnici, a.s.“			
ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
Část A - Polohovatelná lůžka a jídelní stoly pro NNP Svatá Anna, s.r.o.			
Část B - Polohovatelná lůžka a jídelní stoly pro Klatovskou nemocnici, a.s.			
PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY, DĚLENÁ NA ČÁSTI, ZADÁVANÁ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE § 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK (ZZVZ)			
Spisová značka:	CN/183/CN/19	Číslo jednací:	196/20/CN

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 ze dne 17. 1. 2020

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje hlavní zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 16.1.2020 obdržel zadavatel od jednoho z potencinálních dodavatelů následující žádost o vysvětlení, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek, na které tímto odpovídá.

Žádosti o vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně odpovědí zadavatele:

Část A: Polohovatelná lůžka a stoly pro NNP Svatá Anna, s.r.o.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje u všech lůžek „zdvih lůžka pomocí elektromotoru min. o 39 cm“. Uchazečem nabízená lůžka mají zdvih lůžka pomocí elektromotoru o 36,5 cm. Je tento rozsah pro zadavatele akceptovatelný? Zdůvodnění dotazu: Nabízená hodnota obvykle plně vyhovuje požadovanému medicínskému účelu

Odpověď k dotazu č. 1:

Ano, zadavatel bude tento rozsah akceptovat u všech lůžek, které jsou předmětem plnění části A.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje u elektricky polohovatelných nemocničních lůžek (pol 1.2, 1.3 a 1.4) „Integrované prodloužení ložné plochy min. o 20 cm“.

Uchazečem nabízená lůžka mají integrované prodloužení ložné plochy o 15 cm (tj. na celkovou délku ložné plochy až 215 cm). Je takové prodloužení pro zadavatele akceptovatelné?

Zdůvodnění dotazu: Nabízená hodnota obvykle plně vyhovuje požadovanému medicínskému účelu.

Odpověď k dotazu č. 2:

Ano, zadavatel bude akceptovat v položkách 1.2, 1.3. a 1.4 (elektricky polohovatelná nemocniční lůžka) integrované prodloužení ložné plochy o 15 cm (tj. na celkovou délku ložné plochy až 215 cm).

Dotaz č. 3

Zadavatel požaduje u elektricky polohovatelných nemocničních lůžek (pol 1.2, 1.3 a 1.4) „Bezpečné provozní zatížení lůžka minimálně 250 kg“.

Uchazečem nabízená lůžka mají bezpečné provozní zatížení 230 kg. Je takové bezpečné provozní zatížení pro zadavatele akceptovatelné?

Zdůvodnění dotazu: Nabízená hodnota obvykle plně vyhovuje požadovanému medicínskému účelu a zadavatel též ve Vysvětlení ZD č. 1 mj. snížil požadovanou nosnost aktivních matrací z 200 kg na 140 kg.

Odpověď k dotazu č. 3:

Ano, zadavatel bude akceptovat v položkách 1.2, 1.3. a 1.4 (elektricky polohovatelná nemocniční lůžka) parametr - bezpečné provozní zatížení 230 kg.

Dotaz č. 4

Zadavatel požaduje u elektricky polohovatelných nemocničních lůžek (pol 1.2, 1.3 a 1.4) „Konstrukce lůžka musí umožňovat snadné čištění a údržbu s minimálním rizikem poškození motorových částí – celoplastový jednolitý kryt po celém podvozku lůžka“.

Uchazeč nabízí modernější lůžka, která mají konstrukci, kde motory lůžka **již nejsou** umístěny na podvozku lůžka, a všechny rizikové části (jako je uložení koleček, otvory v konstrukci, apod.) jsou již v základní výbavě standardně chráněny kompaktními plastovými kryty, a tato lůžka tedy samozřejmě splňují i požadavek na snadné čištění a údržbu s minimálním rizikem poškození motorových částí. Je nabízené řešení pro zadavatele akceptovatelné?

Zdůvodnění dotazu: Příslušenství dříve obvyklé na starších modelech lůžek (kryt po celém podvozku lůžka pro zakrytí motorů, související elektroniky a dalších částí) již na těchto modernějších lůžkách neexistuje (konstrukčně na takovém podvozku ani není možné), protože k němu neexistuje klinický ani technický důvod. Celoplošným krytem podvozku těchto lůžek by naopak neúčelně vznikala plocha přibližně 2 m², kterou by bylo nutno pravidelně čistit, dezinfikovat, atd.

Odpověď k dotazu č. 4:

Ano, Zadavatel toto nabízené řešení bude akceptovat.

Dotaz č. 5

Zadavatel požaduje u elektricky polohovatelných nemocničních lůžek č.1 (pol 1.2) „Šířka ložné plochy max. 85 cm“.

Bude zadavatel akceptovat šířku ložné plochy 86 cm při zachování požadovaných vnějších maximálních rozměrů 90x215 cm?

Zdůvodnění dotazu: Z pohledu medicínského účelu je obvykle cílem pro stanovené maximální vnější rozměry lůžka velikost ložné plochy maximalizovat, nikoli naopak (co nejvíce prostoru pro pacienta, bezpečnou péči o něj, polohování, atd.).

Odpověď k dotazu č. 5:

Ne, zadavatel trvá na minimálních parametrech v položce 1.2., uvedených zadávacích podmínkách části A.

Dotaz č. 6

Zadavatel požaduje u nočního stolku s jídelní deskou č.1 (pol 1.8) „rozměr stolku: min. 40x40x80 cm, max. 55 x 50 x 85 cm“.

Bude zadavatel akceptovat výšku stolku 92 cm při zachování ostatních požadovaných rozměrů?

Zdůvodnění dotazu: Nabízená hodnota obvykle plně vyhovuje požadovanému medicínskému účelu (plně koresponduje s požadovaným rozsahem výškového nastavení lůžek), přičemž zadavatel ve Vysvětlení ZD č. 1 mj. doplnil specifikaci jídelní desky stolku a též u nočního stolku č. 2 (pol 1.9) připouští výšku až 93 cm.

Odpověď k dotazu č. 6:

Zadavatel tuto výšku stolku 92 cm v položce 1.8 části A, bude akceptovat při zachování ostatních požadovaných rozměrů.

Část B: Polohovatelná lůžka a stolky pro Klatovskou nemocnici, a.s.

Dotaz č. 7

Zadavatel požaduje u nočního stolku s jídelní deskou (pol 1.6) „rozměr stolku: min. 40x40x80 cm, max. 55x50x85 cm“.

Bude zadavatel akceptovat výšku stolku 92 cm při zachování ostatních požadovaných rozměrů?

Zdůvodnění dotazu: Nabízená hodnota obvykle plně vyhovuje požadovanému medicínskému účelu (plně koresponduje s požadovaným rozsahem výškového nastavení lůžek), přičemž zadavatel ve Vysvětlení ZD č. 1 mj. doplnil specifikaci jídelní desky stolku.

Odpověď k dotazu č. 7:

Zadavatel tuto výšku stolku 92 cm v položce 1.6 části B, bude akceptovat při zachování ostatních požadovaných rozměrů.

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele** v elektronickém nástroji E-ZAK **v detailu příslušné veřejné zakázky** (URL adresa https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7681.html).

Vzhledem k tomu, že dne 15.1.2020 byla prodloužena lhůta pro podání nabídek o celou původní délku a to do 3.2.2020 na základě Vysvětlení ZD č. 1 ze dne 15.1.2020 a do konce lhůty pro podání nabídek zbývá dostatečně dlouhá doba, zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek zůstává zachována do 3. 2. 2020 do 10.00 hod.**

V Plzni

Mgr. Renata Janoušková
Administrátor
Centrální nákup, příspěvková organizace
v zastoupení zadavatele