

PROTOKOL O JEDNÁNÍ	
Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
vedený:	u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	45333009
Zastoupený:	MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Dodávky periferních žilních kanyl pro ZZSPK 2020	
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	

1 OSLOVENÍ DODAVATELÉ

Zadavatel zaslal dne 18.5.2020 Výzvu k podání nabídky následujícím dodavatelům:

Dodavatel	IČO	Osloven
Promedica Praha Group, a.s.	25099019	EZAK + email
B. Braun Medical s.r.o.	48586285	EZAK + email
MEDISTYL-PHARMA a.s.	61855782	EZAK + email
Perfect Distribution a.s.	47675934	EZAK + email
Distrimed s.r.o.	27370046	EZAK + email

2 SEZNAM PODANÝCH NABÍDEK

č.	Název	IČO	Doručeno
E1	Perfect Distribution a.s.	47675934	25.05.2020 10:45:36
E2	Distrimed s.r.o.	27370046	26.05.2020 23:07:49

3 HODNOTITELÉ

Zadavatel ustanovil komisi ve složení:

Členové komise:			Náhradníci členů komise:		
1. člen:	Mgr. Jana Průchová	ZZSPK p.o.	1. náhradník:	Bc. Pavel Němec, DiS.	ZZSPK p.o.
2. člen:	Ing. Petr Stehlík	ZZSPK p.o.	2. náhradník:	Ivana Věková	ZZSPK p.o.

4 JEDNÁNÍ

Jednání proběhlo dne 27.5.2020

Komise otevřela nabídky a shledala, že oba dodavatelé předložili pro testování shodné vzorky kanyl G20, 1,1x32mm (RŮŽOVÁ) a G22, 0,9x25mm (MODRÁ), a sice kanyly výrobce KD Medical. Tyto kanyly byly na ZZSPK používány předchozí 2 roky. Z těchto důvodů nemělo smysl předávat vzorky k testování výjezdovým skupinám, neboť by musely dospět ke shodnému hodnocení obou dodavatelů. Pro účely hodnocení tedy komise přidělila oběma dodavatelům shodné průměrné známky, a sice **známky 1**.

Komise sestavila pořadí v souladu s hodnocením nabídek uvedeným ve Výzvě k podání nabídek. Následně komise posoudila splnění podmínek účasti v poptávkovém řízení u dodavatele prvního v pořadí (nabídka E1).

Posouzená nabídka E1 vyhověla požadavkům zadávacích podmínek.

5 VÝSLEDEK POSOUZENÍ NABÍDEK

Nabídka E1			
POŽADAVEK			Splnění (ANO/NE)
Nabídka zpracována v požadovaném jazyce			ANO
Návrh smlouvy přiložen v nabídce, podepsán oprávněnou osobou			ANO
Kvalifikace prokázána			ANO
Nabídka obsahuje všechny součásti			ANO
Nabídka vyhovuje požadavkům zadavatele, platným právním předpisům a není nepřijatelná			ANO ¹⁾
Nabídkovou cenu dodavatel řádně stanovil, není mimořádně nízká			ANO
Celková nabídková cena		1 447 890,-	Kč bez DPH
Užitné a funkční vlastnosti	Ostrost jehly	1 (nehodnoceno - viz výše)	(Ø známka)
	Bezpečnostní klip		(Ø známka)
ZÁVĚR:	1) V příloze návrhu smlouvy č. 1 – Ceník a specifikace jsou uvedeny jednotkové ceny kanyl namísto cen za celá balení. Tyto ceny odpovídají cenám v dokumentu SNC nabídky. Komise se shodla, že jde zjevně o formální chybu při zpracování nabídky, která nemá vliv na hodnocení. Komise však doporučuje zadavateli, aby tyto okolnosti zohlednil při uzavírání smlouvy.		
	Nabídka dodavatele splnila zadávací podmínky.		

6 SEZNAM VYŘAZENÝCH NABÍDEK

Komise nevyřadila žádné nabídky.

7 ZPŮSOB HODNOCENÍ

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy bude hodnoceno dle následujících dílčích hodnotících kritérií.

Dílčí hodnotící kritérium (DHK)		Váha
A	Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)	60%
B	Užitné a funkční vlastnosti	40%

7.1 Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí k tomu určenou zadavatelem.

7.1.1 Celková nabídková cena (A)

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný objem dodávek za období 2 let.

Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídka porovnána s nabídkami plátců v Kč včetně DPH. **Neplátce DPH je povinen tuto skutečnost uvést v krycím listu nabídky.**

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejnížší celková nabízená cena v rámci této VZ. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

$$A = \frac{\text{nejvýhodnější nabídka}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100 \times 60\%$$

7.1.2 Užité a funkční vlastnosti (B)

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky z hlediska 2 subkritérií:

b1 – **Ostrost jehly** - hodnocení průniku jehly kůží a žilní stěnou,

b2 – **Bezpečnostní klip** - hodnocení spolehlivosti aktivace bezpečnostního klipu.

Vzorky budou testovány výjezdovými skupinami v provozních podmínkách. Testujícím osobám budou přiděleny neoznačené vzorky. Testující osoby po skončení testovacího období přidělí jednotlivým vzorkům známku dle níže uvedeného popisu (1 až 4, kde 1 je nejlepší). Známky pro jednotlivé vzorky budou sečteny a vyděleny počtem testujících osob, čímž vznikne průměrná známka za každé subkritérium (b1, b2). Znamka může být udělena i jako mezistupeň (např. 1-). Mezistupeň bude hodnocen polovinou bodů součtu obou sousedících známek (např. 1- bude hodnocena jako 1,5). Přidělení známek bude slovně odůvodněno.

Popis známkování

Subkritérium	Znamka	Popis
b1	1	Průnik jehly kůží a žilní stěnou snadný, rychlý a téměř bezbolestný, velmi kvalitní ostří, úspěšnost průniku do žíly na první pokus, velmi dobrá odolnost kanyly vůči deformaci, zalamování
	2	Průnik jehly kůží a žilní stěnou obtížnější, úspěšnost průniku do žíly na první pokus, velmi dobrá odolnost kanyly vůči deformaci, zalamování
	3	Průnik jehly kůží a žilní stěnou obtížný, úspěšnost průniku do žíly na první pokus, nevyhovující odolnost kanyly vůči deformaci, zalomení
	4	Horší výsledky než u stupně 3
b2	1	Spolehlivý pasivní bezpečnostní mechanismus zajišťující automatickou aktivaci bezpečnostního klipu bezprostředně při vyjímání zaváděcí jehly.
	2	Méně spolehlivý pasivní bezpečnostní mechanismus zajišťující automatickou aktivaci bezpečnostního klipu bezprostředně při vyjímání zaváděcí jehly.
	3	Nevyhovující pasivní bezpečnostní mechanismus zajišťující automatickou aktivaci bezpečnostního klipu bezprostředně při vyjímání zaváděcí jehly.
	4	Horší výsledky než u stupně 3

Součtem průměrných známek uvedených subkritérií b1 a b2 bude souhrnná průměrná známka konkrétního dodavatele v tomto DHK („B_h“) podle následujícího vzorce.

$$B_h = b1 + b2$$

Celkový počet bodů za toto DHK bude pak stanoven jako poměr souhrnné průměrné známky konkrétního dodavatele k nejvýhodnější nabídce za toto DHK, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejlepší souhrnná průměrná známka v rámci této VZ. Nejlepší souhrnná průměrná známka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledné číslo vynásobeno váhou tohoto DHK. Počet bodů za toto DHK pak bude stanoven dle následujícího vzorce.

$$B = \frac{B_{nej}}{B_h} \times 100 \times 40\%$$

kde

B ... celkový počet bodů za DHK „B“

B_{nej} ... nejlepší souhrnná průměrná známka v rámci DHK „B“

B_h ... hodnocená souhrnná průměrná známka v rámci DHK „B“

7.2 Celkové hodnocení (H)

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce:

$$H = A + B$$

7.3 Shodné hodnocení

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, budou o pořadí nabídek rozhodovat následující pravidla v uvedeném pořadí:

- 1) velikost celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (nižší hodnota bude upřednostněna),
- 2) celkový počet bodů za DHK „B“ (vyšší hodnota bude upřednostněna),
- 3) lepší průměrná známka subkritéria b1 (lepší (nižší) známka bude upřednostněna).

8 VÝSLEDEK HODNOCENÍ

8.1 Celková nabídková cena

Uvedeno níže v tabulce celkového hodnocení.

8.2 Užité a funkční vlastnosti

Parametr		nabídka	
		E1	E2
b1	Ø známka	1	1
b2	Ø známka	1	1
souhrnná Ø známka		2	2

Z důvodů uvedených výše byly oběma dodavatelům přiděleny shodné průměrné známky 1 v obou subkritériích.

8.3 Celkové hodnocení

č.	Hodnotící kritérium				Vážené hodnocení	Pořadí
	A		B			
	Hodnota	Body	Hodnota	Body		
E1	1 447 890,00	100,00	2,00	100,00	100,00	1
E2	1 540 250,00	94,00	2,00	100,00	96,40	2

Dílní hodnotící kritérium (DHK)

A Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)

B Užité a funkční vlastnosti

Váha

60%

40%

9 DOPORUČENÍ

Komise doporučuje zadavateli, aby k plnění VZ vybral dodavatele E1, který splnil veškeré požadavky zadávacích podmínek, a jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvhodnější.

Mgr. Jana Průchová

Ing. Petr Stehlík

V Plzni dne 27. 5. 2020 zapsal Ing. Petr Stehlík