

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK	
Zadavatel:	Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
vedený:	u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684
Sídlo:	Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO:	45333009
Zastoupený:	MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem
Profil zadavatele:	https://ezak.cnpk.cz/profile_display_19.html
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Stehlík email: petr.stehlik@zzspk.cz ; tel.: +420 777 357 964
Detail VZ v E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/vz00008328 Na této adrese lze nalézt další informace o veřejné zakázce.
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	
Transportní plicní ventilátor do vozidla RZP 2021	
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek	

Zadavatel **vyzývá** dodavatele **k podání nabídky** na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Tato Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky.

1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového, plně funkčního a provozuschopného zdravotnického přístroje – transportního plicního ventilátoru.

Délka záruční lhůty na všechny předměty plnění musí činit min. 24 měsíců.

Součástí předmětu plnění je i provádění pravidelných periodických kontrol (PBTK) podle doporučení výrobce v rámci záruční lhůty na všechny předměty plnění. Náklady na provádění PBTK a s tím spojenou dopravu do sídla zadavatele budou obsaženy v nabídkové ceně zdravotnických přístrojů.

V rámci plnění předmětu této veřejné zakázky dodavatel bezplatně zajistí proškolení zaměstnanců zadavatele v základních otázkách obsluhy a pravidelné a běžné údržby přístrojů, jejichž dodávka je předmětem této veřejné zakázky. Termín a rozsah školení bude navržen dodavatelem a musí být schválen zadavatelem. Následně zadavatel stanoví místo školení a počet a jména osob, které se školení zúčastní.

Předání předmětů plnění proběhne na základě předávacího protokolu, který vyhotoví vítězný dodavatel.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden níže v části Technické podmínky.

V příloze č. 5 - Technická specifikace dodavatele je dodavatel povinen uvést obchodní název, výrobce nabízeného přístroje vč. konkrétních nabízených parametrů požadovaných v textu u jednotlivých položek. Dodavatel vyplní **ŽLUTĚ** zvýrazněné buňky tabulky.

V případě, že by zadávací podmínky obsahovaly požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, které by vedlo k zvýhodnění určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel v takových případech výslovně umožňuje pro plnění VZ použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

1.1 Termín plnění

Předmět veřejné zakázky bude dodán **nejpozději do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.**

1.2 Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele.

1.3 Předpokládaná hodnota

Celková předpokládaná hodnota činí **240 000,- Kč bez DPH**

2 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

2.1 Základní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, které bude vyplněno a podepsáno oprávněnou osobou.

2.2 Profesní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, v němž doplní údaje o zápisu v obchodním rejstříku (pokud je v něm zapsán) a živnostenském oprávnění. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou.

3 TECHNICKÉ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY

3.1 Technická specifikace

3.1.1 Specifikace přístroje

- Transportní ventilátor pro potřeby zdravotnické záchranné služby a využití v sanitním voze
- Hmotnost přístroje vč. baterie max. do 3,6 kg (bez brašny, kterou nelze pro tuto verzi přístroje použít)
- Baterie Li-ion, výdrž baterie minimálně 8 hodin provozu při standardní ventilaci
- Barevná obrazovka s min. rozměrem 4 palce, dobrá čitelnost ze všech úhlů, možnost otočení zobrazené informace o 180°
- Použitelnost přístroje pro děti a dospělé
- Typ ochrany min. IP 34
- Možnost použití jednorázových ventilačních okruhů
- Ovládání a popisy v českém jazyce

3.1.2 Specifikace ventilačního režimu a umělé plicní ventilace

- Dechový objem 100–2000 ml plynule nastavitelný
- Inspirační čas 0,3–10 s
- Tlaková podpora 0–35 mbar relativní k PEEP
- Parametr PEEP (pozitivní přetlak na konci expira) s možností nastavení od 0 do 20 mbar přímo na ovládacím panelu přístroje
- Plně řízené ventilační režimy:
 - a) objemově řízená ventilace (VC - volume control)
 - b) plně řízená umělá plicní ventilace (UPV) pacientů bez spontánní dechové aktivity
- Podpůrné ventilační režimy:
 - a) objemově řízená ventilace s podpůrnými prvky pro pacienty uplatňující i svou dechovou aktivitu (zejména SIMV+PS - synchronní intermitentní mandatorní ventilace s tlakovou podporou spontánně triggerovaných dechů)
 - b) možnost režimu CPAP + PS (trvalý pozitivní tlak v dýchacích cestách s možností nastavení tlakové podpory (PS) spontánního dechu triggerovaného pacienta v nastavitelné úrovni nad úroveň PEEP (v tomto požadavku myšleno jako CPAP), určený především pro neinvazivní plicní ventilaci (NIV) maskou u spontánně ventilujících pacientů například s tracheotomií)

c) KPR režim

3.1.3 Další funkční požadavky

- Nastavení koncentrace kyslíku 100% nebo směs
- Nastavitelný poměr inspiria ku expiriu (I:E) minimálně od 1:4 po 4:1
- Možnost dodatečného rozšíření o monitoraci obsah CO₂ na konci výdechu etCO₂
- Monitorace ventilačních parametrů:
 - a) minutový objem
 - b) dechová frekvence
 - c) Paw
 - d) Vt exp.
- Nastavitelný trigger pro podporované spontánní dechy
- Akustické a optické alarmy:
 - a) při nízkém tlaku v kyslíkové lahvi
 - b) při přerušení přívodu el. energie
 - c) při vybíjení baterie
 - d) při nízkém či vysokém tlaku v dýchacích cestách
 - e) při apnoe
 - f) při vysoké frekvenci dýchání pacienta
 - g) při úniku (rozpojení systému)
 - h) při chybném nastavení parametrů
- Alarmová hlášení řazena podle jejich významu
- Zobrazení všech sledovaných hodnot a alarmových hlášení na displeji přístroje v textové formě.
- kompatibilita se stávajícími ventilátory a jejich držáky ve vozidlech z důvodu migrace vozidel a personálu

3.1.4 Příslušenství

- Certifikovaný držák přístroje pro instalaci do vozidla
- Požadované příslušenství ke každému přístroji:
 - a) 10 ks jednorázových ventilačních okruhů
 - b) tlaková hadice na O₂ délka 2m
 - c) maska pro neinvazivní plicní ventilaci
- Transportní nabíječka DC/DC 12–28 V
- Testovací plíce

3.2 Další požadavky

Dodání držáku k přístroji pro instalaci do sanitního vozu s bezpečnou aretací v mobilním prostředí. Držák splňující dynamický test 10G dle směrnice EN 1789.

Dodávka veškeré nezbytné kabeláže a hadic nutných pro provoz vč. zajištění dobíjení z 12 V.

Dodání návodu k obsluze v českém jazyce a doklad o shodě v tištěné i elektronické verzi.

Zaškolení obsluhy bude provedeno na výjezdové základně ZZSPK Plzeň - Bory.

3.3 Poddodavatelé

Dodavatel předloží seznam poddodavatelů, pokud bude VZ plnit prostřednictvím jiných osob. Je možné využít vzor v Příloze č. 2 Výzvy. Jestliže dodavatel zakázku provede jen vlastními silami, nemusí seznam předkládat.

4 ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy.

Celková nabídková cena bude doplněna do návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s celkovou realizací VZ.

Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu VZ uvedenou výše.

Navýšení nabídkové ceny vč. DPH je možné pouze v případě změny daňových právních předpisů.

5 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Dodavatel v návrhu smlouvy vyplní pouze vyznačené části, doplní nabídkovou cenu a přiloží přílohy.

Vyplněný, doplněný návrh smlouvy musí být do nabídky přiložen podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být k návrhu smlouvy přiloženo zplnomocnění, které tuto osobu k podpisu opravňuje.

6 NABÍDKA

Nabídky se podávají **výhradně v elektronické podobě**.

Nabídka musí být podána v českém, příp. slovenském jazyce.

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Varianty nabídky jsou nepřípustné.

6.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena **do 27.1.2021 do 10:00 hodin**.

6.2 Způsob podání nabídek

Nabídku podává dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve lhůtě pro podání nabídek, a to v detailu této VZ uvedeném výše. Pokyny k podání nabídky a informace o E-ZAK jsou v Příloze č. 4 Výzvy.

6.3 Obsah nabídky:

- krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy) s vyplněnými údaji o dodavateli, prohlášením a nabídkovou cenou, podepsaný zástupcem dodavatele,
- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou vč. příloh(y),
- požadované certifikáty a prohlášení,
- prohlášení o kvalifikaci (Příloha č. 2 Výzvy) s vyplněnými údaji, podepsané zástupcem dodavatele,
- seznam poddodavatelů.

7 HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy bude hodnoceno dle následujících dílčích hodnotících kritérií.

7.1 Dílčí hodnotící kritéria

Dílčí hodnotící kritérium (DHK)		Váha
A	<i>Celková nabídková cena (v Kč bez DPH)</i>	90%
B	<i>Záruční lhůta na předmět plnění</i>	10%

7.2 Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí k tomu určenou zadavatelem.

7.2.1 Celková nabídková cena (A - váha 90%)

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za kompletní předmět VZ.

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejnížší celková nabízená cena v rámci této VZ. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

$$A = \frac{\text{nejvýhodnější nabídka}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100 \times 90\%$$

7.2.2 Záruční lhůta na předmět plnění (B - váha 10%)

Uchazeč v krycím listu a v návrhu smlouvy stanoví **Záruční lhůtu na předmět plnění (v měsících)**.

Min. záruční lhůta musí činit alespoň 24 měsíců a max. záruční lhůta musí činit nejvíce 60 měsíců. Při stanovení kratší záruční lhůty než minimální bude nabídka vyřazena. Uchazeči mohou stanovit delší záruční lhůtu, než je lhůta maximální, nicméně pro účely hodnocení se bude uvažovat pouze max. hodnota 60 měsíců.

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejvyšší hodnota záruční lhůty v rámci tohoto DHK nebo max. hodnocená lhůta tohoto DHK, pokud by nejvyšší hodnota záruční lhůty tuto hodnotu přesáhla. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

$$B = \frac{\text{hodnocená nabídka}}{\text{nejvýhodnější nabídka}} \times 100 \times 10\%$$

7.3 Celkové hodnocení (H)

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce:

$$H = A + B$$

7.4 Shodné hodnocení

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, bude o pořadí nabídek rozhodovat vyšší hodnota technických parametrů v tomto pořadí:

- 1) doba provozu na baterii při standardní ventilaci (vyšší hodnota bude upřednostněna),
- 2) počet jednorázových ventilačních okruhů dodaných jako součást dodávky (vyšší hodnota bude upřednostněna),
- 3) velikost obrazovky (vyšší hodnota bude upřednostněna),
- 4) hmotnost přístroje (nižší hodnota bude upřednostněna).

8 VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost zašle dodavatel zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odpoví dodavateli do 2 pracovních dnů po doručení, vysvětlení současně uveřejní v detailu této VZ v E-ZAK.

9 DALŠÍ INFORMACE

Zadávací lhůta, po kterou je dodavatel nabídkou vázán, je stanovena v délce 6 měsíců.

Kontrolu a hodnocení nabídek provede zadavatel, nebo jím ustanovená komise.

Otevírání obálek je neveřejné.

Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení bez důvodu i z jakéhokoli důvodu. Informace o případném zrušení poptávkového řízení se také uveřejní v detailu VZ v E-ZAK.

Po skončení poptávkového řízení zadavatel uveřejní na svém profilu v E-ZAK Záznam o poptávkovém řízení.

Zadavatel je povinen uveřejnit smlouvu vč. příloh v Registru smluv. Případné dodatky ke smlouvě budou uveřejněny tamtéž.

Další pokyny a informace o poptávkovém řízení jsou obsaženy v Příloze č. 4 Výzvy.

10 PŘÍLOHY

1. Krycí list nabídky
2. Vzorové formuláře
3. Návrh smlouvy
4. Pokyny zadavatele
5. Technická specifikace dodavatele

V Plzni

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského
kraje, příspěvková organizace