

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. – LABORATORNÍ TECHNIKA

- Část 1 – Box hlubokomrazící skříňový
 Část 2 – Biohazard tř. II typ A2 s příslušenstvím
 Část 3 – POCT analyzátor
 Část 4 – Průtokový cytometr
 Část 5 – POCT imunoanalyzátor
 Část 6 – Dvoumodulový hemokultivační automat – rozšíření systému

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/150/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	550/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000079
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9302.html				
ODKAZ VVZ:				
ODKAZ TED:				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0002 (1qCMd5VZ)				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, 339 01 Klatovy	IČO:	26360527		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Luboš Čapek				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Richard Volín	E-MAIL:	richard.volin@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Klatovská nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016251				

Zadavatel v souladu s § 28 odst. 1 písm. b) a § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“) vydává tuto **Zadávací dokumentaci**.

Obsah

1	ADMINISTRÁTOR	4
2	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA	4
2.1	Veřejná zakázka	4
2.2	Části VZ	5
2.3	Předmět veřejné zakázky	5
2.4	Termín a místo plnění	6
2.5	Vyhrazená změna závazku	6
2.6	Odpovědné veřejné zadávání	7
3	KVALIFIKACE	8
3.1	Základní způsobilost (§ 74 a § 75 ZZVZ)	8
3.2	Profesní způsobilost (§ 77 ZZVZ)	8
3.3	Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)	8
3.4	Ostatní ustanovení	9
3.5	Společná nabídka	10
3.6	Zahraniční dodavatelé	10
3.7	Změny v kvalifikaci	10
4	OBCHODNÍ PODMÍNKY	10
4.1	Návrh smlouvy	10
5	POŽADAVKY ZADAVATELE	10
5.1	Požadavky na plnění veřejné zakázky	10
5.2	Krycí list	11
5.3	Technická specifikace	11
5.4	Prohlášení k OVZ	12
5.5	Poddodavatelé	12
5.6	Jistota	12
5.7	Zadávací lhůta	12
5.8	Pojištění	12
5.9	Náhradní plnění	12
5.10	Požadavky kontrolního orgánu	12
6	NABÍDKOVÁ CENA	13
6.1	Zpracování nabídkové ceny	13
6.2	Limitace nabídkové ceny	13
6.3	Mimořádně nízká nabídková cena	14
7	HODNOCENÍ	14
7.1	Hodnotící kritérium	14
7.2	Způsob hodnocení nabídek	14
8	NABÍDKA	15
8.1	Lhůta pro podání nabídek	15
8.2	Forma a obsah nabídky	16

9	ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ	16
9.1	Vysvětlení zadávací dokumentace.....	16
9.2	Prohlídka místa plnění	16
9.3	Otevírání, kontrola a hodnocení nabídek.....	17
9.4	Rozhodnutí o výběru	17
9.5	Rozhodnutí o vyloučení	17
9.6	Rozhodnutí o zrušení	17
9.7	Součinnost a uzavření smlouvy	17
9.8	Uveřejnění	17
10	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	17
10.1	E-ZAK.....	17
10.2	Komunikace	18
10.3	GDPR.....	18
10.4	Výhrady zadavatele	18
11	PŘÍLOHY	19

1 ADMINISTRÁTOR

Administrátor zastupuje zadavatele v souladu s § 43 ZZVZ při provádění úkonů, které souvisí se zadávacím řízením, na základě příkazní smlouvy o zastoupení. Zadavateli jsou vyhrazena rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodnutí o vyloučení dodavatele, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, rozhodnutí o námitkách a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.

2 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

2.1 Veřejná zakázka

Název:

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. – LABORATORNÍ TECHNIKA

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky rozdělená na části, zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 a násl. ZZVZ. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva, jejíž plnění odpovídá předmětu příslušné části veřejné zakázky.

CPV kódy:

Hlavní CPV kódy:

33100000-1 Zdravotnické přístroje
51430000-5 Instalace a montáž laboratorních přístrojů a zařízení
51400000-6 Instalace a montáž zdravotnických vč. chirurgických přístrojů
50420000-5 Opravy a údržba zdravotnických vč. chirurgických přístrojů
38437000-7 Laboratorní pipety a příslušenství
39180000-7 Laboratorní nábytek
39181000-4 Laboratorní stoly
42122500-5 Laboratorní pumpy a příslušenství
42671100-1 Držáky laboratorních potřeb
42931100-2 Laboratorní odstředivky a příslušenství
38434000-6 Analyzátoři
38434500-1 Biochemické analyzátoři
38434520-7 Analyzátoři krve
38434560-9 Chemický analyzátor
38434570-2 Hematologické analyzátoři
42513000-5 Chladicí a mrazicí zařízení
38434510-4 Cytometry

CPV kódy částí:

Část 1 – Box hlubokomrazicí skříňový

42513000-5 Chladicí a mrazicí zařízení

Část 2 – Biohazard tř. II typ A2 s příslušenstvím

38434000-6 Analyzátoři

Část 3 – POCT analyzátor

38434000-6 Analyzátoři

Část 4 – Průtokový cytometr

38434510-4 Cytometry

Část 5 – POCT imunoanalyzátor

38434000-6 Analyzátoři

Část 6 – Dvoumodulový hemokultivační automat – rozšíření systému

38434000-6 Analyzátoři

Hlavní detail veřejné zakázky v E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9302.html

Na této adrese dodavatelé naleznou zadávací podmínky, odkaz na jednotlivé části VZ, vysvětlení zadávací dokumentace a další informace o veřejné zakázce.

Předpokládaná hodnota VZ činí **12 163 976,85 Kč bez DPH** za celou dobu plnění. Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu na základě průzkumu trhu a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění.

Veřejná zakázka je financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2014 – 2020, REACT-EU.

Název projektu: Klatovská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení
Identifikační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016251
Číslo výzvy: Výzva č. 98
Operační program: IROP 2014 – 2020, REACT-EU

Zpracovateli Zadávací dokumentace jsou zaměstnanci zadavatele a administrátora. Technické specifikace přístrojů zpracoval ve spolupráci se zaměstnanci zadavatele nezávislý odborný konzultant Ing. Vladimír Bičík, CSc.

Předběžné tržní konzultace nebyly realizovány.

2.2 Části VZ

Veřejná zakázka je **rozdělena na 6 částí**.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo na všechny části VZ.

Část VZ	Název VZ	Předpokládaná hodnota bez DPH celkem	Hodnota přístroje (P)/ spotřebního materiálu (S) nebo 1 BTK (B) bez DPH		Detail VZ v E-ZAK
Část 1	Box hlubokomrazící skříňový	315 549,59 Kč	P	314 049,59 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9304.html
			B	1 500,00 Kč	
Část 2	Biohazard tř. II typ A2 s příslušenstvím	672 202,47 Kč	P	661 157,02 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9305.html
			B	11 045,45 Kč	
Část 3	POCT analyzátor	2 256 198,35 Kč	P	603 305,79 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9306.html
			S	1 652 892,56 Kč	
Část 4	Průtokový cytometr	7 685 950,41 Kč	P	3 553 719,01 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9307.html
			S	4 132 231,40 Kč	
Část 5	POCT imunoanalyzátor	652 892,56 Kč	P	446 280,99 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9309.html
			S	206 611,57 Kč	
Část 6	Dvoumodulový hemokultivační automat – rozšíření systému	581 183,47 Kč	P	561 983,47 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9310.html
			B	19 200,00 Kč	

U částí 3, 4 a 5 VZ nesmí být v nabídce překročeny výše uvedené limitní ceny za dodávku přístroje ani ceny za dodávku spotřebního materiálu po dobu 5 let.

2.3 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka laboratorní techniky, provádění servisu přístrojů a dodávka souvisejícího spotřebního materiálu (diagnostických reagensů) pro zadavatele.

Část VZ	Předmět VZ	Počet kusů
---------	------------	------------

Část 1	Box hlubokomrazící skříňový	1 ks
Část 2	Biohazard tř. II typ A2 s příslušenstvím	3 ks
Část 3	POCT analyzátor	2 ks
Část 4	Průtokový cytometr	1 ks
Část 5	POCT imunoanalyzátor	1 ks
Část 6	Dvoumodulový hemokultivační automat – rozšíření systému	1 ks

Bližší specifikace předmětu plnění jednotlivých částí VZ, parametry přístrojů a další požadavky zadavatele jsou uvedeny v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace na příslušném listu, a rovněž v Příloze č. 3a ZD – Návrh kupní smlouvy na přístroj, v Příloze č. 3b ZD – Návrh kupní smlouvy na dodávku spotřebního materiálu (oba návrhy smluv pro části 3, 4, 5 VZ) a v Příloze č. 3c ZD – Návrh kupní smlouvy (pro části 1, 2, 6 VZ).

Předmět plnění musí být plně v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a příslušnými Nařízeními vlády), a rovněž i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

U všech částí VZ dodavatel zajistí dodání přístrojů do sídla zadavatele, odborné zapojení a zprovoznění přístrojů včetně zaškolení obsluhy.

Požadavky na části 3, 4, 5 VZ

Dodavatel zajistí v těchto částech VZ provádění BTK po dobu 5 let od dodání přístroje v souladu návrhy kupních smluv v Příloze č. 3a a č. 3b ZD. U těchto částí VZ je dodavatel povinen garantovat zajištění dodávek spotřebního materiálu a servisu po dobu alespoň 5 let po dodání přístroje. Spotřební materiál bude dodáván průběžně na základě aktuálních potřeb zadavatele. V Příloze č. 1 ZD - Krycí list je u příslušných částí VZ uveden předpokládaný počet vyšetření za 1 rok.

Požadavky na části 1, 2, 6 VZ

Dodavatel zajistí v těchto částech VZ provádění BTK po celou záruční lhůtu v souladu s Přílohou č. 3c ZD – Návrh kupní smlouvy. U těchto částí VZ je dodavatel je povinen garantovat zajištění pozáručního servisu po dobu alespoň 5 let po skončení záruční doby.

Účelem VZ je vybavení nemocnice laboratorní technikou. Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

2.4 Termín a místo plnění

Smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou. Kupní smlouva na přístroje (Příloha č. 3a ZD, části 3, 4, 5 VZ) má stanovenou dodací lhůtu do **16 týdnů** od účinnosti kupní smlouvy. Kupní smlouva na dodávku spotřebního materiálu (Příloha č. 3b ZD, části 3, 4, 5) se uzavře na dobu 5 let od dodání přístroje. Kupní smlouva (Příloha č. 3c ZD, části 1, 2, 6 VZ) má stanovenou dodací lhůtu do **12 týdnů** od účinnosti kupní smlouvy. Uzavření smluv se předpokládá v květnu/červnu 2022.

Místem plnění je sídlo zadavatele.

Dodavatel vyrozumí zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před plánovaným datem dodání, aby byl zadavatel připraven poskytnout mu potřebnou součinnost a předmět smlouvy převzít.

2.5 Vyhrazená změna závazku

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ:

- vyhrazuje prodloužení dodací lhůty v případě závažných okolností, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa, celosvětově nedostupná součást zařízení, válečný konflikt nebo jiná mimořádná situace. Musí se jednat o zásadní, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo události, které jsou

nezávislé na vůli zadavatele a dodavatele. Prodloužení původní dodací lhůty nesmí být zapříčiněno jednáním zadavatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládanou dobu trvání. Následně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o 30 kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Zadavatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění.

- vyhrazuje navýšení kupní ceny v případě změny sazby DPH v daňových předpisech.
- vyhrazuje prodloužení předpokládaného termínu zahájení dodávky, pokud dojde k průtahům v zadávacím řízení. Stanovená dodací lhůta v týdnech zůstane zachována.

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ:

- vyhrazuje nahrazení vybraného dodavatele dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí z důvodu porušení povinností ze strany vybraného dodavatele. Po ukončení smlouvy zadavatel osloví dodavatele dalšího v pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho nabídce. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním zadavatel novou smlouvu. Tento postup lze využít opakovaně.

Jestliže dojde v důsledku uplatnění této výhrady k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude ve smlouvě upraven rozsah plnění vybraného dodavatele vč. záručních podmínek s ohledem na již realizovanou část dodávek tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části dodávek. Uvedená výhrada podle § 100 odst. 2 ZZVZ se vztahuje jak na Kupní smlouvu na přístroj (Příloha č. 3a ZD, části 3, 4, 5), tak na Kupní smlouvu na dodávku spotřebního materiálu (Příloha č. 3b ZD, části 3, 4, 5) a na Kupní smlouvu pro části 1, 2, 6 (Příloha č. 3c ZD).

2.6 Odpovědné veřejné zadávání

Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ

Zadavatel zohlednil zásadu tím, že je veřejná zakázka rozdělena na 6 částí. Šanci uspět mají menší a střední dodavatelé.

Zadavatel dále zohlednil zásadu, když požaduje, aby dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Tato povinnost dodavatele je zakotvena v obchodních podmínkách VZ.

Dále v Prohlášení k OVZ (Příloha č. 5 ZD) zadavatel požaduje od dodavatele předložení čestného prohlášení, kde se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně dodavatelem či jeho poddodavatelem a zajistit dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO).

V rámci Přílohy č. 5 ZD dodavatel prohlásí, že bude dodržovat pracovněprávní předpisy a mezinárodní úmluvu ILO.

Zohlednění zásady environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ

Zadavatel zohlednil zásadu ve čl. 7 ZD, když u částí 1, 2, 6 VZ zvolil dílčí hodnotící kritérium délka záruky s váhou 10 %. Pozitivně bude hodnoceno zařízení s delší zárukou.

U částí 3, 4, 5 VZ budou jedním z dílčích hodnotících kritérií ve čl. 7 ZD celkové náklady na provoz a dodávku spotřebního materiálu. Více bodů obdrží nabídka s nižšími náklady.

Zadavatel dále zohlednil tuto zásadu ve čl. 5.1 ZD, když požaduje předložení dokladu o shodě, jehož nedílnou součástí je označení přístroje značkou CE.

Dále zadavatel požaduje, aby předmět plnění neobsahoval v žádné části látky, které jsou zařazeny na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), určených podle článku 57 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), včetně látek případně doplněných na seznam pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Dodavatel předloží v rámci Přílohy č. 5 ZD čestné prohlášení o neexistenci látek vzbuzujících mimořádné obavy.

Zohlednění zásady inovací podle § 6 odst. 4. ZZVZ

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů inovací při zadávání a konstatuje, že poptává po technologické i uživatelské stránce zařízení, které odpovídá jeho potřebám a při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití.

3 KVALIFIKACE

Dodavatel prokáže splnění základní, profesní způsobilosti a technické kvalifikace.

3.1 Základní způsobilost (§ 74 a § 75 ZZVZ)

Dodavatel prokáže základní způsobilost v souladu s § 74 a § 75 ZZVZ předložením čestného prohlášení podle Přílohy č. 4 ZD. Způsobilost musí být splněna nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Před uzavřením kupních smluv vybraný dodavatel předloží související doklady v elektronickém originále nebo ověřené (konvertované) kopii.

Základní způsobilost dodavatel prokáže u všech částí VZ, na které podává nabídku.

3.2 Profesní způsobilost (§ 77 ZZVZ)

Dodavatel prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ předložením čestného prohlášení podle Přílohy č. 4 ZD. Dodavatel musí splnit požadavek, aby byl:

- a) **zapsán v obchodním rejstříku**, příp. jiné obdobné evidenci, je-li to právním předpisem požadováno; týká se pouze dodavatelů, kteří jsou právníckými osobami; výpis z OR nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení,
- b) **oprávněn k podnikání** – oprávnění dodavatel prokáže doložením skutečnosti, že je **oprávněn podnikat** v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, když disponuje alespoň živnostenským oprávněním „*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*“,
- c) **odborně způsobilý** nebo disponoval osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje; dodavatel musí být **evidován v Registru zdravotnických prostředků** vedeným Státním ústavem pro kontrolu léčiv, jako osoba zacházející se zdravotnickými prostředky v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a zákonem č. 89/2021 Sb., v platném znění.

Profesní způsobilost dodavatel prokáže u všech částí VZ, na které podává nabídku.

Před uzavřením kupních smluv vybraný dodavatel předloží uvedené doklady v elektronickém originále nebo ověřené (konvertované) kopii.

3.3 Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)

Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží:

a) seznam významných dodávek

Rozsah: Min. 2 významné dodávky poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Předmětem dodávek jsou dodávky zdravotnických přístrojů. Významnou dodávkou se rozumí dodávka 1 ks dle předmětu části VZ.

Část VZ	Název VZ	Hodnota referenční zakázky – cena za 1 ks přístroje bez DPH
---------	----------	---

Část 1	Box hlubokomrazící skříňový	min. 157 774,79 Kč
Část 2	Biohazard tř. II typ A2 s příslušenstvím	min. 112 033,67 Kč
Část 3	POCT analyzátor	min. 564 049,58 Kč
Část 4	Průtokový cytometr	min. 3 842 975,21 Kč
Část 5	POCT imunoanalyzátor	min. 326 446,28 Kč
Část 6	Dvoumodulový hemokultivační automat – rozšíření systému	min. 290 591,73 Kč

Způsob prokázání pro všechny části VZ: seznam podle Přílohy č. 4 ZD – Vzor prohlášení a formulářů; v seznamu se doplní název zakázky, objednatel, datum dodání, hodnota bez DPH a stručný popis.

b) popis opatření k zajištění kvality předmětu dodávky

Rozsah: Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení o tom, že disponuje minimálně jedním řádně proškoleným technikem k řádnému provedení předmětu zakázky.

Způsob prokázání pro všechny části VZ: čestné prohlášení podle Přílohy č. 4 ZD - Vzor prohlášení a formulářů.

3.4 Ostatní ustanovení

K prokázání kvalifikace v nabídce stačí předložení **čestného prohlášení** podle Přílohy č. 4 ZD nebo **seznamu** podle Přílohy č. 4 ZD. Dodavatel je oprávněn předložit kopie dokladů ke kvalifikaci. V elektronické nabídce nemusí být čestné prohlášení podepsáno. Podepsáním elektronické nabídky se má za to, že jsou podepsány všechny dokumenty dodavatele v nabídce.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku (jsou-li předkládány), nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Prokazuje-li dodavatel kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, zejména poddodavatelů, předloží v souladu s § 83 ZZVZ nejpozději před uzavřením smlouvy písemný závazek jiné osoby (poddodavatele) k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění VZ, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Jiná osoba, resp. poddodavatel předloží též do uzavření smlouvy prostřednictvím dodavatele doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ, výpis z obchodního rejstříku (je-li v něm zapsán) a doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace za dodavatele.

K prokázání kvalifikace je dodavatel oprávněn odkázat na odpovídající informace v informačním systému veřejné správy nebo obdobném systému s neomezeným dálkovým přístupem. Odkaz bude obsahovat internetovou adresu a je-li potřeba, také údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace.

Přípustné je odkázat na doklady doložené dodavatelem v jiné VZ, pokud jsou aktuální. Dodavatel je oprávněn odkázat na seznam kvalifikovaných dodavatelů, kterým se prokazuje základní a profesní způsobilost.

Před uzavřením smlouvy bude předložen kvalifikační doklad v elektronickém originále nebo ověřené (konvertované) kopii.

Dodavatel, který nesplnil kvalifikaci, bude vyloučen ze zadávacího řízení.

Při výkladu prokázání kvalifikace se použijí ustanovení § 73 až § 88 ZZVZ.

3.5 Společná nabídka

Několik účastníků může podat společnou nabídku, má-li být předmět VZ plněn více dodavateli společně. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a předkládá výpis z obchodního rejstříku každý dodavatel samostatně. Společní dodavatelé v nabídce doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

3.6 Zahraniční dodavatelé

Kvalifikace získaná v zahraničí se prokazuje doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

3.7 Změny v kvalifikaci

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je dodavatel povinen bezodkladně tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Nevztahuje se to na případy, jestliže podmínky kvalifikace jsou přesto nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu dodavatelů nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dodavatel, který nesplnil oznamovací povinnost při změně kvalifikace, bude zadavatelem bezodkladně vyloučen ze zadávacího řízení.

4 OBCHODNÍ PODMÍNKY

4.1 Návrh smlouvy

Obchodní, záruční, pozáruční, platební a sankční podmínky jsou stanoveny:

- v **Návrhu kupní smlouvy na přístroj**, která tvoří Přílohu č. 3a ZD (pro části 3, 4, 5 VZ),
- v **Návrhu kupní smlouvy na dodávku spotřebního materiálu**, která tvoří Přílohu č. 3b ZD (pro části 3, 4, 5 VZ),
a
- v **Návrhu kupní smlouvy**, která tvoří Přílohu č. 3c ZD (pro části 1, 2, 6 VZ)

Návrhy smluv jsou závazné, dodavatel převezme jejich znění bez výhrad, když budou doplněna pouze vyznačená místa.

Dodavatel předloží v nabídce uvedené **Návrhy kupních smluv**, ve kterých vyplní ve vyznačených místech identifikační údaje, **označení části VZ**, nabídkovou cenu, kontaktní údaje a případné další informace, jsou-li požadovány.

Přílohu Kupní smlouvy na přístroj (Příloha č. 3a ZD, pro části 3, 4, 5 VZ) a Kupní smlouvy (Příloha č. 3c ZD, pro části 1, 2, 6 VZ) bude tvořit Technická specifikace, kterou dodavatel zpracuje na základě Přílohy č. 2 ZD – Technická specifikace. Přílohu Kupní smlouvy na dodávku spotřebního materiálu (Příloha č. 3b ZD, pro části 3, 4, 5 VZ) bude tvořit oceněný Krycí list a Katalog reagentů dle čl. 5.4 ZD. V nabídce stačí předložit Technickou specifikaci pouze jednou.

Neakceptace smluvních podmínek nebo nepřípustné doplnění či změna Návrhu smlouvy budou mít za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Všechny údaje uvedené v konečné smlouvě a přílohách jsou veřejné. Pokud dodavatel nesouhlasí s uveřejněním některých informací, například z důvodu ochrany obchodního tajemství, označí je v nabídce.

5 POŽADAVKY ZADAVATELE

5.1 Požadavky na plnění veřejné zakázky

Dodavatel poskytne plnění řádně, ve sjednaných termínech, v požadované kvalitě a množství, v souladu s uzavřenými smlouvami, zadávacími podmínkami, požadavky zadavatele a právními předpisy.

Součástí dodávek a nabídkové ceny dodavatele musí být také doprava nakupovaného zboží do místa určeného zadavatelem.

Dodávkou se rozumí:

- doprava veškerého zboží do místa plnění, včetně vykládky na místo určené zadavatelem
- provedení kompletního odborného zapojení, instalace a zprovoznění přístrojů
- základní zaškolení k používání a údržbě přístrojů
- případná likvidace vzniklého odpadu
- dodání návodů k obsluze, technických listů a prohlášení o shodě v českém jazyce

Požadavky na záruku jakosti (části 1, 2, 6 VZ) a provádění servisu po dobu 5 let (části 3, 4, 5 VZ) dodaného přístroje:

- spolehlivý, pravidelný, rychlý servis
- záruka na přístroj minimálně 24 měsíců (musí být jednotná pro všechny komponenty přístroje, pouze u částí 1, 2, 6 VZ)
- provádění periodických bezpečnostně technických kontrol (PBTk) a elektrických revizí v rámci požadovaného servisu a validací zdarma
- provádění servisu přístroje a dodávky spotřebního materiálu (reagencií) po dobu 5 let na základě objednávky zadavatele (u částí 3, 4, 5 VZ)
- garance ceny za provádění pozáručního servisu u částí 1, 2, 6 VZ.

Délka záruky za jakost činí u dodaného přístroje min. **24 měsíců** (části 1, 2, 6 VZ). Po dobu záruční lhůty budou bezplatně poskytovány periodické BTK kontroly dodaného přístroje.

Dodavatel je u částí 3, 4, 5 VZ povinen zajistit průběžné dodávky spotřebního materiálu (reagencií) po dobu 5 let od dodání přístroje. V této lhůtě bude dodavatel také poskytovat bezplatný servis dodaného přístroje. Po dobu 5 let od dodání přístroje bude dodavatel v těchto částech VZ v rámci servisu přístroje dodávat spotřební materiál (reagencie), provádět PBTk, jiné opakované činnosti, elektrické revize, další zkoušky, validace, vystavovat protokol, dodávat náhradní díly vč. kitů (jejich periodická výměna), a nést náklady na dopravu včetně času stráveného na cestě.

Dodavatel je povinen garantovat zajištění pozáručního servisu u částí 1, 2, 6 VZ po dobu alespoň **5 let** po skončení záruční doby. Pozáruční servis je předmětem této VZ v rozsahu požadavků uvedených v hodnotících kritériích v čl. 7 ZD a v Návrhu kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3c ZD. Bude-li dodavatel zadavatelem v části VZ č. 1, 2, 6 VZ vyzván k zajištění pozáručního servisu, bude předmětem provádění PBTk, jiných opakovaných činností, elektrických revizí, dalších zkoušek, validace, vystavení protokolu, dodávka náhradních dílů vč. kitů (jejich periodická výměna), dodávka spotřebního materiálu a náklady na dopravu včetně času stráveného na cestě.

5.2 Krycí list

Dodavatel předloží v nabídce vyplněný **Krycí list**, který tvoří Přílohu č. 1 ZD. Do Krycího listu dodavatel vyplní identifikační údaje, název dané části VZ, celkovou nabídkovou cenu, příp. položkové ceny, náklady na provoz, délku záruky a stvrdí prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek a návrhů kupních smluv. Krycí list nemusí být podepsán, jedná-li se o elektronickou nabídku nebo je-li podepsána datová zpráva nebo soubor s nabídkou.

5.3 Technická specifikace

Zadavatel stanovil technické požadavky a parametry ve čl. 2.3 ZD a v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace. Dodavatel vyplní Přílohu č. 2 ZD, ve které specifikuje v dané části VZ nabízené plnění. Jedná se zejména např. o rozměry, hmotnost, barvu, možnost údržby, konkrétní materiálové složení, obchodní název výrobku a výrobce. Je nepřipustné měnit, upravovat, doplňovat nebo vypouštět položky a parametry v tabulce technické specifikace. Součástí této přílohy budou výrobní listy, certifikáty a prohlášení o shodě. Podrobné pokyny jsou obsaženy v Příloze č. 2 ZD. Technická specifikace bude tvořit přílohu konečné Kupní smlouvy na přístroj, která tvoří Přílohu č. 3a ZD (pro části 3, 4, 5 VZ) a konečné Kupní smlouvy, která tvoří Přílohu č. 3c ZD (pro části 1, 2, 6 VZ). Dodávku spotřebního materiálu a servisu po dobu 5 let upravuje Návrh kupní smlouvy na dodávku spotřebního materiálu, která tvoří Přílohu č. 3b ZD (pro části 3, 4, 5 VZ).

Zadavatel v některých částech Technické specifikace označuje konkrétními názvy přístroje, software a technologie, které v současné době využívá, a pro které požaduje s nově pořizovanými přístroji **kompatibilitu do té míry, aby byla zajištěna plná funkčnost**, a to z důvodu ochrany předchozích investic zadavatele a využitelnosti těchto přístrojů. Jedná se tedy o konkrétní označení stávajících zadavatelem využívaných přístrojů, se kterými požaduje kompatibilitu (nikoliv o označení výrobků, které mají být předmětem dodávky).

5.4 Katalog reagensů

Dodavatel předloží v nabídce na části 3, 4, 5 VZ **katalog reagensů**, ve kterém uvede konkrétní reagensie, spotřební a kontrolní materiál a kalibrátory, a to pro zadavatelem popsání vyšetření v dané části VZ v Příloze č. 1 ZD – Krycí list ve skladbě cena v Kč bez DPH za ks, za balení, počet ks v balení, následně také s vyčíslením DPH. Katalog reagensů není předmětem hodnocení nabídek. Katalog reagensů bude tvořit přílohu konečné kupní smlouvy na dodávku spotřebního materiálu (Příloha č. 3b ZD).

5.5 Prohlášení k OVZ

Dodavatel předloží v nabídce vyplněné čestné prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání (OVZ), které tvoří Přílohu č. 5 ZD. Do Prohlášení k OVZ dodavatel vyplní identifikační údaje a název dané části VZ. Prohlášení nemusí být podepsáno, jedná-li se o elektronickou nabídku nebo je-li podepsána datová zpráva nebo soubor s nabídkou.

5.6 Poddodavatelé

Dodavatel předloží v nabídce **seznam poddodavatelů**, kteří se budou podílet na veřejné zakázce. U názvu poddodavatele bude uvedeno, zda bude prokazovat kvalifikaci a v jakém rozsahu. Využit lze Přílohu č. 4 ZD – Vzor prohlášení a formulářů. Nebude-li nabídka obsahovat informaci, že dodavatel provede zakázku samostatně, bude mít zadavatel za to, že poddodavatele nevyužije.

5.7 Jistota

Zadavatel nepožaduje jistotu.

5.8 Zadávací lhůta

Zadavatel nestanovil zadávací lhůtu.

5.9 Pojištění

Pojištění není požadováno.

5.10 Náhradní plnění

Zadavatel náhradní plnění nepožaduje.

5.11 Požadavky kontrolního orgánu

Veřejná zakázka se řídí pravidly Integrovaného operačního programu (IROP) 2014 – 2020, REACT-EU. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost během zadávacího řízení a po uzavření smlouvy, pokud jej zadavatel požádá v souvislosti s kontrolou dotačního programu. Dodavatel poskytne součinnost také při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Vybraný dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Dodavatel je povinen minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, EK, EÚD, NKÚ, příslušný orgán finanční správy, oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6 NABÍDKOVÁ CENA

6.1 Zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen předložit nabídkovou cenu, kterou závazně nabízí za splnění předmětu veřejné zakázky vymezeného ve čl. 2 ZD a přílohách ZD. Nabídkovou cenu dodavatel uvede v **Krycím listu nabídky** (Příloha č. 1 ZD), v příslušném **Návrhu kupní smlouvy**, podle části VZ, na kterou podává nabídku (Příloha č. 3a a č. 3b ZD pro části 3, 4, 5 VZ; Příloha č. 3c ZD pro části 1, 2, 6).

Část 3, 4, 5 VZ

V Krycím listu (Příloha č. 1 ZD) dodavatel vyplní cenu v Kč bez DPH a včetně DPH za dodání přístroje a cenu za náklady na provoz a dodávku spotřebního materiálu (za 1 rok a za 5 let). Obě položky dodavatel ocení samostatně. Zadavatel u příslušných částí na Krycím listu uvedl za účelem ocenění předpokládaný počet vyšetření, resp. počty reportovaných výsledků z Laboratorního informačního systému LIS. Počty vyšetření jsou orientační, fakturace proběhne podle skutečného odběru.

Náklady na přístroje zahrnují součet dílčích cen za jednotlivé dodávané přístroje v požadovaném počtu kusů, včetně souvisejících činností jako doprava, předání, zaškolení, průběžné školení, BTK, revizí, validací, a to podle doporučení výrobce v souladu s platnou legislativou ČR.

Náklady na provoz představují součet nákladů na dodávky diagnostických reagensů včetně spotřebního materiálu pro předpokládané množství specifikovaných vyšetření/stanovení, přičemž součástí ceny za dílčí vyšetření/stanovení jsou také pravidelné validace přístrojů vč. dodávky požadovaného příslušenství, náklady nutné k zajištění kalibrací dle frekvence dané výrobcem pro daná vyšetření, náklady nutné k zajištění vnitřní kontroly kvality dle frekvence dané doporučeními odborných společností pro daná vyšetření a provádění komplexního servisu. V ceně dodávek reagensů a spotřebního materiálu je rovněž zahrnutý komplexní odborný servis po dobu 5 let od dodání přístroje, přičemž servisem se rozumí provádění odborné údržby a oprav přístrojů v souladu s pokyny výrobce, zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 89/2021 Sb. a jinými souvisejícími právními předpisy. Součástí dodávky je po dobu 5 let provádění preventivní a korektivní údržby, veškerých oprav poruch (vč. dodání náhradních dílů, spotřebních materiálů, nákladů na práci servisního technika, cestovních či jiných náhrad), pravidelných revizí a validací přístrojů v souladu s příslušnými zákony a doporučeními výrobce, a rovněž provádění případné aktualizace SW nebo jiných pravidelných servisních prohlídek v souladu s příslušnými zákony či doporučeními výrobce.

Část 1, 2, 6 VZ

V Krycím listu (Příloha č. 1 ZD) dodavatel vyplní cenu v Kč bez DPH a včetně DPH za dodání přístroje a cenu za 1 PBTK.

Cena za 1 PBTK za 1 rok v pozáruční době v Kč bez DPH nesmí být nulová a musí obsahovat veškeré související náklady (kromě provádění el. kontroly a PBTK také vystavení protokolu, cenu náhradních dílů a kitů, které se periodicky mění, a dopravu včetně času stráveného na cestě). V případě, že PBTK má delší než roční periodicitu, pak se veškeré náklady související s PBTK (viz předchozí věta) dělí počtem let výrobcem stanovené periodicity provádění PBTK.

Nabídková cena včetně všech položek je pevná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s plněním veřejné zakázky, včetně dopravy, instalace, montáže, zaškolení, BTK, zisku, inflace a jiných nákladů. **Dodavatel nesmí měnit, slučovat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek**, které obsahuje Krycí list nebo jiná příloha Zadávací dokumentace. Nerespektování příslušné přílohy ZD při výpočtu a stanovení nabídkové ceny může vést k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Jednotlivé součásti nabídkové ceny budou hodnoceny podle čl. 7 ZD.

Ke zvýšení nabídkové ceny může dojít jen výjimečně v souladu se zákonem, například při změně sazby DPH nebo pokud je to vyhrazeno v ZD.

6.2 Limitace nabídkové ceny

Zadavatel stanoví, že celková nabídková cena v částí 1, 2, 6 VZ nesmí překročit předpokládanou hodnotu této části veřejné zakázky uvedenou ve čl. 2.2 ZD. V případě částí 3, 4, 5 VZ nesmí být v nabídce překročena limitní

předpokládaná hodnota nákladů na dodávku přístroje ani limitní předpokládaná hodnota nákladů na dodávku spotřebního materiálu uvedená ve čl. 2.2 ZD.

6.3 Mimořádně nízká nabídková cena

Zadavatel nestanovil mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

7 HODNOCENÍ

7.1 Hodnotící kritérium

Část 3, 4, 5

Nabídky podané na části VZ 3, 4, 5 budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která zahrnuje tato dílčí hodnotící kritéria:

- nabídková cena za přístroj v Kč bez DPH – váhy níže u jednotlivých částí VZ
- nabídková cena za provoz a dodávku spotřebního materiálu po dobu 5 let v Kč bez DPH – váhy níže u jednotlivých částí VZ

Váhy dílčích kritérií a) a b) jsou nastaveny následovně:

Tabulka vah hodnocení dílčích kritérií a) a b) pro jednotlivé části VZ		Kritérium a) K1: Celkové náklady na přístroj - váhy	Kritérium b) K2: Celkové náklady na provoz - váhy
Část 3	POCT analyzátor	40	60
Část 4	Průtokový cytometr	42	58
Část 5	POCT imunoanalyzátor	60	40

Část 1, 2, 6

Nabídky uvedené v části VZ 1, 2, 6 budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která zahrnuje tato dílčí hodnotící kritéria:

- celková nabídková cena za přístroj v Kč bez DPH – váha 80 %
- délka záruční doby – váha 10 %
- cena v Kč bez DPH za 1 PBTK v pozáruční době – váha 10 %

7.2 Způsob hodnocení nabídek

Část 3, 4, 5

V dílčím kritériu a) nabídková cena za přístroj v Kč bez DPH

Pro hodnocení bude použit cenový údaj z Krycího listu (Příloha č. 1 ZD), který zahrnuje dodávku přístroje, montáž, zaškolení, BTK, revize a validace podle čl. 6.1 ZD.

Nejnižší nabídková cena za přístroj bez DPH se vydělí hodnocenou nabídkovou cenou bez DPH a tento podíl se vynásobí číslem 100 a váhou příslušné části v tabulce ve čl. 7.1 ZD. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu.

Vzorec:

$$\frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídková cena}} \times 100 \times \text{váha části VZ} = \text{počet bodů v kritériu a)}$$

V dílčím kritériu b) nabídková cena za provoz a dodávku spotřebního materiálu po dobu 5 let v Kč bez DPH

Pro hodnocení bude použit cenový údaj z Krycího listu (Příloha č. 1 ZD), který zahrnuje náklady na provoz a na dodávku spotřebního materiálu včetně servisu přístroje po dobu 5 let v souladu se čl. 6.1 ZD.

Nejnižší nabídková cena bez DPH se vydělí hodnocenou nabídkovou cenou bez DPH a tento podíl se vynásobí číslem 100 a váhou příslušné části v tabulce ve čl. 7.1 ZD. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu.

Vzorec:

$$\frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídková cena}} \times 100 \times \text{váha části VZ} = \text{počet bodů v kritériu b)}$$

Část 1, 2, 6

V dílčím kritériu a)

Nejnižší nabídková cena za přístroj bez DPH se vydělí hodnocenou nabídkovou cenou bez DPH a tento podíl se vynásobí číslem 80. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu.

Vzorec:

$$\frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídková cena}} \times 80 \text{ váha} = \text{počet bodů v kritériu a)}$$

V dílčím kritériu b)

Nabízená délka záruční doby v měsících se vydělí číslem 60 (jako maximální délkou pro účely hodnocení) a tento podíl se vynásobí číslem 10. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu. Nabídne-li dodavatel záruku delší než 60 měsíců, bude dosazena hodnota 60 měsíců.

Vzorec:

$$\frac{\text{Hodnocená záruka v měsících}}{60} \times 10 \text{ váha} = \text{počet bodů v kritériu b)}$$

V dílčím kritériu c)

Nejnižší nabízená cena za 1 PBTk bez DPH se vydělí hodnocenou cenou za 1 PBTk bez DPH a tento podíl se vynásobí číslem 10. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu.

Vzorec:

$$\frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídková cena}} \times 10 \text{ váha} = \text{počet bodů v kritériu c)}$$

Celkový výsledek hodnocení

Vybrána bude nabídka dodavatele, která dosáhne nejvyššího počtu bodů po součtu všech dílčích kritérií v dané části VZ.

Podá-li nabídku jediný dodavatel, nebude hodnocení provedeno.

Dosáhne-li více dodavatelů shodného počtu bodů, rozhodující bude vyšší počet bodů získaných za **hodnotící kritérium a) (celková) nabídková cena** za přístroj.

U dodavatele prvního v pořadí bude provedena kontrola obsahu nabídky, potom zadavatel rozhodne o výběru.

8 NABÍDKA

8.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do **29. 4. 2022 do 10:00 hodin.**

Případná změna lhůty pro podání nabídek bude uveřejněna v detailech jednotlivých částí VZ v E-ZAK uvedených ve čl. 2.2 ZD. Dodavatel je povinen sledovat případné změny na výše uvedených odkazech.

8.2 Forma a obsah nabídky

Nabídky se podávají písemně **v elektronické podobě** a v českém jazyce. Nabídka musí být doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Není přípustné, aby dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, byl současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci jiný dodavatel.

Elektronická nabídka se podává prostřednictvím systému E-ZAK v detailu příslušné části VZ uvedeném ve čl. 2.2 ZD. Dodavatel musí být zaregistrován v E-ZAK a v Centrální databázi dodavatelů (viz čl. 10.1 ZD). Datová zpráva s nabídkou nebo elektronická nabídka musí být opatřena platným elektronickým podpisem oprávněného zástupce dodavatele. Soubory v elektronické podobě budou nepoškozené, čitelné a v obvyklých formátech přístupných uživatelům (např. pdf, doc, xls).

Podává-li dodavatel nabídku na jednu část nebo více částí VZ, **musí nabídku podat** prostřednictvím **detailu konkrétní části VZ** uvedeného ve čl. 2.2 ZD. *Příklad: Nabídka na Část 1 se podává v detailu Části 1 VZ, nabídka na Část 5 se podává v detailu Části 5 VZ.* Je přípustné vytvořit jeden soubor s nabídkou, který bude obsahovat více částí VZ, nicméně musí být podán ve všech příslušných detailech VZ.

Zadavatel doporučuje následující řazení nabídky:

- 1) **Krycí list** – označení části VZ, vyplněné identifikační údaje, nabídková cena, položkové ceny, prohlášení;
- 2) **Technická specifikace** – vyplněná specifikace části VZ, přílohou doklady;
- 3) **Katalog reagentů** – názvy položek, počet ks, oceněné položky (pro části 3, 4, 5 VZ);
- 4) **Návrh kupní smlouvy na přístroj** (Příloha č. 3a ZD, pro části 3, 4, 5 VZ) – vyplněné požadované údaje, označení části VZ a cena;
- 5) **Návrh kupní smlouvy na dodávku spotřebního materiálu** (Příloha č. 3b ZD, pro části 3, 4, 5 VZ) – vyplněné požadované údaje, označení části VZ a cena;
- 6) **Návrh kupní smlouvy** (Příloha č. 3c ZD, pro části 1, 2, 6 ZD);
- 7) **Prohlášení o kvalifikaci** – vyplněné údaje;
- 8) **Prohlášení k OVZ** – vyplněné údaje;
- 9) **Seznam poddodavatelů** – identifikační údaje poddodavatelů;
- 10) **Další informace.**

9 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

9.1 Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel může podat písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou musí doručit nejméně 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel do 3 pracovních dnů uveřejní odpověď v detailu VZ v E-ZAK dle čl. 2.1 ZD a v detailu příslušné části VZ dle čl. 2.2 ZD v položce „*Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace*“. Vysvětlení bude obsahovat dotaz bez identifikace dodavatele a odpověď. Zadavatel může uveřejnit vysvětlení i bez předchozí žádosti nebo odpovědět na pozdě doručený dotaz.

Pokud budou změněny zadávací podmínky, zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě podstatné změny, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, bude lhůta prodloužena o celou původní délku. Vysvětlení musí být uveřejněno nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Je-li zadavatel v prodlení s odpovědí, prodlouží lhůtu o příslušný počet dnů.

9.2 Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění na základě písemné žádosti zájemců o prohlídku, zaslanou administrátorovi na kontaktní e-mail: richard.volin@cnpk.cz. V případě zájmu o prohlídku místa plnění administrátor uveřejní v detailu příslušné části VZ v E-ZAK uvedeném v čl. 2.2 ZD informaci o době a místě konání prohlídky místa plnění. Prohlídka místa plnění může proběhnout nejpozději 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

9.3 Otevírání, kontrola a hodnocení nabídek

Nabídky otevřou pověřené osoby zadavatele, které poté s dalšími oprávněnými osobami zkontrolují nabídky a provedou hodnocení. Jednání, při kterých se otevírají, kontrolují a hodnotí nabídky, je neveřejné. O otevírání, posouzení a hodnocení nabídek bude pořízena zpráva, která bude tvořit přílohu oznámení o výběru. Kontrolující osoby doporučí zadavateli vybraného dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva.

9.4 Rozhodnutí o výběru

Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější v dané části VZ. Rozhodnutí o výběru bude odesláno účastníkům zadávacího řízení a uveřejněno v detailu VZ v E-ZAK.

9.5 Rozhodnutí o vyloučení

Pokud dojde k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení, zadavatel bezodkladně odešle oznámení vyloučenému dodavateli.

9.6 Rozhodnutí o zrušení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení, resp. část VZ pouze na základě důvodů uvedených v § 127 ZZVZ. Oznámení o zrušení ZŘ bude do 3 pracovních dnů od rozhodnutí odesláno účastníkům zadávacího řízení.

9.7 Součinnost a uzavření smlouvy

Vybraný dodavatel bude po rozhodnutí o výběru vyzván k poskytnutí součinnosti a uzavření smlouvy na příslušnou část VZ. Dodavatel bude vyzván k předložení elektronických originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, dále jiných dokladů nebo vzorků, jestliže tak stanovila ZD. Doklady a vzorky nebudou požadovány, pokud byly součástí nabídky. Zadavatel ověří před uzavřením smlouvy, zda dodavatel, který je českou právnickou osobou, má záznam v evidenci skutečných majitelů. Pokud nelze údaje z evidence zjistit, bude dodavatel vyloučen. K zápisu uveřejněnému v evidenci po odeslání oznámení o vyloučení se nepřihlíží. Vybraný dodavatel, který je zahraniční právnickou osobou, bude vyzván k předložení výpisu z obdobné zahraniční evidence nebo ke sdělení identifikačních údajů skutečných majitelů a předložení souvisejících dokladů.

9.8 Uveřejnění

Na profilu zadavatele v detailu VZ v E-ZAK uvedeném ve čl. 2.1 ZD a v detailech jednotlivých částí VZ dle čl. 2.2 ZD budou uveřejněny základní informace o veřejné zakázce a zásadní dokumenty jako Zadávací dokumentace s přílohami, vysvětlení zadávací dokumentace, rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení nebo Písemná zpráva zadavatele.

Na základě ustanovení ZZVZ budou zasílány formuláře do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU (TED).

Písemná zpráva zadavatele se uveřejní v E-ZAK do 30 pracovních dnů po ukončení zadávacího řízení.

Zadavatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv do 15 dnů po uzavření.

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 E-ZAK

Systém E-ZAK je certifikovaným elektronickým nástrojem, který slouží zadávání veřejných zakázek. Dodavatelé musí být v E-ZAK registrováni, aby mohli podat elektronickou nabídku.

Na elektronický nástroj E-ZAK (<https://ezak.cnpk.cz>) je napojena **Centrální databáze dodavatelů (CDD)** portálu FEN, kde probíhá registrace a administrace uživatelských účtů. **Dodavatel se musí registrovat v Centrální databázi dodavatelů** v systému FEN.cz (<https://fen.cz/#/registrace>), kde je ověřena jeho identita. Pokud dodavatel nebude registrován, nemůže v systému E-ZAK podávat nabídky ani zasílat zprávy. Proces registrace trvá **do 48 hodin** během pracovních dnů. Další informace jsou zde: <https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen/n%C3%A1pov%C4%9Bda-fen/registrace-a-ov%C4%9B%C5%99en%C3%AD-dodavatele>;

https://ezak.cnpk.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf (str. 9-17)

<https://www.cnpk.cz/blog/zmena-prihlasovani-do-ezak-pro-dodavatele>

Pokud dodavatel v E-ZAKu klikne na odkaz Registrace dodavatele v levém menu, následuje informace o registraci v systému FEN.cz. Důležité odkazy:

www.FEN.cz, případně dodavatel kontaktuje podporu systému FEN či E-ZAK.

Podpora FEN - e-mail: podpora@fen.cz, Tel.: +420 515 917 947

Podpora EZAK - e-mail: podpora@ezak.cz, Tel.: +420 538 702 719

V případě, že se dodavateli nedaří zaregistrovat do FEN, může být příčinou, že byl před vyhlášením této VZ již „předregistrován“ administrátorem a jeho IČO je tak obsazeno. V tomto případě je nutné vstoupit k dokončení registrace pomocí hypertextového odkazu z předregistračního e-mailu systému Centrální databáze dodavatelů FEN.cz, který byl zaslán na adresu dodavatele ze strany podpory EZAK. V případě potíží, ztráty nebo neobdržení předregistračního e-mailu lze kontaktovat výše uvedenou podporu systému FEN nebo EZAK.

10.2 Komunikace

Komunikace mezi zadavatelem, administrátorem na straně jedné a dodavatelem na straně druhé probíhá elektronicky prostřednictvím systému E-ZAK v detailu VZ uvedeném ve čl. 2.1 ZD a v detailech jednotlivých částí uvedených ve čl. 2.2 ZD. Výjimečně může dodavatel zaslat písemnost na kontaktní e-mail nebo datové schránky zadavatele či administrátora. Nepřipouští se telefonická komunikace ani komunikace v listinné podobě, nestanoví-li ZD jinak.

10.3 GDPR

Zadavatel je správcem osobních a citlivých údajů, administrátor zpracovatelem těchto údajů, které jsou získány v této veřejné zakázce. Zpracování údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, která vyplývá ze ZZVZ. Zadavatel, administrátor, jejich zaměstnanci a osoby pověřené kontrolou nabídek jsou vázáni mlčenlivostí. O veřejné zakázce je veden spis, který je neveřejný. Poté co bude zadávací řízení ukončeno, předá administrátor spis zadavateli k archivaci. Skartační lhůta dle ZZVZ činí 10 let od finančního ukončení projektu. Dodavatel je oprávněn požádat o výmaz údajů až po uplynutí skartační doby. Další informace jsou uvedeny na webu administrátora (www.cnpk.cz).

Jestliže dodavatel považuje některé údaje z nabídky za citlivé, např. z důvodu ochrany obchodního tajemství, označí je v nabídce. V opačném případě bude uzavřená smlouva zveřejněna včetně všech údajů, které dodavatel uvedl v nabídce.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím budou poskytnuty až po skončení zadávacího řízení.

10.4 Výhrady zadavatele

Dodavatel, který nesplní požadavky zadavatele vyplývající z této ZD ani po využití postupu dle § 46 ZZVZ zadavatelem, bude po kontrole nabídky vyloučen ze zadávacího řízení.

Zadavatel je oprávněn ověřit si údaje z nabídky dodavatele u třetích osob.

Dodavatelům je doporučeno pravidelně sledovat informace o veřejné zakázce na profilu zadavatele v E-ZAK.

Podpisuje-li dodavatel nabídku, návrh smlouvy, prohlášení nebo jiné dokumenty, musí podpis učinit osoba oprávněná zastupovat dodavatele. Nevyplývá-li oprávnění z výpisu z obchodního rejstříku, předloží dodavatel nejpozději do uzavření smlouvy kopii plné moci.

Zadavatel může dodavatele vyzvat k potvrzení přijetí zprávy. Pokud zadavatel či administrátor zasílá dodavateli zprávu elektronickou poštou (Outlook) a dodavatel zprávu nepotvrdí, považuje se za dobu doručení okamžik přijetí zprávy poštovním serverem dodavatele (tj. okamžik, kdy je zadavateli doručeno oznámení o doručení zprávy). V případě pochybností je okamžikem doručení následující den po odeslání zprávy. V případě zaslání zpráv v elektronickém nástroji E-ZAK se za dobu doručení považuje okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu dodavatele v elektronickém nástroji, v případě pochybností následující den po odeslání zprávy.

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

Varianty nabídek nejsou připuštěny.

Pokud by zadávací podmínky obsahovaly přímé či nepřímé odkazy na dodavatele, výrobky, patenty, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně připouští a umožňuje nabídnout rovnocenné, kvalitativně srovnatelné technické plnění.

Dodavatel je oprávněn podat námítky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ.

V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty zadavatele je stanovena priorita: 1. zákon, 2. pravidla operačního programu, 3. Směrnice RPK, 4. Zadávací dokumentace, 5. smlouva, 6. příloha ZD, 7. ostatní dokumenty.

Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně závazku, zadavatel bude postupovat v souladu s § 222 ZZVZ.

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout součinnost v případně kontroly veřejné zakázky ze strany oprávněných orgánů.

Text ZD vč. příloh je duševním vlastnictvím příspěvkové organizace Centrální nákup Plzeňského kraje, přičemž kopírování, přebírání pasáží či zpeněžení této dokumentace je přípustné pouze s předchozím souhlasem ředitelky CNPK.

11 PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 Krycí list (pro části 1, 2, 3, 4, 5, 6 VZ)
- Příloha č. 2 Technická specifikace (pro části 1, 2, 3, 4, 5, 6 VZ)
- Příloha č. 3a Návrh kupní smlouvy na přístroj (pro části 3, 4, 5 VZ)
- Příloha č. 3b Návrh kupní smlouvy na dodávku spotřebního materiálu (pro části 3, 4, 5 VZ)
- Příloha č. 3c Návrh kupní smlouvy (pro části 1, 2, 6 VZ)
- Příloha č. 4 Vzor prohlášení a formulářů
- Příloha č. 5 Prohlášení k OVZ

V Klatovech

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA

člen představenstva
Klatovská nemocnice, a.s.

za zadavatele

MUDr. Jiří Zeithaml

člen představenstva
Klatovská nemocnice, a.s.

za zadavatele