

| <b>VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1</b>                                  |  |                |                   |                     |                 |
|--|--|----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| NÁZEV ZAKÁZKY  |  |                |                   |                     |                 |
| <b>ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. – OPERAČNÍ SÁLY</b> |  |                |                   |                     |                 |
| <b>Část 4      Operační stůl s příslušenstvím</b>                            |  |                |                   |                     |                 |
| SPIŠOVÁ ZNAČKA:  | CN/79/CN/21  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 1722/22/CN        | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P22V00000007    |
| ODKAZ - EZAK:  | <a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9230.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9230.html</a>        |                |                   |                     |                 |
| ODKAZ VVZ:   |  |                |                   |                     |                 |
| ODKAZ TED:   |  |                |                   |                     |                 |
| Číslo VZ v systému MS2014+:  | <b>VZ 0010 (1zmeyqVZ)</b>  |                |                   |                     |                 |
| <b>ZADAVATEL:</b>  | <b>Rokycanská nemocnice, a.s.</b>  |                |                   |                     |                 |
| <b>SÍDLO:</b>  | Voldušská 750, 337 01 Rokycany   | <b>IČO:</b>    | <b>263 60 900</b> |                     |                 |
| <b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>  | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva<br>Ing. Michal Filař, člen představenstva                               |                |                   |                     |                 |
| <b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>   | Ing. Michal Filař, člen představenstva   |                |                   |                     |                 |
| <b>ADMINISTRÁTOR:</b>  | <b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>  |                |                   |                     |                 |
| <b>SÍDLO:</b>  | Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň   | <b>IČO:</b>    | <b>720 46 635</b> |                     |                 |
| <b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka   |                |                   |                     |                 |
| <b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>   | Mgr. Daniela Procházková, vedoucí právního oddělení  |                |                   |                     |                 |
| <b>E-MAIL:</b>   | <a href="mailto:daniela.prochazkova@cnpk.cz">daniela.prochazkova@cnpk.cz</a>   |                |                   |                     |                 |
| <b>DRUH VZ:</b>  | Dodávky  |                | Nadlimitní        | <b>DRUH ŘÍZENÍ:</b> | Otevřené řízení |
| <b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>   | IROP 2014 – 2020, REACT-EU:<br>Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s.<br>CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395 |                |                   |                     |                 |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

**Dne 7. 4. 2022** byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

**Dotaz č. 1:**

Požadováno 1) : **System obsahuje 1x mobilní základnu, 2x pracovní desku a 1x transportér pracovních desek.**

**Znění dotazu:** V ZD je uvedeno, Část 4 Operační stůl s příslušenstvím – dodávka 2 ks Nemá být správně požadováno ke každému stolu 2 ks transportérů operačních desek, když jsou požadovány 2 ks operačních desek k jedné mobilní základně?

**Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:**

Zadavatel sděluje, že po zvážení požaduje v rámci dodávky 2 ks operačních stolů **celkem 3 ks transportérů operačních desek.**

**Dotaz č. 2:**

*Požadováno 2): **Mobilita stolu zajištěna kolečky integrovanými v základně stolu, chráněnými krytem před znečištěním. Minimálně 2 kolečka rejdivací. Aretace stolu proti pohybu ve všech směrech zajištěna jedním pohybem.***

**Znění dotazu:** Aby byla základna stolu co nejnižší, 2,5cm (pro maximální využití C ramene) máme v základně zakomponovaná kolečka a mobilita stolu je umožněna minitrolejí, která se nasune do lišty v základně. Umožní jednoduché nadzvednutí základny pro pohyb. Po dokončení pohybu se základna pomocí minitroleje opět stabilizuje proti pohybu ve všech směrech. Může zůstat zasunutá v základně, ale z důvodů zachování co nejnižší výšky je lepší jí vysunout. Základna má dvě kolečka rejdivací. Bude zadavatel akceptovat toto řešení mobility stolu?

**Odpověď zadavatele k dotazu č. 2:**

Zadavatel trvá na řešení mobility popsané v příloze č. 2 – technické specifikaci.

**Dotaz č. 3:**

*Požadováno 3): **1x Stolek pod ruku s teleskopickou podpěrou***

**Znění dotazu:** Bude zadavatel akceptovat dodání stolku pod ruku, který nemusí mít teleskopickou podpěru? Uchycení na eurolištu je pomocí dvou svorek, které zaručují dostatečnou nosnost pro ruku. Stolek je možné posunout a zaručuje plnou RTG transparentnost

**Odpověď zadavatele k dotazu č. 3:**

Ano, bude akceptovat.

**Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se tímto **prodlužuje do 2. 5. 2022.**

V Plzni

**Mgr. Daniela Procházková**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace