

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. – OPERAČNÍ SÁLY

Část 4 Operační stůl s příslušenstvím

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/79/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	1907/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000007
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9230.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0010 (1zmeyqVZ)				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	263 60 900
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva Ing. Michal Filař, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Michal Filař, člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	720 46 635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Daniela Procházková, vedoucí právního oddělení				
E-MAIL:	daniela.prochazkova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 14. 4. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Ve specifikaci zadavatele je uvedeno:

Systém obsahuje 1x mobilní základnu, 2x pracovní desku a 1x transportér pracovních desek

Domníváme se, že takto vyspecifikovaná konfigurace neumožní systémový provoz. Obě systémové operační desky musí být v rámci systému provozuschopné. V tomto případě může být jedna systémová operační deska buďto na jediném transportéru nebo na systémové operační základně. Kde tedy současně uvažuje zadavatel mít umístěnu druhou systémovou operační desku? Pokud by první deska byla na základně, teoreticky by druhá systémová operační deska mohla být na transportéru. Celý operační stůl je v tom případě vyřazen z jakékoliv další provozní (transportní)

operace – z mobilní základny nebude možné sejmut deskou č.1, deska č.2 na transportu nebude na „obsazenou“ základnu transportovatelná atp.

Dotazy:

- *Hodlá zadavatel provozovat nefunkční systémový operační stůl v konfiguraci 1 mobilní základna, 2 systémové operační desky, 1 transportér?*
- *Neupraví zadavatel konfiguraci např. na 1 mobilní základna, 2 systémové operační desky, 2 transportéry?*

Odpověď zadavatele: Zadavatel sděluje, že trvá na původní technické specifikaci s drobnou úpravou, viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 dne 12. 4. 2021.

V závazné specifikaci zadavatele je uvedeno několik požadavků, které směřují k jedinému konkrétnímu uchazeči. Jmenovitě se jedná o popisy:

- *Mobilitu stolu zajištěna kolečky integrovanými v základně stolu....*
- *Transportér operačních desek s elektricky výškovou stavitelností*

Dle našeho mínění by mělo zadání umožnit účast pro více uchazečů, nikoliv jenom pro jediného konkrétního uchazeče. Předešlo by se oprávněným domněnkám o eliminačních tendencích. Pozitivním zodpovězením tří níže uvedenými dotazů by zadavatel umožnil soutěž pro více uchazečů, nejenom pro jediného uchazeče:

Dotaz č. 1: *Umožní zadavatel standardní mobilní systémovou základnu, tedy mobilitu stolu při využití systémového transportéru?*

Odpověď zadavatele: Zadavatel sděluje, že neumožňuje. Trvá na původní technické specifikaci s drobnou úpravou, viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 dne 12. 4. 2021.

Dotaz č. 2: *Může uchazeč nabídnout elektrický transportér pracovních desek, kde není výšková stavitelnost řízena elektricky?*

Odpověď zadavatele: Zadavatel sděluje, že neumožňuje. Trvá na původní technické specifikaci s drobnou úpravou, viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 dne 12. 4. 2021.

Dotaz č. 3: *Může uchazeč nabídnout standardní transportér pracovních desek – bez bateriového úložiště, bez výškové stavitelnosti řízené elektricky?*

Odpověď zadavatele: Zadavatel sděluje, že neumožňuje. Trvá na původní technické specifikaci s drobnou úpravou, viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 dne 12. 4. 2021.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se tímto **prodlužuje do 5. 5. 2022.**

V Plzni

Mgr. Daniela Procházková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace