

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI A.S. – OPERAČNÍ SÁLY

Část 3 Operační lampa a satelit – dvojité operační svítidlo

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/79/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	1908/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000007
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9230.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0010 (1zmeyqVZ)				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	263 60 900
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva Ing. Michal Filař, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Michal Filař, člen představenstva				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	720 46 635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Daniela Procházková, vedoucí právního oddělení				
E-MAIL:	daniela.prochazkova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 13. 4. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v části 3 ve specifikaci op. svítidel mj. požaduje pro hlavní i satelitní lampu funkcionalitu „Plynulá regulace 0–100%“. Ze zkušenosti víme, že rozsah regulace zasahující až do 0 % je v praxi nevyužívaný, jelikož dosažením tohoto krajního bodu dojde k vypnutí či zhasnutí svítidla. V praxi je zcela běžné, že personál pracuje s dostatečným rozsahem 30-100 %. Menší intenzita, než je 30 %, se v praxi nepoužívá. Jediné využití je při endoskopických operacích, k nimž se využívá endoskopického módu.

Buda zadavatelem akceptována nabídka operačních svítidel renomovaného světového výrobce, která disponují plynulou regulací intenzity osvětlení v rozsahu 25-100 % a zároveň disponují jak endoskopickým módem, tak módem ambientním (modré světlo na vrchu lampy)?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že nebude akceptovat a trvá na původní technické specifikaci.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v části 3 ve specifikaci op. svítidel mj. požaduje „rozsah teploty chromatičnosti možno plynule regulovat v rozsahu od 3 000°K do 5 500°K za zachování chladného světla“. Ze zkušenosti a praxe víme, že rozsah víme, že požadavek na teplotu 3 000°K je nepřiměřený a běžně nepoužívaný. Tato teplota nemá v praxi opodstatnění, jelikož takto žluté spektrum operačním výkonům nenapomáhá, spíše naopak dochází ke zkreslení barevnosti tkání. Bude zadavatel akceptovat nabídku svítidel, která disponují regulovatelným rozsahem teploty začínající na 3 800°K?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že nebude akceptovat a trvá na původní technické specifikaci.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v části 3 ve specifikaci op. svítidel mj. požaduje „možnost nastavení individuálních parametrů svítidel a jejich uložení do paměti pro pozdější rychle nastavení dle typu výkonu anebo požadavku konkrétního operátora“. Operační svítidla obecně není nutné nastavovat natolik, aby bylo zapotřebí paměťové funkce. Ze znalosti trhu se domníváme, že se tuto funkci nabízí pouze jeden výrobce.

Umožní zadavatel účast v soutěži více dodavatelů tím, že bude akceptovat nabídku svítidel a bez této funkcionality?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že nebude akceptovat a trvá na původní technické specifikaci.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se tímto **prodlužuje do 5. 5. 2022 do 10:00.**

V Plzni

Mgr. Daniela Procházková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace