



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 10. 5. 2022

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. – OHŘEV PACIENTŮ

Část 1 - Ohřev pacientů elektrický

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/103/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	2252/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000225
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9448.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/269433				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217616-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0016 (1qKJvGVZ)				
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLLO:	Hradecká 600, 333 01 Stod			IČO:	26361086
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Jiří Janota – vedoucí provozu				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), z vlastní vůle vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

V návaznosti na předchozí Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 6. 5. 2022 zadavatel upřesňuje informace k technické specifikaci:

Co se týká požadavku na příkrývku, zadavatel akceptuje mimo jiné také příkrývku o rozměrech 50 x 82 cm.

Příkrývkou se rozumí vyhřívaná podložka pod pacienta.

Pokud se jedná o požadavky zadavatele na rozměr matrace, zadavatel uvádí, že rozměry požadované v Příloze č. 2 ZD zůstávají stejné, a to včetně odchylky +/- 10%. Zadavatel současně připouští matraci o rozměrech 50 x 82 cm, a to pouze za podmínky, že tato matrace bude splňovat medicínský účel.



Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace