

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI A.S. – ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA A TRANSPORTNÍ TECHNIKA

Část 7 Překládové zařízení s nosností minimálně 180 kg

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/79/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	2800/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000293
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9516.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0008 (1qGDTQVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, 344 01 Domažlice			IČO:	263 61 078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpřnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Daniela Procházková, vedoucí právního oddělení				
E-MAIL:	daniela.prochazkova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 20. 5. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Požadováno:

1) Zařízení je vybaveno optoelektronickými snímači polohy pacienta, které fungují jako závora- zařízení zastaví přesun pacienta v případě, že na straně kam je posouván, není lůžko nebo operační stůl

Dotaz 1)

Ano, závora s optoelektrickými senzory máme, ale funkce je taková, že po přesunu pacienta z jedné strany překládové stěny na druhou stranu se automaticky zastaví pás. Obsluha na druhé straně dále pomocí dálkového ovladače přesune pacienta na lůžko nebo operační desku. Nemůže tedy dojít k tomu, aby pacient spadl, pokud by

*tam nebylo připravené lůžko nebo operační deska.
Bude zadavatel akceptovat toto řešení?*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat řešení dle zmíněného dotazu.

Dotaz č. 2:

2) Displej zobrazující stav na právě prováděnou činnost, komunikace v ČJ

Dotaz 2)

Naše zařízení nemá display, ale na ovládacím panelu jsou LED světla s českým popisem, která signalizují právě probíhající činnost.

Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původním zadání

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se tímto mění do **7. 6. 2022 do 10:00.**

V Plzni

Mgr. Daniela Procházková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace