

<b>VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1</b>					
NÁZEV ZAKÁZKY					
<b>ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI A.S. – ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA A TRANSPORTNÍ TECHNIKA</b>					
Část 6		Urgentní transportní lůžko (stretcher) s příslušenstvím			
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/79/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	2801/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000293
ODKAZ - EZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9516.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9516.html</a>				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0008 (1qGDTQVZ)				
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Domažlická nemocnice, a.s.</b>				
<b>SÍDLO:</b>	Kozinova 292, 344 01 Domažlice	<b>IČO:</b>	<b>263 61 078</b>		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
<b>SÍDLO:</b>	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň	<b>IČO:</b>	72046635		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	Mgr. Daniela Procházková, vedoucí právního oddělení				
<b>E-MAIL:</b>	<a href="mailto:daniela.prochazkova@cnpk.cz">daniela.prochazkova@cnpk.cz</a>				
<b>DRUH VZ:</b>	Dodávky		Nadlimitní	<b>DRUH ŘÍZENÍ:</b>	Otevřené řízení
<b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

**Dne 26. 5. 2022** byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

**Dotaz č. 1:**

Požadováno v příloze ZD - TS :

1)Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-85 cm, nožní ovládací páky na obou stranách lůžka.

Dotaz 1):

Bude zadavatel akceptovat nožní ovládací páky pouze v nožní části, což splňuje medicínský účel a neomezuje možnost zdvihu ani při parkování vozíku u zdi?

**Odpověď zadavatele:**

**Zadavatel – trvá na nožním ovládní – po obou stranách lůžka.**

**Dotaz č. 2:**

*2) Kolečka s centrálním ovládním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm + výsuvné a odpružené centrální páte kolečko pro snadnou manipulaci.*

*Dotaz 2)*

*Máme 200 mm kolečka s centrálním ovládním brzd ze všech 4 stran a možnost nastavit kolečka do polohy pro udržení přímého směru a snadnou manipulaci. Máme i možnost 5 této kolečka, které ale není odpružené.*

*Bude zadavatel akceptovat tuto možnost?*

**Odpověď zadavatele:**

**Zadavatel souhlasí s možností dodání 5 této kolečka, které nemusí být odpruženo.**

**Upozornění:**

Lhůta pro podání nabídek se tímto **nemění**.

V Plzni

**Mgr. Daniela Procházková**

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace