

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - VYBAVENÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNÍ ODDĚLENÍ

Část 3 – Inkubátor novorozenecký

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/54/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	2956/22/CN	SYSTÉMOV É ČÍSLO VZ:	P21V00000355
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8672.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/276072				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292889-2022:TEXT:EN:HTML&src=0				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0017 (1qKJwNVZ)				
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Hradecká 600, Stod, 333 01			IČO:	26361086
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva MUDr. Iva Pešková, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Jiří Janota, vedoucí provozu				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Dominika Komašková, právnička			E-MAIL:	dominika.komaskova @cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 01. 06. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Vážený Zadavateli,
tímto bychom Vás chtěli požádat o vysvětlení zadávací dokumentace:
Zadavatel požaduje maximální šířku 100 cm.

Bude zadavatel akceptovat šířku novorozeneckého inkubátoru 120,6 cm?

Předem děkuji za vysvětlení.

Odpověď zadavatele: Zadavatel požaduje délku přístroje max. 120 cm a šíři max. 80 cm (z důvodu průjezdu dveřmi) pokud je rozměrem 120,6 cm myšlena delší stran přístroje pak tento rozměr zadavatel akceptuje.

Zadavatel současně uveřejňuje dokument Aktualizovaná Příloha č.2 ZD_Technická specifikace_vybavení gynpor, ve které je tato úprava zpracována.

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **11. 07. 2022 do 10:00 hodin**.

V jiných částech VZ se lhůta pro podání nabídek nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Dominika Komašková

právnička
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace