



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI A.S. – EKG S WIFI ČI LAN PŘIPOJENÍM

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/91/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	2989/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P21V00000552
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8869.html				
ODKAZ VVZ:	-				
ODKAZ TED:	-				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0009 (1qGxtpVZ)				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, Klatovy, 339 01	IČO:	263 60 527		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA., LL.M. – místopředseda představenstva MUDr. Jiří Zeithaml – člen představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA – člen představenstva Ing. Petr Liškář, MBA – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Luboš Čapek				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová				
E-MAIL:	michaela.bervidova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		VZ malého rozsahu	DRUH ŘÍZENÍ:	poptávkové řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Klatovská nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016251				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavateli byla prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci zadavatele u zadávacího řízení na "EKG S WIFI ČI LAN PŘIPOJENÍM" je uveden požadavek na "12 svodový EKG přístroj pro dospělé a pediatrické pacienty. V tech. specifikaci však není uvedena hodnota tech. parametru "Frekvenční rozsah EKG pro děti", který je má být větší než pro dospělé pacienty. Pro dětské pacienty je u EKG vyžadován frekvenční rozsah EKG v rozmezí 0,05 Hz do 300 Hz (IEC/AHA). Může zadavatel specifikovat hodnotu tohoto technického parametru?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje frekvenční rozsah EKG na 0,05 Hz do 250 Hz (max. do 300 Hz). Tento rozsah je se správnými filtry dostatečný pro děti po 1. roce věku.

Změna technické specifikace je vyznačena v Příloze č. 1 tohoto Vysvětlení žlutým podbarvením.

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávacích podmínek zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** o celou její původní délku, tj. do **27. 6. 2022 do 11:00 hodin**.

Přílohy: Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 2 – Příloha č. 2 Výzvy – Technická specifikace – upravená 9. 6. 2022

V Plzni

Mgr. Bc. Michaela Bervidová

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace