

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - INFUZNÍ TECHNIKA

Část 2 - Pumpa infuzní

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/92/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	3147/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000192
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9415.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/275327				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283035-2022:TEXT:EN:HTML&src=0				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0013 (1qKIWQVZ)				
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Hradecká 600, Stod, 333 01			IČO:	26361086
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva MUDr. Iva Pešková, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Jiří Janota, vedoucí provozu				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Dominika Komašková, právnička			E-MAIL:	dominika.komaskova@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, obsahující níže specifikovanou změnu.

Zadavatel vydává z vlastní vůle následující vysvětlení zadávací dokumentace.

V Příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Technické specifikaci je u Části 2 – Pumpa infuzní chybně uvedeno, že nabízené infuzní pumpy musí být kompatibilní s dokovacími stanicemi výrobce Fresenius KAB, model: LINK6+AGILIA.

Zadavatel nyní opravuje svůj požadavek: Nabízené infuzní pumpy musí být v zájmu zachování předchozích investic zadavatele kompatibilní s dokovacími stanicemi výrobce Argus.

V této souvislosti Zadavatel současně s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje aktualizovanou Přílohu č. 2 – Technickou specifikaci.

Upozornění:

Vzhledem ke změně výše uvedeného technického parametru Zadavatel **prodlužuje** v Části 2 – Pumpa infuzní lhůtu pro podání nabídky **do 18. 07. 2022 do 10:00 hodin.**

V jiných částech VZ se lhůta pro podání nabídek nemění.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Dominika Komašková
právníčka
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace