



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 23. 6. 2022

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - ENDOSKOPICKÉ VYBAVENÍ

Část 3 - Nasofaryngoskop flexibilní

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/102/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	3381/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000221
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9444.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/274756				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288429-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0006 (1qKGAQVZ)				
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Hradecká 600, Stod PSČ 333 01			IČO:	26361086
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.- místopředseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Jiří Janota, vedoucí provozu				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 14. 6. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD Technická specifikace v části 3 – flexibilní pediatrický nasofaryngoskop požaduje úhel rozhledu 110 °, pracovní délku min. 370 mm, vnější průměr zaváděcího tubusu 15,5 Fr., průměr pracovního kanálu 7 Fr., Pohyb distálního konce 210 ° nahoru a 140 ° dolů.

Účastník uvádí, že výše popsané parametry flexibilního pediatrického nasofaryngoskopu nezaručují povahou endoskopu možnost jeho použití u pediatrických pacientů. Nabízíme flexibilní pediatrický nasofaryngoskop s úhlem



rozhledu 85 °, pracovní délkou 300 mm, vnějším průměrem 11,5 Fr., průměrem pracovního kanálu 4,2 Fr. a pohybem distálního konce nahoru a dolů 160 °/160 °. Námi nabízený flexibilní nasofaryngoskop zajišťuje nižší traumatizaci nosohltanu a zároveň splňuje požadovaný medicínský účel použití.

Bude Zadavatel akceptovat námi nabízený pediatrický nasofaryngoskop s úhlem rozhledu 85 °, pracovní délkou 300 mm, vnějším průměrem 11,5 Fr., průměrem pracovního kanálu 4,2 Fr. a pohybem distálního konce nahoru a dolů 160 °/160 ° převyšující požadavky Zadavatele?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že trvá na původních požadavcích na technické parametry zboží uvedené v Příloze č. 2 ZD _Technická specifikace.

Upozornění:

Vzhledem k termínu zveřejnění Vysvětlení ZD č. 2 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 7. 2022 do 10.00 hodin.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace