



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 23. 6. 2022

NÁZEV ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - ENDOSKOPICKÉ VYBAVENÍ

Část 6 - GASTRO endoskopické vybavení - gastrokopická sestava

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/102/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	3429/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000221
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9444.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/274756				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288429-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0006 (1qKGAQVZ)				
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Hradecká 600, Stod PSČ 333 01			IČO:	26361086
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.- místopředseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Jiří Janota, vedoucí provozu				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky		Nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	Otevřené řízení
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 17. 6. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

1/ Zadavatel požaduje u manuálního dezinfektoru, sušicí a skladovací skříně a automatického dezinfektoru propojitelnost - kompatibilitu se stávajícím endoskopickým vybavením. Požaduje zároveň zadavatel u poptávaného videoprocesoru včetně zdroje světla propojitelnost – kompatibilitu (z důvodu ochrany předchozích investic) se stávajícím endoskopickým vybavením na pracovišti zadavatele Stodská nemocnice, a.s.?



Odpověď zadavatele:

Ne. Zadavatel sděluje, že nepožaduje propojitelnost – kompatibilitu se stávajícím endoskopickým vybavením na pracovišti zadavatele Stodská nemocnice, a. s.

Dotaz č. 2:

2/ Zadavatel požaduje u tenkého videogastroskopu CCD čip u videogastroskopu CMOS čip a u videokolonoskopu CMOS čip. Použití technologie CMOS nebo CCD čipů u požadovaných endoskopů nepřináší zadavateli žádný benefit.

Umožní zadavatel dodání CCD nebo CMOS čipu u poptávaných endoskopů při zachování požadovaného rozlišení?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na požadovaných typech čipů u jednotlivých poptávaných endoskopů.

Dotaz č. 3:

3/ Zadavatel požaduje u elektrokoagulační a argonové jednotky minimálně 250W v monopolárním módu a základní frekvenci 330kHz. U žádného endoskopického výkonu, a to i z bezpečnostních důvodů, není potřebný výkon 250W v monopolárním režimu. Během flexibilní endoskopie v GIT a plicích jsou na vysokofrekvenční jednotku napojeny monopolární a bipolární instrumenty s maximálním výstupním výkonem do 120W. V případě jakéhokoliv možného nastavení výstupu nad 120W, které jednotka také umožňuje, může dojít k nesprávné funkci připojených instrumentů, jejich poškození, dále poškození endoskopu, a v neposlední řadě, je zde vážné riziko poškození pacienta.

Umožní zadavatel dodání jednotky s max. výkonem 120W v monopolárním režimu a frekvencí 430kHz?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel sděluje, že nebude akceptovat elektrochirurgickou jednotku s monopolárním výkonem 120 W a trvá na požadavku minimálního monopolárního výkonu 250 W. Zadavatel bude poptávanou elektrokoagulační jednotku používat i pro jiné aplikace a z tohoto důvodu trvá na požadovaném výkonu minimálně 250 W.

Dotaz č. 4:

4/ Zadavatel požaduje nahrávací zařízení a zároveň integrovaný harddisk s možností nahrávání v rámci jednotky pro umělou inteligenci a dále videoprocessor, který musí podporovat přímé připojení přes DICOM formát a zajištění přenosu pacientovy fotodokumentace na PACS server BEZ dalšího hardwarového příslušenství. Tyto funkcionality se dublují a zároveň vylučují.

Umožní zadavatel dodání nahrávacího zařízení splňující veškerou potřebnou funkcionalitu jako nahrávání foto a video v HD rozlišení, zasílání obrázků do PACS a implementaci do stávajícího NIS?



Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje přímé připojení videoprocessoru přes DICOM formát, tak jak je definováno v požadavcích na technické parametry, externí záznamové zařízení a jednotku pro umělou inteligenci s integrovaným pevným diskem (180GB) s možností 30 hodin Full HD videozáznamů ve formátu MP4. Poptávané externí záznamové zařízení bude zadavatel sdílet i na jiných vyšetřovnách. Nebude tedy stabilně součástí poptávaného videoprocessoru, a z tohoto důvodu zadavatel trvá na uvedeném požadavku. Pořízení videozáznamu v případě jednotky pro umělou inteligenci je sekundární záložní řešení, díky kterému nevznikají další servisní náklady. Rovněž může být sdíleno na jiné vyšetřovně.

Upozornění:

Vzhledem k upřesnění zadávacích podmínek a k termínu zveřejnění Vysvětlení ZD č. 3 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 1. 7. 2022 do 10.00 hodin, tak aby lhůta pro podání nabídek činila nejméně 5 pracovních dnů od zveřejnění Vysvětlení ZD.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace