

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/120/CN/21	ČÍSLO JEDNACÍ:	3639/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000310
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9533.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/274824				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:276230-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 007 (1qGD9rVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDL:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice	IČO:	26361078		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Ing. Petr Liškář, MBA – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDL:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová	E-MAIL:	michaela.bervidova @cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK **1 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k části 3 – Hypotermicko-hypertermický přístroj**, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: Dobrý den,

žádáme Vás o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. V příloze č. 2 "Technická specifikace" pro část 3 – Hypotermicko-hypertermický přístroj“ uvádíte mimo jiné následující parametry:

- Teplota kapaliny 3,5 – 42 °C

Různí výrobci mají různou konstrukci a proto odlišné parametry při splnění stejného medicínského účelu a použití. Požadovaná teplota předem určuje jednoho jediného výrobce. Tazatelem nabízený systém moderní konstrukce je efektivnější a postačí teplota kapaliny v rozsahu 13,0 – 40,8 °C.

Dotaz č. 1: Bude vzhledem k uvedeným faktům zadavatel akceptovat nabídku na přístroj s rozsahem teploty kapaliny 13,0 – 40,8 °C?

Odpověď zadavatele: Zadavatel sděluje, že z důvodu možného rozšíření počtu dodavatelů akceptuje teplotní rozsah 13-40,8 °C.

Dotaz č. 2:

- Rychlost ohřátí 4-5 °C/min

Z uvedeného požadavku rychlosti ohřevu vůbec nevyplývá, čeho se tato rychlost týká.

Dotaz č. 2: Vzhledem k výše uvedenému tazatel žádá zadavatele o podrobné upřesnění čeho se požadovaná rychlost týká.

Odpověď zadavatele: Zadavatel upřesňuje, že uvedený požadavek se týká rychlosti ohřívání media/kapaliny.

Dotaz č. 3:

- Včetně příslušenství, tj. 3 celotělové a 2 hlavové podložky

Různí výrobci mají odlišnou konstrukci při splnění stejného medicínského účely. To znamená, že tvar příkrývek se různě liší.

Dotaz č. 3: Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj využívající velmi efektivních příkrývek typu Wrap, které zároveň chladí či ohřívají i hlavu, v různých velikostech dle pacienta?

Odpověď zadavatele: Zadavatel sděluje, že bude akceptovat příkrývky, které zároveň chladí či ohřívají i hlavu, v různých velikostech, jen pokud lze chladit hlavu zvlášť, tedy bez současného použití celotělové příkrývky.

Dotaz č. 4:

- Kompatibilita příslušenství se stávajícím systémem Blanketroll 3

Tento požadavek na kompatibilitu se starým systémem je zcela diskriminační a omezuje předem veřejnou soutěž na jeden jediný výrobek. Vzhledem k požadavku nákupu 4 kusů přístrojů, které zcela pokryjí veškeré požadavky nemocnice, se tazateli jeví tento požadavek jako zcela nadbytečný a omezující zadavatele ve skutečném výběru z několika nabídek vesměs nabízejících modernější a efektivnější

přístroje. Vzhledem k nemalé výši předpokládané hodnoty části 3 „Hypotermicko-hypertermický přístroj – 4 ks“ by se zadavatel připravil o možnost pořízení modernějších a propracovanějších typů.

Dotaz č. 4: Zruší zadavatel vzhledem k výše uvedeným faktům požadavek na kompatibilitu se starým systémem?

Věříme, že zadavatel vyhoví všem dotazům a umožní tak účast více uchazečům a optimální výběr zdravotnické techniky. Děkujeme

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel nebude vyžadovat kompatibilitu při dodržení dodání výše uvedeného příslušenství (min. 3 chladicí celotělové + 2 hlavové podložky ke každému přístroji).

Upozornění:

Změny technické specifikace jsou patrné v Příloze č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 (označeno žlutým podbarvením).

Zadavatel **prodlužuje lhůtu k podání nabídek k části 3 VZ – Hypotermicko-hypertermický přístroj do 9. 8. 2022 do 10:00 hodin** z důvodu změny technické specifikace předmětu plnění, která může zapříčinit změnu okruhu dodavatelů.

Přílohy: Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 7 - Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace - upravená 1. 7. 2022

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Bc. Michaela Bervidová
administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace