

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

### NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE

|                             |                                                                                                                                                                |                  |            |                     |                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------------|----------------------------|
| SPISOVÁ ZNAČKA:             | CN/104/CN/21                                                                                                                                                   | ČÍSLO JEDNACÍ:   | 3664/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P21V00000348               |
| ODKAZ E-ZAK:                | <a href="https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8665.html">https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8665.html</a>                                                  |                  |            |                     |                            |
| ODKAZ VVZ:                  | <a href="https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/275678">https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/275678</a>                        |                  |            |                     |                            |
| ODKAZ TED:                  | <a href="https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288443-2022:TEXT:CS:HTML">https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288443-2022:TEXT:CS:HTML</a>              |                  |            |                     |                            |
| Číslo VZ v systému MS2014+: | VZ 0011 (1qKlgNVZ)                                                                                                                                             |                  |            |                     |                            |
| <b>ZADAVATEL:</b>           | <b>Stodská nemocnice, a.s.</b>                                                                                                                                 |                  |            |                     |                            |
| <b>SÍDLO:</b>               | Hradecká 600, Stod, 333 01                                                                                                                                     |                  |            | <b>IČO:</b>         | 263 61 086                 |
| <b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b> | Mgr. Jaroslav Šíma MBA – předseda představenstva,<br>MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva,<br>MUDr. Iva Pešková – člen představenstva |                  |            |                     |                            |
| <b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>      | Ing. Jiří Janota                                                                                                                                               |                  |            |                     |                            |
| <b>ADMINISTRÁTOR:</b>       | <b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>                                                                                                |                  |            |                     |                            |
| <b>SÍDLO:</b>               | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň                                                                                                                                |                  |            | <b>IČO:</b>         | 72046635                   |
| <b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b> | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka                                                                                                                               |                  |            |                     |                            |
| <b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>      | Mgr. Bc. Michaela Bervidová                                                                                                                                    |                  |            | <b>E-MAIL:</b>      | michaela.bervidova@cnpk.cz |
| <b>DRUH VZ:</b>             | dodávky                                                                                                                                                        | <b>REŽIM VZ:</b> | nadlimitní | <b>DRUH ŘÍZENÍ:</b> | otevřené                   |
| <b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>    | IROP 2014 – 2020, REACT-EU:<br>Stodská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení<br>CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255   |                  |            |                     |                            |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel prodlužuje z vlastní vůle lhůtu k podání nabídek pro **část 7 – Neurostimulátor do 18. 7. 2022 do 10:00 hod.**

Zadavatel dále tímto odpovídá na **žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k části 8 – Vozík resuscitační**, která byla dne 29. 6. 2022 doručena prostřednictvím E-ZAK jedním dodavatelem.

**Dotaz č. 1:** Dobrý den, prosíme o doplnění informace, kolik zásuvek má mít Vámi poptávaný resuscitační vozík. V popisu není uvedeno. V příloze Vám zasílám 2 technické nákresy jeden s 5-ti zásuvkami a jeden se 4-mi zásuvkami - který je pro Vás vyhovující? Děkuji

**Odpověď zadavatele:** Zadavatel sděluje, že v technické specifikaci doplnil požadavek na min. 4 zásuvky. Zadavatel bude akceptovat resuscitační vozík se 4 a více zásuvkami.

**Dotaz č. 2:** Další dotaz je k příslušenství a to nerez otevírač ampulí - již nevyrábíme a je nahrazen: držákem a 5-ti plastovými krabičkami - bude akceptovatelné? Také zasílám obrázek. Děkuji

**Odpověď zadavatele:** Zadavatel sděluje, že upravil technickou specifikaci odstraněním požadavku na nerezový otevírač ampulí. Zadavatel bude akceptovat navržený držák s 5 plastovými krabičkami.

#### **Upozornění:**

Změny technické specifikace jsou patrné v Příloze č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 (označeno žlutým podbarvením).

Zadavatel **prodlužuje lhůtu k podání nabídek k části 8 VZ – Vozík resuscitační do 8. 8. 2022 do 10:00 hodin** z důvodu změny technické specifikace předmětu plnění, která může zapříčinit změnu okruhu dodavatelů.

**Přílohy: Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 5 - Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace – upravená 4. 7. 2022**

V Plzni

**Mgr. Bc. Michaela Bervidová**  
administrátor  
Centrální nákup Plzeňského kraje,  
příspěvková organizace