

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. – NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ PRO VIROLOGII

Část 3 - RealTime PCR + připojení analyzátoru PCR

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/55/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	3705/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000351
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9681.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/279040				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332543-2022:TEXT:EN:HTML&src=0				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0001 (1AVW0oVZ)				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, 339 01 Klatovy			IČO:	26360527
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Luboš Čapek, referent VZ				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Dominika Komašková, právnička			E-MAIL:	dominika.komaskova@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Klatovská nemocnice - rozvoj laboratorních kapacit CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0016983				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 30. 06. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: Zadavatel v Příloze č. 2 ZD_Technická specifikace_102 Nákup laboratorních přístrojů pro část 3 – Real-Time PCR a + připojení analyzátoru PCR stanovil technické parametry na termocyklér. V rámci těchto parametrů zadavatel požaduje:

„Excitace pomocí LED; minimálně osm excitačních LED a osm detekčních fotodiod pro každý barevný kanál (pro rychlé čtení a eliminaci nepřesností např. při použití CCD kamery); bez doporučení či nutnosti pravidelné kalibrace barev (ušetření nákladů)“

Dodavatel má v nabídce PCR cykler, který plní funkce rychlého čtení signálu, eliminaci nepřesností a je bez nutnosti pravidelné kalibrace barev, tedy šetří náklady, ovšem tento proces technologicky řeší jiným technickým způsobem, než ve veřejné zakázce podmiňuje Zadavatel existencí osmi excitačních a osmi detekčních LED pro každý kanál.

Dodavatel se domnívá, že neexistuje žádná odůvodněná potřeba na technický požadavek osmi excitačních a detekčních LED pro každý kanál. Jde o pouhou specifiku konkrétního jediného technického řešení u konkrétního produktu, tedy o pouhý diskriminační parametr znemožňující hospodářskou soutěž.

Tento parametr v technické specifikaci, diktuje konkrétní technické řešení v podobě určení jedné konkrétní komponenty/jedné jedině konkrétní části zařízení, bez návazných konsekvencí technického řešení ostatních součástí a technického provedení každého jednoho výrobce RealTime PCR.

Dotaz:

Bude Zadavatel akceptovat i systém, který bude plně splňovat požadavky Zadavatele na umožnění rychlé a přesné akvizici signálu bez nutnosti kalibrace barev, ovšem jiným alternativním technologickým řešením, plně splňující účel a funkci podmíněnou Zadavatelem?

Odpověď zadavatele: Ano, je možné akceptovat i jiné technické řešení, pokud součástí nabídky bude doložení dosažení stejných či lepších technických parametrů a to validační studií porovnávající AriaMx a nabízený přístroj.

Dotaz č. 2: Zadavatel v Příloze č. 2 ZD_Technická specifikace_102 Nákup laboratorních přístrojů pro část 3 - Real-Time PCR a + připojení analyzátoru PCR stanovil technické parametry na termocyklér. V rámci těchto parametrů zadavatel požaduje:

„Plná kompatibilita s již stávajícím termocyklérem AriaMx a jeho SW“

Vzhledem ke skutečnosti, že analyzátor termocyklér provádějí amplifikaci a zobrazuje její výsledek zcela nezávisle na vnějším okolí takového zařízení, není nám zřejmá žádná funkce nově pořizovaného zařízení, která by podmiňovala pro správné fungování tohoto nového zařízení jakoukoliv nutnost „Plné kompatibility s již stávajícím termocyklérem AriaMx a jeho SW“ instalovaným u Zadavatele. Navíc termocyklér AriaMx není zdravotnickým prostředkem s CE IVD certifikací pro jeho provoz v klinické laboratoři.

Dotaz:

Žádáme Zadavatele o vysvětlení, jakou funkci zařízení Zadavatel požaduje tímto parametrem, případně zda Zadavatel bude akceptovat zařízení, které bude mít „plnou porovnatelnost výsledků s již stávajícím termocyklérem“?

Odpověď zadavatele: Ano, akceptujeme, že není nutná plná kompatibilita s již stávajícím termocyklérem AriaMx a jeho SW a můžeme akceptovat zařízení, které bude mít „plnou porovnatelnost výsledků s již stávajícím termocyklérem AriaMx a jeho SW“. Tato kompatibilita musí být doložena validační studií porovnávající AriaMx a nabízený přístroj jako součást nabídky, kdy bude doloženo dosažení stejných či lepších technických parametrů.

Dotaz č. 3: Zadavatel v Příloze č. 2 ZD_Technická specifikace_102 Nákup laboratorních přístrojů pro část 3 - Real-Time PCR a + připojení analyzátoru PCR stanovil technické parametry na termocyklér. V rámci těchto parametrů zadavatel požaduje:

„Možnosti uspořádání minimálně: nastavení a spouštění běhů na přístroji bez PC (standalone; programování na obrazovce přístroje nebo spouštění z FLASH paměti), z připojeného PC (colocated) a přes počítačovou síť (LAN, pro ušetření místa v laboratoři). “

Zadavatel též požaduje dodání řídicí stanice PC. Z tohoto požadavku vyplývá, že přístroj bude ovládán přes PC a dodavatel tedy nevidí jako nutnost minimálního požadavku tzv. „standalone systém“.

Dotaz:

Bude Zadavatel akceptovat nabídku přístroje, který bude ovládán přes Dodavatelem dodanou řídicí stanici, bez možnosti ovládat cykler přes dotykový displej?

Odpověď zadavatele: Trváme na souběžném technickém řešení jak standalone přístroje, tak i připojeného PC s ovládacím softwarem, aby byla zajištěna možnost programování dalších reakcí a změny nastavení metod nezávisle na přístroji a jeho aktuální činnosti.

Upozornění:

Vzhledem k připuštění nového parametru přístroje zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **09. 08. 2022 do 10:00 hodin**.

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Dominika Komašková
právnička
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace