

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO KLATOVSKOU NEMOCNICI, A.S. – NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ PRO VIROLOGII

Část 3 - RealTime PCR + připojení analyzátoru PCR

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/55/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	4226/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000351
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9681.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/279040				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332543-2022:TEXT:EN:HTML&src=0				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0001 (1AVW0oVZ)				
ZADAVATEL:	Klatovská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Plzeňská 929, 339 01 Klatovy	IČO:	26360527		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Jiří Zeithaml, člen představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Luboš Čapek, referent VZ				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Dominika Komašková, právnička	E-MAIL:	dominika.komaskova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Klatovská nemocnice - rozvoj laboratorních kapacit CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0016983				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: Zadavatel uvádí několik požadavků, které se týkají optiky přístroje:

- Flexibilita: možnost dokoupení barevných kanálů a výměna stávajících kanálů uživatelem bez nutnosti servisního zásahu
- Možnost multiplexu minimálně 6ti barev (při dokoupení 6. kanálu)

Námi nabízený přístroj má celkem 6 optických kanálů a umožňuje měření všech výše uvedených typů prób (SYBR/FAM, HEX, CY3, ROX, CY5) a dále také kanál FRET. Přístroj nemá vyměnitelný optický modul a optické kanály nelze měnit.

Přístroj v nabízené konfiguraci obsahuje plné spektrum požadovaných kanálů, tedy 6, z toho důvodu výměna stávajících kanálů a dokoupení dalších již není nutná. Rádi bychom se zeptali, zda bude zadavatel akceptovat i námi nabízené řešení.

Odpověď zadavatele: Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 2: Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

- teplotní uniformita $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ nebo lepší
- Rychlost vyhřívání min. 6°C/s

Náš přístroj nabízí teplotní uniformitu $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ a rychlost vyhřívání max. 5°C/s . Uvedené hodnoty jsou v praxi plně porovnatelné s požadovanými hodnotami a naprosto vyhovující pro provádění real-time PCR metod v laboratoři.

Bude zadavatel akceptovat nabízené hodnoty?

Odpověď zadavatele: Zadavatel bude akceptovat nabízené hodnoty.

Vzhledem ke znění tohoto a předešlých Vysvětlení zadávací dokumentace k Části 3 - RealTime PCR + připojení analyzátoru PCR, se zadavatel rozhodl aktualizovat Přílohu č. 2 – Technickou specifikaci. Zadavatel společně s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 5 uveřejňuje novou technickou specifikaci s názvem *Aktualizovaná příloha č. 2 ZD - Technická specifikace_Real Time PCR*.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, kteří podají nebo již podali nabídku pro Část 3 - RealTime PCR + připojení analyzátoru PCR, že **Technická specifikace v nabídce musí odpovídat aktualizované Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace_Real Time PCR.**, která je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

Dodavatelé, kteří již podali nabídku, jsou oprávněni podanou nabídku zneplatnit a podat ji znovu.

Upozornění:

Vzhledem k připuštění nových technických parametrů zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **05. 09. 2022 do 10:00 hodin.**

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Dominika Komašková
právníčka
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace