

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/107/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	5577/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000482
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9705.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/290392				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:464112-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0001 (1AVNysVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice	IČO:	26361078		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva Ing. Petr Liškář, MBA, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpřnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová	E-MAIL:	michaela.bervidova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj laboratorních kapacit CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0016982				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavateli byla prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k **části 3 – laminární box** od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci části 3. Laminární box, uvedl maximální rozměry pracovní plochy, ovšem nikoliv minimální.

Tímto žádáme Zadavatele, aby uvedl i minimální požadované rozměry pracovní plochy biohazardního boxu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje následující minimální rozměry pracovní plochy: 1220 mm (šířka) x 580 mm (hloubka) x 660 mm (výška).

Dotaz č. 2:

Zadavatel neuvedl, zda požaduje laminární box, který bude umístěn na stole, nebo jestli Zadavatel požaduje jiné řešení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje laminární box na podstavci (ne stolní řešení) s možností přemísťování, tedy s posuvnými kolečky.

Upozornění:

Vzhledem ke změně zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek do **10. 11. 2022 do 10:00 hodin**.

Doplnění technické specifikace jsou patrná v Příloze č. 1 Vysvětlení ZD č. 3 – Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace – 7. 10. 2022. Doplnění technické specifikace je označeno **žlutým podbarvením**.

Přílohy: Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 3 – Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace – 7. 10. 2022

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Bc. Michaela Bervidová
administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace