

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - II. VYHLÁŠENÍ (operační technika, intenzivní péče, křesla, dezinfekční technika)

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/208/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	6568/22/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P22V00000751
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9973.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/305079				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:655237-2022:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0026 (1GjSbmVZ)				
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Hradecká 600, Stod, 333 01			IČO:	263 61 086
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – předseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Tomáš Brýna				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová			E-MAIL:	michaela.bervidova @cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255				

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dne 29. 11. 2022 **žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k části 1 – Modulární akumulátorová vrtačka + vybavení předmětné VZ**, na kterou tímto zadavatel odpovídá.

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí v příloze č. 2 ZD – Technická specifikace ve výčtu požadovaných parametrů mimo jiné požadavek: min. výstupní výkon 150 W (+/- 10%).

Uchazeč může nabídnout zařízení s výstupním výkonem 100W, které je v klinické praxi běžně využíváno na široké spektrum traumatologických výkonů.

Bude zadavatel akceptovat nabídku zařízení splňující všechny ostatní požadované parametry s výstupním výkonem 100W, při zachování medicínského účelu?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel bude akceptovat modulární akumulátorový přístroj s výstupním výkonem 100 W. Související změna technické specifikace je patrná z Přílohy č. 1 Vysvětlení ZD č. 1 na příslušném listu technické specifikace pro část 1. Změna technické specifikace je označena žlutým podbarvením.

Upozornění:

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek k části 1 VZ – Modulární akumulátorová vrtačka + vybavení do 2. 1. 2023 do 10:00 hodin** z důvodu úpravy technické specifikace.

Přílohy: Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 1 – Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace – upravená 30. 11. 2022

V Plzni

V zastoupení zadavatele:

Mgr. Bc. Michaela Bervidová
administrátor
Centrální nákup Plzeňského kraje,
příspěvková organizace