

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA Část 2 - Operační stropní svítidlo					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/99/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	2875/23/CN	SYSTÉMOV É ČÍSLO VZ:	P22V00000281
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9506.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/278937				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332537-2022:TEXT:EN:HTML&src=0				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 004 (1qGCyTVZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice	IČO:	26361078		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. - místopředseda představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Dominika Komašková, právnička	E-MAIL:	dominika.komaskova @cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce je vyhotovena na základě § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ).

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka operační techniky pro zadavatele.

2. ÚČASTNÍCI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Ve lhůtě pro podání nabídek byly podány 3 elektronické nabídky.

Označení nabídky	Účastník	Datum a čas podání nabídky
E1 (elektronická)	Fénix Brno, spol. s r.o. Sídlo: Vackova 1803/79, Královo Pole, 612 00 Brno IČO: 44961863	15. 07. 2022 15:51 hodin
E2 (elektronická)	MeWAdia s.r.o.. Sídlo: Hlinky 133/64, Staré Brno, 603 00 Brno IČO: 27683818	16. 07. 2022 17:00 hodin
E3 (elektronická)	2T engineering s.r.o. Sídlo: Praha 6, V. P. Čkalova 502/14, PSČ 16000 IČO: 28259068	17. 07. 2022 16:10 hodin

3. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Žádný účastník nebyl vyloučen.

4. VYBRANÝ DODAVATEL

Zadávací řízení bylo zrušeno.

5. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Smlouva nebyla uzavřena z důvodu zrušení zadávacího řízení.

6. PODDODAVATELÉ

Zadávací řízení bylo zrušeno.

7. OSOBY SE STŘETEM ZÁJMŮ

Nebyly zjištěny osoby se střetem zájmů.

8. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací řízení bylo zrušeno na základě § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

V průběhu zadávacího řízení vyvstala potřeba úpravy technické specifikace, kdy je nově vyžadováno, aby nová svítidla disponovala kamerou pro přenos a záznam vykonávaného zákroku. Tato potřeba vyvstala v souvislosti se změnou pracovních podmínek na straně zadavatele v souvislosti s modernizací IT vybavení zadavatele, kdy byla pracoviště vybavena přístroji pro snímání a zobrazování zákroků na různých zákrokových sálech „in time“ a záznamovým zařízením pro revize prováděných zákroků. Zadavateli nebyly v době přípravy technické specifikace k předmětné části 2 veřejné zakázky známy požadavky, které vyvstaly nově až na konci roku 2022 v souvislosti s modernizací IT vybavení a zajištěním kybernetické bezpečnosti.

Z těchto důvodů bylo nezbytné provést revizi a přepracování zadávací dokumentace, aby byla i operační svítidla kompatibilní s okolním prostředím. V rámci projektů a v souladu s bezpečnostními opatřeními bylo

v koordinaci s ostatními členy skupiny Plzeňského kraje rozhodnuto, že bude realizována nezbytná modernizace hlavní IT, síťové a bezpečnostní infrastruktury v nemocnicích Plzeňského kraje, tedy i v Domažlické nemocnici. V kontextu toho bylo z technického, technologického a zejména ekonomického hlediska vyhodnoceno jako nevhodné pořízení operačních světel dle aktuálního nastavení technické specifikace, pro které by nemocnice neměla další využití. Pořízení operačních světel dle současné technické specifikace by nebylo v souladu s potřebným medicínským účelem.

9. INFORMACE O NÁMITKÁCH

V rámci zadávacího řízení podali námitky 2 účastníci zadávacího řízení. Jeden z účastníků podal námitky proti dvěma úkonům zadavatele. Zadavatel tyto námitky vypořádal vždy podrobně a srozumitelně, přičemž odpověděl na všechny body námitek.

První námitky směřovaly proti Rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 18. 01. 2023. Stěžovatel požadoval prověření kontroly splnění požadavků zadavatele a zároveň upozornil na administrativní pochybení v dokumentu Zpráva o hodnocení, konkrétně na část obsahující seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci. Zadavatel **námitkám vyhověl** a zrušil Rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 18. 01. 2023 současně se Zprávou o hodnocení nabídek.

V souvislosti se zrušením Rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 18. 01. 2023 obdržel **v pořadí druhé námitky**, které směřovaly proti tomuto úkonu. Stěžovatel napadal nezákonnost, nepřiměřenost a netransparentnost zadavatele a domáhal se zrušení Rozhodnutí o zrušení Rozhodnutí o výběru ze dne 18. 01. 2023. Zadavatel posoudil jednotlivé body námitek a shledal, že nejsou důvodné a **odmítl** je ve všech bodech.

Zadavatel následně z důvodů uvedených výše, zadávací řízení dne 15. 03. 2023 zrušil na základě § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ. Dne 30. 03. 2023 zadavatel obdržel námitky, kterými stěžovatel napadal zrušení zadávacího řízení. Stěžovatel napadal nezákonnost, netransparentnost a účelovost postupu zadavatele a domáhal se zrušení Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Zadavatel posoudil jednotlivé body námitek a shledal, že nejsou důvodné a **odmítl** je ve všech bodech.

V Domažlicích

za Zadavatele

za Zadavatele