

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ TECHNIKA

Část 2 – Kolposkop standardní

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/94/CN/22	ČÍSLO JEDNACÍ:	3071/23/CN	SYSTÉMOV É ČÍSLO VZ:	P22V00000306
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9531.html				
ODKAZ VVZ:	https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/275708				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:288448-2022:TEXT:EN:HTML&src=0				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0013 (1qGF99VZ)				
ZADAVATEL:	Domažlická nemocnice, a.s.				
SÍDL:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice			IČO:	26361078
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Martin Karásek, vedoucí technického oddělení				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDL:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Dominika Komašková, právnička			E-MAIL:	dominika.komaskova @cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce je vyhotovena na základě § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ).

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka gynekologicko-porodnické techniky pro zadavatele.

2. ÚČASTNÍCI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Ve lhůtě pro podání nabídek byla podána 1 elektronická nabídka.

Označení nabídky	Účastník	Datum a čas podání nabídky
E1 (elektronická)	MIKRO, spol. s r.o. IČO: 41604326 Sídlo: Lísky 1022/94, Komín, 624 00 Brno	24. 06. 2022 16:31 hodin

3. VYLOUČENÍ ÚČASTNÍCI

Zadavatel rozhodl dne 03. 03. 2023 o vyloučení dodavatele **MIKRO, spol. s r.o., IČO: 41604326**, se sídlem Lísky 1022/94, Komín, 624 00 Brno, ze zadávacího řízení, protože jím předložené údaje nesplňují zadávací podmínky.

V příloze č. 2 Zadávací dokumentace – Technická specifikace byl stanoven parametr:

*- zabudovaná high resolution kamera přímo **uvnitř kolposkopu** a možnost výstupu do PC i na externí monitor*

Zadavatel vyzval dodavatele k objasnění jiných parametrů vyplývajících z technické specifikace. Dodavatel v rámci své odpovědi objasnil i výše uvedený parametr a doplnil k němu:

- ANO, ale integrovaná vně na fototubusu

Uvedené řešení nesplňuje zadávací podmínky a zadavatel považuje výše uvedenou úpravu parametru v rámci objasnění za materiální změnu nabídky, která je nepřipustná.

Zadavatel na základě těchto důvodů rozhodl o vyloučení dodavatele na základě § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

4. VYBRANÝ DODAVATEL

Zadávací řízení bylo zrušeno.

5. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Smlouva nebyla uzavřena, jelikož zadávací řízení bylo zrušeno.

6. PODDODAVATELÉ

Zadávací řízení bylo zrušeno.

7. OSOBY SE STŘETEM ZÁJMŮ

Nebyly zjištěny osoby se střetem zájmů.

8. ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel rozhodl o vyloučení dodavatele MIKRO, spol. s r.o., IČO: 41604326, se sídlem Lísky 1022/94, Komín, 624 00 Brno dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

S ohledem na to, že údaj předložený dodavatelem v technické specifikaci nesplnil zadávací podmínky, byl ze zadávacího řízení vyloučen. Po jeho vyloučení již nebyl v zadávacím řízení žádný účastník.

9. INFORMACE O NÁMITKÁCH

V rámci zadávacího řízení nebyly podány námitky.

V Domažlicích

za zadavatele

za zadavatele