



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE - INTENZIVNÍ, ENDOSKOPICKÁ, TRANSPORTNÍ, OPERAČNÍ, STERILIZAČNÍ A OSTATNÍ TECHNIKA

- Část 1 - Vytváječ páry
- Část 2 - Úpravna vody včetně filtrace
- Část 3 – Sterilizátor
- Část 4 - Defibrilátory s monitorem
- Část 5 - Pacientský zvedák + příslušenství (vak koupací)
- Část 6 - Systém telemetrie (lůžková interna) - CMS centrální monitorovací systém
- Část 7 - Systém glukometrie
- Část 8 - Zobrazovací systém na gastro
- Část 9 - Chirurgický ultrazvukový generátor pro současné řezání a koagulaci
- Část 10 - Přístroj pro měření objemu moči v močovém měchýři
- Část 11 - Sedačkový zvedák s elektrickým zdvihem
- Část 12 - Mobilní detektor k RTG stěně
- Část 13 - Převazový vozík
- Část 14 - Elektrická odsávačka
- Část 15 - Křeslo transportní pro přepravu pacientů
- Část 16 - Křeslo zdravotnické multifunkční ošetřovací (s infuzním stojanem)
- Část 17 - Křeslo pojízdné polohovací
- Část 18 - Evakuační podložky
- Část 19 - Kompresor pro sterilizátor
- Část 20 - Myčka podložních mís a močových lahví
- Část 21 - Laparoskopické síto
- Část 22 - Transportní vozík pro přepravu zesnulých
- Část 23 - Infuzní stojany
- Část 24 - Vzduchotechnika-klimatizace

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/117/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	3426/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000238
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10381.html				
ODKAZ VVZ:				
ODKAZ TED:				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0021 (1W73jVVZ) – hash VZ				
ZADAVATEL:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Voldušská 750, Rokycany, 337 22	IČO:	26360900		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva Ing. Michal Filař - člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	MUDr. Hana Perková				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejpnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková	E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz		
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

FINANCOVÁNO Z EU:

IROP 2014 – 2020, REACT-EU:
Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s.
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395

Zadavatel v souladu s § 28 odst. 1 písm. b) a § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“) vydává tuto **Zadávací dokumentaci**.



Obsah

1	ADMINISTRÁTOR	5
2	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA	5
2.1	Veřejná zakázka	5
2.2	Části VZ	7
2.3	Předmět veřejné zakázky	7
2.4	Termín a místo plnění	10
2.5	Vyhrazená změna závazku	10
2.6	Odpovědné veřejné zadávání	11
3	KVALIFIKACE	11
3.1	Základní způsobilost (§ 74 a § 75 ZZVZ)	11
3.2	Profesní způsobilost (§ 77 ZZVZ)	12
3.3	Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)	12
3.4	Ostatní ustanovení	12
3.5	Společná nabídka	13
3.6	Zahraniční dodavatelé	13
3.7	Změny v kvalifikaci	13
4	OBCHODNÍ PODMÍNKY	13
4.1	Návrh smlouvy	13
5	POŽADAVKY ZADAVATELE	13
5.1	Požadavky na plnění veřejné zakázky	13
5.2	Krycí list	14
5.3	Technická specifikace	14
5.4	Prohlášení k OVZ	15
5.5	Poddodavatelé	15
5.6	Jistota	15
5.7	Zadávací lhůta	15
5.8	Pojištění	15
5.9	Náhradní plnění	15
5.10	Požadavky kontrolního orgánu	15
6	NABÍDKOVÁ CENA	16
6.1	Zpracování nabídkové ceny	16
6.2	Limitace nabídkové ceny	16
6.3	Mimořádně nízká nabídková cena	16
7	HODNOCENÍ	16
7.1	Hodnotící kritérium	16
7.2	Způsob hodnocení nabídek	17
8	NABÍDKA	18



8.1	Lhůta pro podání nabídek.....	18
8.2	Forma a obsah nabídky.....	18
9	ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ.....	19
9.1	Vysvětlení zadávací dokumentace.....	19
9.2	Prohlídka místa plnění.....	19
9.3	Otevírání, kontrola a hodnocení nabídek.....	19
9.4	Rozhodnutí o výběru.....	19
9.5	Rozhodnutí o vyloučení.....	20
9.6	Rozhodnutí o zrušení.....	20
9.7	Součinnost a uzavření smlouvy.....	20
9.8	Uveřejnění.....	20
10	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	20
10.1	E-ZAK.....	20
10.2	Komunikace.....	21
10.3	GDPR.....	21
10.4	Výhrady zadavatele.....	21
11	PŘÍLOHY.....	22



1 ADMINISTRÁTOR

Administrátor zastupuje zadavatele v souladu s § 43 ZZVZ při provádění úkonů, které souvisí se zadávacím řízením, na základě příkazní smlouvy o zastoupení. Zadavateli jsou vyhrazena rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodnutí o vyloučení dodavatele, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, rozhodnutí o námitkách a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.

2 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

2.1 Veřejná zakázka

Název:

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE ROKYCANSKÉ NEMOCNICE - INTENZIVNÍ, ENDOSKOPICKÁ, TRANSPORTNÍ, OPERAČNÍ, STERILIZAČNÍ A OSTATNÍ TECHNIKA

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, dělená na části, zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 a násl. ZZVZ. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva, jejíž plnění odpovídá předmětu veřejné zakázky.

CPV kódy:

33100000-1 Zdravotnické přístroje
33157400-9 Zdravotnické dýchací přístroje
33162100-4 Přístroje pro operační sály
33168000-5 Endoskopie, endochirurgické přístroje
33191000-5 Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
33196000-0 Zdravotnické pomůcky
45331220-4 Instalace a montáž klimatizace
45331200-8 Instalace a montáž větrání a klimatizace
50420000-5 Opravy a údržba zdravotnických vč. chirurgických přístrojů
51400000-6 Instalace a montáž zdravotnických vč. chirurgických přístrojů

CPV kódy částí:

Část 1 - Vytvořič páry

42924730 Mycí vodní zařízení

Část 2 - Úpravna vody včetně filtrace

33191000-5 Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje
42924730 Mycí vodní zařízení

Část 3 – Sterilizátor

33191100-6 Sterilizátor

Část 4 - Defibrilátory s monitorem

33195100-4 Monitory
33182100-0 Defibrilátor
33172200-8 Resuscitační přístroje

Část 5 - Pacientský zvedák + příslušenství (vak koupací)

33192600-8 Zdvihací zařízení pro zdravotnictví

Část 6 - Systém telemetrie (lůžková interna) - CMS centrální monitorovací systém



33195000-3 Systémy pro kontrolu pacientů
32441100-7 Telemetrické dohlížecí systémy

Část 7 - Systém glukometrie

33195000-3 Systémy pro kontrolu pacientů

Část 8 - Zobrazovací systém na gastro

33195000-3 Systémy pro kontrolu pacientů

Část 9 - Chirurgický ultrazvukový generátor pro současné řezání a koagulaci

33162000-3 Přístroje a nástroje pro operační sály

33169000-2 Chirurgické nástroje

Část 10 - Přístroj pro měření objemu moči v močovém měchýři

38410000-2 Měřicí nástroje

38434500-1 Biochemické analyzátory

Část 11 - Sedačkový zvedák s elektrickým zdvihem

33192600-8 Zdvihací zařízení pro zdravotnictví

Část 12 - Mobilní detektor k RTG stěně

33111000-1 Rentgenové přístroje

Část 13 - Převazový vozík

34911100-7 Vozíky

Část 14 - Elektrická odsávačka

33162000-3 - Přístroje a nástroje pro operační sály

33172100-7 - Anesteziologické přístroje

Část 15 - Křeslo transportní pro přepravu pacientů

34912100-4 Křesla na kolečkách

Část 16 - Křeslo zdravotnické multifunkční ošetrovací (s infuzním stojanem)

39113100-8 Křesla

Část 17 - Křeslo pojízdné polohovací

39113100-8 Křesla

Část 18 – Evakuační podložky

33192600-8 Zdvihací zařízení pro zdravotnictví

Část 19 – Kompresor pro sterilizátor

42123000-7 Kompresory

Část 20 – Myčka podložních mís a močových lahví

33191000-5 Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje

Část 21 – Laparoskopické síto

33162000-3 Přístroje a nástroje pro operační sály

Část 22 – Transportní vozík pro přepravu zesnulých



33192160-1 Lehátka

Část 23 - Infuzní stojany

42671000-0 Nástrojové držáky

Část 24 - Vzduchotechnika-klimatizace

45331220-4 Instalace a montáž klimatizace

45331200-8 Instalace a montáž větrání a klimatizace

Hlavní detail veřejné zakázky v E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10381.html

Na této adrese dodavatelé naleznou zadávací podmínky, odkaz na jednotlivé části VZ, vysvětlení zadávací dokumentace a další informace o veřejné zakázce.

Předpokládaná hodnota VZ činí **10 347 550,01 Kč bez DPH** za celou dobu plnění. Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu na základě průzkumu trhu a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění.

Veřejná zakázka je financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2014 – 2020, REACT-EU.

Název projektu: Modernizace vybavení Rokycanské nemocnice, a.s.

Identifikační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016395

Číslo výzvy: Výzva č. 98

Operační program: IROP 2014 – 2020, REACT-EU

Zpracovateli Zadávací dokumentace jsou zaměstnanci zadavatele a administrátora. Technické specifikace přístrojů zpracoval ve spolupráci se zaměstnanci zadavatele nezávislý odborný konzultant Ing. Vladimír Bičík, CSc.

Předběžné tržní konzultace nebyly realizovány.

2.2 Části VZ

Veřejná zakázka je **rozdělena na 24 částí**.

Předpokládaná hodnota bez DPH zahrnuje **pro části 1 až 4** cenu přístroje za uvedený počet ks + cenu za 1 PBTk za 1 ks po dobu pozáručního servisu.

Předpokládaná hodnota bez DPH zahrnuje **pro části 5 až 24** cenu přístroje za uvedený počet ks. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo na všechny části VZ.

Část VZ	Název VZ	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH	Detail VZ v E-ZAK
Část 1	Vyvíječ páry	337 000,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10382.html
Část 2	Úpravna vody včetně filtrace	295 900,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10383.html
Část 3	Sterilizátor	1 223 360,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10384.html
Část 4	Defibrilátory s monitorem	155 825,70 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10385.html
Část 5	Pacientský zvedák + příslušenství (vak koupací)	216 584,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10386.html



Část 6	Systém telemetrie (lůžková interna) - CMS centrální monitorovací systém	1 237 034,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract/display_10387.html
Část 7	Systém glukometrie	398 000,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract/display_10388.html
Část 8	Zobrazovací systém na gastro	410 525,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract/display_10389.html
Část 9	Chirurgický ultrazvukový generátor pro současné řezání a koagulaci	990 549,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract/display_10390.html
Část 10	Přístroj pro měření objemu moči v močovém měchýři	510 000,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract/display_10391.html
Část 11	Sedačkový zvedák s elektrickým zdvihem	617 200,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract/display_10392.html
Část 12	Mobilní detektor k RTG stěně	895 000,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract/display_10393.html
Část 13	Převazový vozík	85 436,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract/display_10394.html
Část 14	Elektrická odsávačka	129 414,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract/display_10395.html
Část 15	Křeslo transportní pro přepravu pacientů	40 800,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract/display_10396.html
Část 16	Křeslo zdravotnické multifunkční ošetřovací (s infuzním stojanem)	259 484,70 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract/display_10397.html
Část 17	Křeslo pojízdné polohovací	101 224,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract/display_10398.html
Část 18	Evakuační podložky	458 460,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract/display_10399.html
Část 19	Kompresor pro sterilizátor	143 551,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract/display_10400.html
Část 20	Myčka podložních mís a močových lahví	123 300,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract/display_10401.html
Část 21	Laparoskopické síto	1 341 696,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract/display_10402.html
Část 22	Transportní vozík pro přepravu zesnulých	102 000,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract/display_10403.html



Část 23	Infuzní stojany	71 206,61 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10404.html
Část 24	Vzduchotechnika-klimatizace	204 000,00 Kč	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10405.html

2.3 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka (zdravotnických) přístrojů pro zadavatele.

část VZ	Předmět VZ	Počet kusů
Část 1	Vyvíječ páry	1
Část 2	Úpravna vody včetně filtrace	1
Část 3	Sterilizátor	1
Část 4	Defibrilátory s monitorem	1
Část 5	Pacientský zvedák + příslušenství (vak koupací)	2
Část 6	Systém telemetrie (lůžková interna) - CMS centrální monitorovací systém	1
Část 7	Systém glukometrie	1
Část 8	Zobrazovací systém na gastro	1
Část 9	Chirurgický ultrazvukový generátor pro současné řezání a koagulaci	1
Část 10	Přístroj pro měření objemu moči v močovém měchýři	3
Část 11	Sedačkový zvedák s elektrickým zdvihem	4
Část 12	Mobilní detektor k RTG stěně	1
Část 13	Převazový vozík	2
Část 14	Elektrická odsávačka	3
Část 15	Křeslo transportní pro přepravu pacientů	4
Část 16	Křeslo zdravotnické multifunkční ošetřovací (s infuzním stojanem)	3
Část 17	Křeslo pojízdné polohovací	4
Část 18	Evakuační podložky	162
Část 19	Kompresor pro sterilizátor	1
Část 20	Myčka podložních mís a močových lahví	1



Část 21	Laparoskopické síto	2
Část 22	Transportní vozík pro přepravu zesnulých	1
Část 23	Infuzní stojany	16
Část 24	Vzduchotechnika-klimatizace	4

Bližší specifikace předmětu plnění, parametry přístroje a další požadavky zadavatele jsou uvedeny v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace, a rovněž v Příloze č. 3a a 3b ZD – Návrh kupní smlouvy.

Předmět plnění musí být plně v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a příslušnými Nařízeními vlády - kromě částí 13, 15, 16, 17, 19, 23 a 24 VZ, a rovněž i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

Dodavatel zajistí provádění BTK po celou záruční lhůtu u Částí 1 až 6, 9 až 12, 14, 16, 20 a 21 v souladu s Přílohou č. 3a ZD – Návrh kupní smlouvy.

Dodavatel u **Částí 1, 2, 3 a 4** je povinen garantovat zajištění pozáručního servisu po dobu alespoň 5 let po skončení záruční doby.

Součástí dodávky bude doprava do sídla zadavatele, odborné zapojení a zprovoznění přístroje a zaškolení obsluhy.

Účelem VZ je vybavení nemocnice ostatní technikou. Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

2.4 Termín a místo plnění

Smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou s dodací lhůtou **8 týdnů** od účinnosti kupní smlouvy. Uzavření smlouvy se předpokládá v září 2023.

Místem plnění je sídlo zadavatele.

Dodavatel vyrozumí zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před plánovaným datem dodání, aby byl zadavatel připraven poskytnout mu potřebnou součinnost a předmět smlouvy převzít.

2.5 Vyhrazená změna závazku

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ:

- vyhrazuje prodloužení dodací lhůty v případě závažných okolností, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa, válečný stav nebo celosvětově nedostupná součást zařízení. Musí se jednat o okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli zadavatele a dodavatele. Prodloužení původní dodací lhůty nesmí být zapříčiněno jednáním zadavatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládanou dobu trvání. Následně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o 30 kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Zadavatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění.
- vyhrazuje navýšení kupní ceny v případě změny sazby DPH v daňových předpisech.
- vyhrazuje prodloužení předpokládaného termínu zahájení dodávky, pokud dojde k průtahům v zadávacím řízení. Stanovená dodací lhůta v týdnech zůstane zachována.

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ:



- vyhrazuje nahrazení vybraného dodavatele dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí z důvodu porušení povinností ze strany vybraného dodavatele. Po ukončení smlouvy zadavatel osloví dodavatele dalšího v pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho nabídce. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním zadavatel novou smlouvu. Tento postup lze využít opakovaně.

Jestliže dojde v důsledku uplatnění této výhrady k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude ve smlouvě upraven rozsah plnění vybraného dodavatele vč. záručních podmínek s ohledem na již realizovanou část dodávek tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části dodávek.

2.6 Odpovědné veřejné zadávání

Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ

Zadavatel zohlednil zásadu, když požaduje, aby dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Tato povinnost dodavatele je zakotvena v obchodních podmínkách VZ.

Dále v Prohlášení k OVZ (Příloha č. 5 ZD) zadavatel požaduje od dodavatele předložení čestného prohlášení, kde se zavazuje zajistit dodržování pracovních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně dodavatelem či jeho poddodavateli a zajistit dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO).

V rámci Přílohy č. 5 ZD dodavatel prohlásí, že bude dodržovat pracovních předpisů a mezinárodní úmluvu ILO.

Zohlednění zásady environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ

Zadavatel zohlednil zásadu ve čl. 7 ZD, když zvolil dílčí hodnotící kritérium délka záruky s váhou 10 %. Pozitivně bude hodnoceno zařízení s delší zárukou.

Zadavatel dále zohlednil tuto zásadu ve čl. 5.1 ZD, když požaduje předložení dokladu o shodě, jehož nedílnou součástí je označení přístroje značkou CE.

Dále zadavatel požaduje, aby předmět plnění neobsahoval v žádné části látky, které jsou zařazeny na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), určených podle článku 57 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), včetně látek případně doplněných na seznam pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Dodavatel předloží v rámci Přílohy č. 5 ZD čestné prohlášení o neexistenci látek vzbuzujících mimořádné obavy.

Zohlednění zásady inovací podle § 6 odst. 4. ZZVZ

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů inovací při zadávání a konstatuje, že poptává po technologické i uživatelské stránce zařízení, které odpovídá jeho potřebám a při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití.

3 KVALIFIKACE

Dodavatel prokáže splnění základní, profesní způsobilosti a technické kvalifikace.

3.1 Základní způsobilost (§ 74 a § 75 ZZVZ)

Dodavatel prokáže základní způsobilost v souladu s § 74 a § 75 ZZVZ předložením čestného prohlášení podle Přílohy č. 4 ZD. Způsobilost musí být splněna nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Před



uzavřením kupní smlouvy vybraný dodavatel předloží související doklady v elektronickém originále nebo ověřené (konvertované) kopii.

Základní způsobilost je nutné prokázat u všech částí VZ.

3.2 Profesionální způsobilost (§ 77 ZZVZ)

Dodavatel prokáže profesionální způsobilost podle § 77 ZZVZ předložením čestného prohlášení podle Přílohy č. 4 ZD. Dodavatel musí splnit požadavek, aby byl:

Ve všech částech VZ:

- a) **zapsán v obchodním rejstříku**, příp. jiné obdobné evidenci, je-li to právním předpisem požadováno; týká se pouze dodavatelů, kteří jsou právníky osobami; výpis z OR nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení,
- b) **oprávněn k podnikání** – oprávnění dodavatel prokáže doložením skutečnosti, že je **oprávněn podnikat** v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, když disponuje alespoň živnostenským oprávněním „*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*“,

V částech 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 21 a 22:

- c) **odborně způsobilý** nebo disponoval osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje; dodavatel musí být **evidován v Registru zdravotnických prostředků** vedeným Státním ústavem pro kontrolu léčiv, jako osoba zacházející se zdravotnickými prostředky v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a zákonem č. 89/2021 Sb., v platném znění. Tento požadavek **neplatí pro ostatní nevyjmenované části**.

Profesionální způsobilost je nutné prokázat u všech částí VZ.

3.3 Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)

Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží

- čestné prohlášení o tom, že disponuje minimálně jedním řádně proškoleným technikem k řádnému provedení předmětu zakázky.

Způsob prokázání pro všechny části VZ: čestné prohlášení podle Přílohy č. 4 ZD - Vzor prohlášení a formulářů.

3.4 Ostatní ustanovení

K prokázání kvalifikace v nabídce stačí předložení **čestného prohlášení** podle Přílohy č. 4 ZD nebo **seznamu** podle Přílohy č. 4 ZD. Dodavatel je oprávněn předložit kopie dokladů ke kvalifikaci. V elektronické nabídce nemusí být čestné prohlášení podepsáno. Podepsáním elektronické nabídky se má za to, že jsou podepsány všechny dokumenty dodavatele v nabídce.

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku (jsou-li předkládány), nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Prokazuje-li dodavatel kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, zejména poddodavatelů, předloží v souladu s § 83 ZZVZ nejpozději před uzavřením smlouvy písemný závazek jiné osoby (poddodavatele) k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění VZ, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Jiná osoba, resp. poddodavatel předloží též do uzavření smlouvy prostřednictvím dodavatele doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ, výpis z obchodního rejstříku (je-li v něm zapsán) a doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace za dodavatele.

K prokázání kvalifikace je dodavatel oprávněn odkázat na odpovídající informace v informačním systému veřejné správy nebo obdobném systému s neomezeným dálkovým přístupem. Odkaz bude obsahovat internetovou adresu a je-li potřeba, také údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace.



Přípustné je odkázat na doklady doložené dodavatelem v jiné VZ, pokud jsou aktuální. Dodavatel je oprávněn odkázat na seznam kvalifikovaných dodavatelů, kterým se prokazuje základní a profesní způsobilost.

Před uzavřením smlouvy bude předložen kvalifikační doklad v elektronickém originále nebo ověřené (konvertované) kopii.

Dodavatel, který nesplnil kvalifikaci, bude vyloučen ze zadávacího řízení.

Při výkladu prokázání kvalifikace se použijí ustanovení § 73 až § 88 ZZVZ.

3.5 Společná nabídka

Několik účastníků může podat společnou nabídku, má-li být předmět VZ plněn více dodavateli společně. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a předkládá výpis z obchodního rejstříku každý dodavatel samostatně. Společní dodavatelé v nabídce doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

3.6 Zahraniční dodavatelé

Kvalifikace získaná v zahraničí se prokazuje doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

3.7 Změny v kvalifikaci

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je dodavatel povinen bezodkladně tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Nevztahuje se to na případy, jestliže podmínky kvalifikace jsou přesto nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu dodavatelů nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dodavatel, který nesplnil oznamovací povinnost při změně kvalifikace, bude zadavatelem bezodkladně vyloučen ze zadávacího řízení.

4 OBCHODNÍ PODMÍNKY

4.1 Návrh smlouvy

Obchodní, záruční, pozáruční, platební a sankční podmínky jsou stanoveny v **Návrhu kupní smlouvy**, která tvoří Přílohu č. **3a** ZD (pro části **1 až 4** VZ) a v **Návrhu kupní smlouvy**, která tvoří Přílohu č. **3b** ZD (pro části **5 až 24** VZ). Návrh smlouvy je závazný, dodavatel převezme její znění bez výhrad, když budou doplněna pouze vyznačená místa.

Dodavatel předloží v nabídce **Návrh kupní smlouvy**, ve které vyplní ve vyznačených místech identifikační údaje, **označení části VZ**, nabídkovou cenu, příp. položkové ceny, kontaktní údaje a případné další informace, jsou-li požadovány.

Přílohu kupní smlouvy bude tvořit Technická specifikace, kterou dodavatel zpracuje na základě Přílohy č. 2 ZD – Technická specifikace. V nabídce stačí předložit Technickou specifikaci pouze jednou.

Neakceptace smluvních podmínek nebo nepřípustné doplnění či změna Návrhu kupní smlouvy budou mít za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Všechny údaje uvedené v konečné smlouvě a přílohách jsou veřejné. Pokud dodavatel nesouhlasí s uveřejněním některých informací, například z důvodu ochrany obchodního tajemství, označí je v nabídce.

5 POŽADAVKY ZADAVATELE

5.1 Požadavky na plnění veřejné zakázky

Dodavatel poskytne plnění řádně, ve sjednaných termínech, v požadované kvalitě a množství, v souladu s uzavřenými smlouvami, zadávacími podmínkami, požadavky zadavatele a právními předpisy.



Součástí dodávek a nabídkové ceny dodavatele musí být také doprava nakupovaného zboží do místa určeného zadavatelem.

Dodávkou se rozumí:

- doprava veškerého zboží do místa plnění, včetně vykládky na místo určené zadavatelem
- provedení kompletního odborného zapojení, instalace a zprovoznění přístrojů
- základní zaškolení k používání a údržbě přístrojů
- případná likvidace vzniklého odpadu
- dodání návodů k obsluze, technických listů a prohlášení o shodě (zadavatel je oprávněn požadovat doplnění překladu do českého jazyka)

Požadavky na záruku jakosti a provádění pozáručního servisu po dobu 5 let dodaného přístroje (týká se částí 1 - 4):

- spolehlivý, pravidelný, rychlý servis
- v případě neodstranění závady do 48 hodin bezplatné zapůjčení přístroje odpovídající nebo vyšší kvality (po dobu opravy přístroje)
- záruka na přístroj minimálně 24 měsíců (musí být jednotná pro všechny komponenty dodávky)
- provádění periodických bezpečnostně technických kontrol (PBTk) a elektrických revizí v rámci záruční doby (tj. 24 měsíců) zdarma (u Částí 1 až 6, 9 až 12, 14, 16, 20 a 21)
- garance ceny za provádění pozáručního servisu po dobu 5 let (u Částí 1 až 4)

Délka záruky na přístroj činí min. **24 měsíců**. Po dobu záruční lhůty budou bezplatně poskytovány periodické BTK kontroly dodaného přístroje (u Částí 1 až 6, 9 až 12, 14, 16, 20 a 21).

Dodavatel je povinen garantovat zajištění pozáručního servisu u Částí 1 – 4 po dobu alespoň **5 let** po skončení záruční doby. Pozáruční servis je předmětem této VZ v rozsahu požadavků uvedených v tomto článku, v hodnotících kritériích dle čl. 7 ZD a v Návrhu kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3a ZD.

U částí 1 – 4 bude-li dodavatel zadavatelem vyzván k zajištění pozáručního servisu, bude předmětem provádění PBTk, jiných opakovaných činností, elektrických revizí, dalších zkoušek, vystavení protokolu, dodávka náhradních dílů vč. kitů (jejich periodická výměna), dodávka spotřebního materiálu a náklady na dopravu včetně času stráveného na cestě.

5.2 Krycí list

U **Části 1 – 4** dodavatel předloží v nabídce vyplněný **Krycí list**, který tvoří Přílohu č. 1 ZD. Do Krycího listu dodavatel vyplní identifikační údaje, název dané části VZ, nabídkovou cenu za přístroj, nabídkovou cenu za provedení 1 PBTk za 1 ks po dobu pozáručního servisu, celkovou nabídkovou cenu (nabídková cena za přístroj za uvedený počet ks + nabídková cena za provedení 1 PBTk za 1 ks po dobu pozáručního servisu), délku záruční doby a stvrdí prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek a Návrhu kupní smlouvy. Krycí list nemusí být podepsán, jedná-li se o elektronickou nabídku nebo je-li podepsána datová zpráva nebo soubor s nabídkou.

U **Části 5 – 24** dodavatel předloží v nabídce vyplněný Krycí list, který tvoří Přílohu č. 1 ZD. Do Krycího listu dodavatel vyplní identifikační údaje, název dané části VZ, nabídkovou cenu za přístroj, celkovou nabídkovou cenu (nabídková cena za přístroj za uvedený počet ks), délku záruční doby a stvrdí prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek a Návrhu kupní smlouvy. Krycí list nemusí být podepsán, jedná-li se o elektronickou nabídku nebo je-li podepsána datová zpráva nebo soubor s nabídkou.

5.3 Technická specifikace

Zadavatel stanovil technické požadavky a parametry ve čl. 2.2 ZD a v Příloze č. 2 ZD - Technická specifikace. Dodavatel vyplní Přílohu č. 2 ZD, ve které specifikuje nabízené plnění. Dodavatel v pravém sloupci uvede ke každému bodu závazné specifikace zadavatele ANO nebo NE, podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) splňuje požadavek zadavatele, a doplní konkrétní nabízený parametr (je-li to relevantní). Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Je nepřipustné měnit, upravovat, doplňovat nebo vypouštět položky a parametry v tabulce technické specifikace. Součástí této přílohy budou výrobní listy, certifikáty a prohlášení o shodě. Návodů, manuálů a podrobné specifikace výrobce mohou být



předloženy v původním jazyce. Zadavatel však doporučuje, aby zásadní a podstatné parametry byly vždy uvedeny v českém jazyce. Zadavatel je oprávněn požadovat doplnění překladu do českého jazyka. Ve vztahu k požadavku na uvedení technika v čl. 3.3 ZD může zadavatel požadovat předložení kopie certifikátu k obsluze přístroje. Podrobné pokyny jsou obsaženy v Příloze č. 2 ZD. Technická specifikace bude tvořit přílohu konečné smlouvy.

Zadavatel v některých částech Technické specifikace (konkrétně v části 4, 6 a 12 TS) označuje konkrétními názvy přístroje, software a technologie, které v současné době využívá, a pro které požaduje s nově pořizovanými přístroji **kompatibilitu do té míry, aby byla zajištěna plná funkčnost**, a to z důvodu ochrany předchozích investic zadavatele a využitelnosti těchto přístrojů. Jedná se tedy o konkrétní označení stávajících zadavatelem využívaných přístrojů, se kterými požaduje kompatibilitu (nikoliv o označení výrobků, které mají být předmětem dodávky).

5.4 Prohlášení k OVZ

Dodavatel předloží v nabídce vyplněné čestné **prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání (OVZ)**, které tvoří Přílohu č. 5 ZD. Do Prohlášení k OVZ dodavatel vyplní identifikační údaje. Prohlášení nemusí být podepsáno, jedná-li se o elektronickou nabídku nebo je-li podepsána datová zpráva nebo soubor s nabídkou.

5.5 Poddodavatelé

Dodavatel předloží v nabídce **seznam poddodavatelů**, kteří se budou podílet na veřejné zakázce. U názvu poddodavatele bude uvedeno, zda bude prokazovat kvalifikaci a v jakém rozsahu. Využit lze Přílohu č. 4 ZD – Vzor prohlášení a formulářů. Nebude-li nabídka obsahovat informaci, že dodavatel provede zakázku samostatně, bude mít zadavatel za to, že poddodavatele nevyužije.

5.6 Jistota

Zadavatel nepožaduje jistotu.

5.7 Zadávací lhůta

Zadavatel nestanovil zadávací lhůtu.

5.8 Pojištění

Pojištění není požadováno.

5.9 Náhradní plnění

Zadavatel náhradní plnění nepožaduje.

5.10 Požadavky kontrolního orgánu

Veřejná zakázka se řídí pravidly Integrovaného operačního programu (IROP) 2014 – 2020, REACT-EU. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost během zadávacího řízení a po uzavření smlouvy, pokud jej zadavatel požádá v souvislosti s kontrolou dotačního programu. Dodavatel poskytne součinnost také při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Vybraný dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Dodavatel je povinen minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, EK, EÚD, NKÚ, příslušný orgán finanční správy, oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



6 NABÍDKOVÁ CENA

6.1 Zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen předložit nabídkovou cenu, kterou závazně nabízí za splnění předmětu veřejné zakázky vymezeného ve čl. 2 ZD a přílohách ZD. Nabídkovou cenu za přístroj dodavatel uvede v **Krycím listu** nabídky (Příloha č. 1 ZD) a v **Návrhu kupní smlouvy** (Příloha č. 3a a 3b ZD). Dodavatel vyplní v Krycím listu také cenu za 1 PBTK u částí 1 – 4.

Cena za 1 PBTK za 1 rok v pozáruční době v Kč bez DPH nesmí být nulová a musí obsahovat veškeré související náklady (kromě provádění el. kontroly a PBTK také vystavení protokolu, cenu náhradních dílů a kitů, které se periodicky mění, a dopravu včetně času stráveného na cestě). V případě, že PBTK má delší než roční periodicitu, pak se veškeré náklady související s PBTK (viz předchozí věta) dělí počtem let výrobcem stanovené periodicity provádění PBTK.

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu vyplněním Krycího listu (Příloha č. 1 ZD), ve kterém u příslušné části VZ vyplní nabídkovou cenu za přístroj v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH. Nabídková cena včetně všech položek je pevná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s plněním veřejné zakázky.

U Částí 1 – 4 dále dodavatel vyplní nabídkovou cenu za provedení 1 PBTK za 1 ks po dobu pozáručního servisu, která v součtu s nabídkovou cenou za přístroj za uvedený počet ks nesmí překročit předpokládanou hodnotu VZ.

Dodavatel nesmí měnit, slučovat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Krycí list nebo jiná příloha Zadávací dokumentace. Nerespektování příslušné přílohy ZD při výpočtu a stanovení nabídkové ceny může vést k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s realizací plnění předmětu veřejné zakázky, včetně dopravy, instalace, montáže, zaškolení, BTK (u Částí 1 až 6, 9 až 12, 14, 16, 20 a 21), zisku, inflace a jiných nákladů. Jednotlivé součásti nabídkové ceny budou hodnoceny podle čl. 7 ZD.

Ke zvýšení nabídkové ceny může dojít jen výjimečně v souladu se zákonem, například při změně sazby DPH, nebo pokud je to vyhrazeno v ZD.

6.2 Limitace nabídkové ceny

Zadavatel stanoví, že nabídková cena za přístroj (za stanovený počet ks) + nabídková cena za 1 PBTK za 1ks po dobu pozáručního servisu **pro části 1 - 4** VZ nesmí překročit předpokládanou hodnotu této části veřejné zakázky uvedenou ve čl. 2.2 ZD.

Zadavatel stanoví, že nabídková cena za přístroj (za stanovený počet ks) pro části **5 - 24** VZ nesmí překročit předpokládanou hodnotu této části veřejné zakázky uvedenou ve čl. 2.2 ZD.

6.3 Mimořádně nízká nabídková cena

Zadavatel nestanovil mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

7 HODNOCENÍ

7.1 Hodnotící kritérium

Pro části 1 - 4

Část 1 - Vyuvíječ páry

Část 2 - Úpravna vody včetně filtrace

Část 3 – Sterilizátor

Část 4 - Defibrilátory s monitorem

Nabídky v částech 1,2,3,4 VZ budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která zahrnuje tato dílčí hodnotící kritéria:



- a) nabídková cena za přístroj v Kč bez DPH – váha 80 %
- b) délka záruční doby – váha 10 %
- c) nabídková cena v Kč bez DPH za 1 PBTk za 1 ks po dobu pozáručního servisu – váha 10 %

Pro části 5 - 24

Část 5 - Pacientský zvedák + příslušenství (vak koupací)

Část 6 - Systém telemetrie (lůžková interna) - CMS centrální monitorovací systém

Část 7 - Systém glukometrie

Část 8 - Zobrazovací systém na gastro

Část 9 - Chirurgický ultrazvukový generátor pro současné řezání a koagulaci

Část 10 - Přístroj pro měření objemu moči v močovém měchýři

Část 11 - Sedačkový zvedák s elektrickým zdvihem

Část 12 - Mobilní detektor k RTG stěně

Část 13 - Převazový vozík

Část 14 - Elektrická odsávačka

Část 15 - Křeslo transportní pro přepravu pacientů

Část 16 - Křeslo zdravotnické multifunkční ošetřovací (s infuzním stojanem)

Část 17 - Křeslo pojízdné polohovací

Část 18 - Evakuační podložky

Část 19 - Kompresor pro sterilizátor

Část 20 - Myčka podložních mís a močových lahví

Část 21 - Laparoskopické síto

Část 22 - Transportní vozík pro přepravu zesnulých

Část 23 - Infuzní stojany

Část 24 - Vzduchotechnika-klimatizace

Nabídky částech 5 až 24 VZ budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která zahrnuje tato dílčí hodnotící kritéria:

- a) nabídková cena za přístroj v Kč bez DPH – váha 90 %
- b) délka záruční doby – váha 10 %

7.2 Způsob hodnocení nabídek

Pro části 1 - 4

V dílčím kritériu a)

Nejnižší nabídková cena za přístroj bez DPH se vydělí hodnocenou nabídkovou cenou bez DPH a tento podíl se vynásobí číslem 80. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu.

Vzorec:

$$\frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídková cena}} \times 80 \text{ váha} = \text{počet bodů v kritériu a)}$$

V dílčím kritériu b)

Nabízená délka záruční doby v měsících se vydělí číslem 60 (jako maximální délkou pro účely hodnocení) a tento podíl se vynásobí číslem 10. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu. Nabídne-li dodavatel záruku delší než 60 měsíců, bude dosazena hodnota 60 měsíců.

Vzorec:



$$\frac{\text{Hodnocená záruka v měsících}}{60} \times 10 \text{ váha} = \text{počet bodů v kritériu b)}$$

V dílčím kritériu c)

Nejnižší nabízená cena za 1 PBTk bez DPH se vydělí hodnocenou cenou za 1 PBTk bez DPH a tento podíl se vynásobí číslem 10. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu.

Vzorec:

$$\frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídková cena}} \times 10 \text{ váha} = \text{počet bodů v kritériu c)}$$

Pro části 5 až 24

V dílčím kritériu a)

Nejnižší nabídková cena za přístroj bez DPH se vydělí hodnocenou nabídkovou cenou bez DPH a tento podíl se vynásobí číslem 90. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu.

Vzorec:

$$\frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídková cena}} \times 90 \text{ váha} = \text{počet bodů v kritériu a)}$$

V dílčím kritériu b)

Nabízená délka záruční doby v měsících se vydělí číslem 60 (jako maximální délkou pro účely hodnocení) a tento podíl se vynásobí číslem 10. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu. Nabídne-li dodavatel záruku delší než 60 měsíců, bude dosazena hodnota 60 měsíců.

Vzorec:

$$\frac{\text{Hodnocená záruka v měsících}}{60} \times 10 \text{ váha} = \text{počet bodů v kritériu b)}$$

Celkový výsledek hodnocení

Vybrána bude nabídka dodavatele, která dosáhne nejvyššího počtu bodů po součtu všech dílčích kritérií.

Podá-li nabídku jediný dodavatel, nebude hodnocení provedeno.

Dosáhne-li více dodavatelů shodného počtu bodů, rozhodující bude vyšší počet bodů získaných za **hodnotící kritérium a) nabídková cena** za přístroj.

U dodavatele prvního v pořadí bude provedena kontrola obsahu nabídky, potom zadavatel rozhodne o výběru.

8 NABÍDKA

8.1 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do **10. 7. 2023 do 10:00 hodin.**

Případná změna lhůty pro podání nabídek bude uveřejněna v detailech jednotlivých částí VZ v E-ZAK uvedených ve čl. 2.2 ZD. Dodavatel je povinen sledovat případné změny na výše uvedených odkazech.



8.2 Forma a obsah nabídky

Nabídky se podávají písemně **v elektronické podobě** a v českém jazyce. Nabídka musí být doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Není přípustné, aby dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, byl současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci jiný dodavatel.

Elektronická nabídka se podává prostřednictvím systému E-ZAK v detailu příslušné části VZ uvedeném ve čl. 2.2 ZD. Dodavatel musí být zaregistrován v E-ZAK a v Centrální databázi dodavatelů (viz čl. 10.1 ZD). Datová zpráva s nabídkou nebo elektronická nabídka musí být opatřena platným elektronickým podpisem oprávněného zástupce dodavatele. Soubory v elektronické podobě budou nepoškozené, čitelné a v obvyklých formátech přístupných uživatelům (např. pdf, doc, xls).

Podává-li dodavatel nabídku na jednu část nebo více částí VZ, **musí nabídku podat** prostřednictvím **detailu konkrétní části VZ** uvedeného ve čl. 2.2 ZD. *Příklad: Nabídka na Část 1 se podává v detailu Části 1 VZ, nabídka na Část 2 se podává v detailu Části 2 VZ.* Je přípustné vytvořit jeden soubor s nabídkou, který bude obsahovat více částí VZ, nicméně musí být podán ve všech příslušných detailech VZ.

Zadavatel doporučuje následující řazení nabídky:

- 1) **Krycí list** – označení části VZ, vyplněné identifikační údaje, nabídková cena, položkové ceny, prohlášení;
- 2) **Technická specifikace** – vyplněná specifikace části VZ, přílohou doklady;
- 3) **Návrh kupní smlouvy** – podle části VZ, vyplněné požadované údaje a cena;
- 4) **Prohlášení o kvalifikaci** – vyplněné údaje;
- 5) **Prohlášení k OVZ** – vyplněné údaje;
- 6) **Seznam poddodavatelů** – identifikační údaje poddodavatelů;
- 7) **Další informace.**

9 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

9.1 Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel může podat písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou musí doručit nejméně 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel do 3 pracovních dnů uveřejní odpověď v detailu VZ v E-ZAK dle čl. 2.2 ZD v položce „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace“. Vysvětlení bude obsahovat dotaz bez identifikace dodavatele a odpověď. Zadavatel může uveřejnit vysvětlení i bez předchozí žádosti nebo odpovědět na pozdě doručený dotaz.

Pokud budou změněny zadávací podmínky, zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě podstatné změny, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, bude lhůta prodloužena o celou původní délku. Vysvětlení musí být uveřejněno nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Je-li zadavatel v prodloužení s odpovědí, prodlouží lhůtu o příslušný počet dnů.

9.2 Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se nekoná.

9.3 Otevírání, kontrola a hodnocení nabídek

Nabídky otevřou pověřené osoby zadavatele, které poté s dalšími oprávněnými osobami zkontrolují nabídky a provedou hodnocení. Jednání, při kterých se otevírají, kontrolují a hodnotí nabídky, je neveřejné. O otevírání, posouzení a hodnocení nabídek bude pořízena zpráva, která bude tvořit přílohu oznámení o výběru. Kontrolující osoby doporučí zadavateli vybraného dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva.

9.4 Rozhodnutí o výběru

Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější v dané části VZ. Rozhodnutí o výběru bude odesláno účastníkům zadávacího řízení a uveřejněno v detailu VZ v E-ZAK.



9.5 Rozhodnutí o vyloučení

Pokud dojde k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení, zadavatel bezodkladně odešle oznámení vyloučenému dodavateli.

9.6 Rozhodnutí o zrušení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení, resp. část VZ pouze na základě důvodů uvedených v § 127 ZZVZ. Oznámení o zrušení ZŘ bude do 3 pracovních dnů od rozhodnutí odesláno účastníkům zadávacího řízení.

9.7 Součinnost a uzavření smlouvy

Vybraný dodavatel bude po rozhodnutí o výběru vyzván k poskytnutí součinnosti a uzavření smlouvy na VZ. Dodavatel bude vyzván k předložení elektronických originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, dále jiných dokladů nebo vzorků, jestliže tak stanovila ZD. Doklady a vzorky nebudou požadovány, pokud byly součástí nabídky. Zadavatel ověří před uzavřením smlouvy, zda dodavatel, který je českou právnickou osobou, má záznam v evidenci skutečných majitelů. Pokud nelze údaje z evidence zjistit, bude dodavatel vyloučen. K zápisu uveřejněnému v evidenci po odeslání oznámení o vyloučení se nepřihlíží. Vybraný dodavatel, který je zahraniční právnickou osobou, bude vyzván k předložení výpisu z obdobné zahraniční evidence nebo ke sdělení identifikačních údajů skutečných majitelů a předložení souvisejících dokladů.

9.8 Uveřejnění

Na profilu zadavatele v detailu VZ v E-ZAK uvedeném ve čl. 2.1 ZD a v detailech jednotlivých částí VZ dle čl. 2.2 ZD budou uveřejněny základní informace o veřejné zakázce a zásadní dokumenty jako Zadávací dokumentace s přílohami, vysvětlení zadávací dokumentace, rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení nebo písemná zpráva zadavatele.

Na základě ustanovení ZZVZ budou zasílány formuláře do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU (TED). Písemná zpráva zadavatele se uveřejní v E-ZAK do 30 pracovních dnů po ukončení zadávacího řízení.

Zadavatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv do 30 dnů po uzavření.

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 E-ZAK

Systém E-ZAK je certifikovaným elektronickým nástrojem, který slouží zadávání veřejných zakázek. Dodavatelé musí být v E-ZAK registrováni, aby mohli podat elektronickou nabídku.

Na elektronický nástroj E-ZAK (<https://ezak.cnpk.cz>) je napojena **Centrální databáze dodavatelů (CDD)** portálu FEN, kde probíhá registrace a administrace uživatelských účtů. **Dodavatel se musí registrovat v Centrální databázi dodavatelů** v systému FEN.cz (<https://fen.cz/#/registrace>), kde je ověřena jeho identita. Pokud dodavatel nebude registrován, nemůže v systému E-ZAK podávat nabídky ani zasílat zprávy. Proces registrace trvá **do 48 hodin** během pracovních dnů. Další informace jsou zde: <https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen/n%C3%A1pov%C4%9Bdafen/registrace-a-ov%C4%9B%C5%99en%C3%AD-dodavatele>;

https://ezak.cnpk.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf (str. 9-17)

<https://www.cnpk.cz/blog/zmena-prihlasovani-do-ezak-pro-dodavatele>

Pokud dodavatel v E-ZAKu klikne na odkaz Registrace dodavatele v levém menu, následuje informace o registraci v systému FEN.cz. Důležité odkazy:

www.FEN.cz, případně dodavatel kontaktuje podporu systému FEN či E-ZAK.

Podpora FEN - e-mail: podpora@fen.cz, Tel.: +420 515 917 947

Podpora EZAK - e-mail: podpora@ezak.cz, Tel.: +420 538 702 719

V případě, že se dodavateli nedaří zaregistrovat do FEN, může být příčinou, že byl před vyhlášením této VZ již „předregistrován“ administrátorem a jeho IČO je tak obsazeno. V tomto případě je nutné vstoupit k dokončení



registrace pomocí hypertextového odkazu z předregistračního e-mailu systému Centrální databáze dodavatelů FEN.cz, který byl zaslán na adresu dodavatele ze strany podpory EZAK. V případě potíží, ztráty nebo neobdržení předregistračního e-mailu lze kontaktovat výše uvedenou podporu systému FEN nebo EZAK.

10.2 Komunikace

Komunikace mezi zadavatelem, administrátorem na straně jedné a dodavatelem na straně druhé probíhá elektronicky prostřednictvím systému E-ZAK v detailu VZ uvedeném ve čl. 2.1 ZD a v detailech jednotlivých částí uvedených ve čl. 2.2 ZD. Výjimečně může dodavatel zaslat písemnost na kontaktní e-mail nebo datové schránky zadavatele či administrátora. Nepřipouští se telefonická komunikace ani komunikace v listinné podobě, nestanoví-li ZD jinak.

10.3 GDPR

Zadavatel je správcem osobních a citlivých údajů, administrátor zpracovatelem těchto údajů, které jsou získány v této veřejné zakázce. Zpracování údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, která vyplývá ze ZZVZ. Zadavatel, administrátor, jejich zaměstnanci a osoby pověřené kontrolou nabídek jsou vázáni mlčenlivostí. O veřejné zakázce je veden spis, který je neveřejný. Poté co bude zadávací řízení ukončeno, předá administrátor spis zadavateli k archivaci. Skartační lhůta dle ZZVZ činí 10 let od finančního ukončení projektu. Dodavatel je oprávněn požádat o výmaz údajů až po uplynutí skartační doby. Další informace jsou uvedeny na webu administrátora (www.cnpk.cz).

Jestliže dodavatel považuje některé údaje z nabídky za citlivé, např. z důvodu ochrany obchodního tajemství, označí je v nabídce. V opačném případě bude uzavřená smlouva zveřejněna včetně všech údajů, které dodavatel uvedl v nabídce.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím budou poskytnuty až po skončení zadávacího řízení.

10.4 Výhrady zadavatele

Dodavatel, který nesplní požadavky zadavatele vyplývající z této ZD ani po využití postupu dle § 46 ZZVZ zadavatelem, bude po kontrole nabídky vyloučen ze zadávacího řízení.

Zadavatel je oprávněn ověřit si údaje z nabídky dodavatele u třetích osob.

Dodavatelům je doporučeno pravidelně sledovat informace o veřejné zakázce na profilu zadavatele v E-ZAK.

Podpisuje-li dodavatel nabídku, návrh smlouvy, prohlášení nebo jiné dokumenty, musí podpis učinit osoba oprávněná zastupovat dodavatele. Nevyplývá-li oprávnění z výpisu z obchodního rejstříku, předloží dodavatel nejpozději do uzavření smlouvy kopii plné moci.

Zadavatel může dodavatele vyzvat k potvrzení přijetí zprávy. Pokud zadavatel či administrátor zasílá dodavateli zprávu elektronickou poštou (Outlook) a dodavatel zprávu nepotvrdí, považuje se za dobu doručení okamžik přijetí zprávy poštovním serverem dodavatele (tj. okamžik, kdy je zadavateli doručeno oznámení o doručení zprávy). V případě pochybností je okamžikem doručení následující den po odeslání zprávy. Jestliže jsou zprávy zasílány v elektronickém nástroji E-ZAK se za dobu doručení považuje okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu dodavatele v elektronickém nástroji, v případě pochybností následující den po odeslání zprávy.

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

Varianty nabídek nejsou přípustné.

Pokud by zadávací podmínky obsahovaly přímé či nepřímé odkazy na dodavatele, výrobky, patenty, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně připouští a umožňuje nabídnout rovnocenné, kvalitativně srovnatelné technické plnění.

Dodavatel je oprávněn podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ.

V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty je stanovena priorita: 1. zákon, 2. pravidla operačního programu, 3. Směrnice RPK, 4. Zadávací dokumentace, 5. smlouva, 6. příloha ZD, 7. ostatní dokumenty.



Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně závazku, zadavatel bude postupovat v souladu s § 222 ZZVZ.

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout součinnost v případně kontroly veřejné zakázky ze strany oprávněných orgánů.

Text ZD vč. příloh je duševním vlastnictvím příspěvkové organizace Centrální nákup Plzeňského kraje, přičemž kopírování, přebírání pasáží či zpeněžení této dokumentace je přípustné pouze s předchozím souhlasem ředitelky CNPK.

11 PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 Krycí list (část 1-24)
- Příloha č. 2 Technická specifikace (část 1-24)
- Příloha č. 3a Návrh kupní smlouvy (část 1- 4)
- Příloha č. 3b Návrh kupní smlouvy (část 5 -24)
- Příloha č. 4 Vzor prohlášení a formulářů
- Příloha č. 5 Prohlášení k OVZ

V Rokycanech

MUDr. Petr Hubáček, MBA , LL.M.
místopředseda představenstva

Rokycanská nemocnice,

Ing. Michal Filař
člen představenstva

Rokycanská nemocnice, a.s.