

ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. - Ostatní technika III					
Část 2 – Transportní lůžko Stretcher					
SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/131/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	3909/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000359
ODKAZ E-ZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10504.html				
ODKAZ VVZ:	https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/b1e04988-161f-4751-93f9-b2cd66c42a32				
ODKAZ TED:	https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:265625-2023:TEXT:CS:HTML				
Číslo VZ v systému MS2014+:	1X7V3pVZ (hash VZ)				
ZADAVATEL:	Stodská nemocnice, a.s.				
SÍDLO:	Hradecká 600, Stod, 333 01			IČO:	263 61 086
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Tomáš Brýna				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Bc. Michaela Bervidová			E-MAIL:	michaela.bervidova@cnpk.cz
DRUH VZ:	dodávky	REŽIM VZ:	nadlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	otevřené
FINANCOVÁNO Z EU:	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Stodská nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016255				

Zadavatel v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“)

rozhodl o zrušení

zadávacího řízení na **Část 2 – Transportní lůžko Stretcher** veřejné zakázky „**Zdravotnické přístroje pro Stodskou nemocnici, a.s. – Ostatní technika III**“, neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil, či nikoliv.

Odůvodnění:

Během kontroly nabídek zadavatel zjistil, že plnění nabízené účastníky zadávacího řízení, které však splňuje minimální požadavky stanovené závaznou technickou specifikací požadovaného plnění, nevyhovuje medicínskému účelu, ke kterému zadavatel zamýšlí požadované plnění využívat. Z tohoto důvodu zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení k předmětné části výše uvedené veřejné zakázky. Po ukončení zadávacího řízení zrušením provede zadavatel úpravu technické specifikace požadovaného plnění a předmětnou část veřejné zakázky vyhlásí znovu.

Poučení:

Proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení lze podat námitky v souladu s § 241 a násl. ZZVZ. Námitky musí být doručeny do 15 dnů od oznámení rozhodnutí. Účastník je oprávněn vzdát se práva podat námitky.

Ve Stodu

za zadavatele

za zadavatele