



## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

#### ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE – OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ

- Část 1 – Defibrilátor s automatickým manuálním režimem  
 Část 2 – Automatický externí defibrilátor (AED) pro lůžkové oddělení  
 Část 3 – Závěsný systém lan a popruhů pro cvičení  
 Část 4 – Ultrazvukový přístroj vč. sond  
 Část 5 – EKG klasické  
 Část 6 – Telemetrický monitor – rozšíření stávajícího systému  
 Část 7 – Operační stropní svítidlo dvouramenné s přípravou pro HD kamerový systém  
 Část 8 – Lampa LED – vyšetřovací svítidlo pro malou chirurgii  
 Část 9 – Videokolonoskop, videogastroskop, terapeutický videogastroskop, umělá inteligence, videoendoskopická sestava  
 Část 10 – Porodní lůžko  
 Část 11 – Kolposkop standardní  
 Část 12 – Úpravna vody  
 Část 13 – Videolaryngoskop  
 Část 14 – Bronchoskop pro jednorázové použití vč. obrazovek a sond  
 Část 15 – Křeslo zdravotnické mobilní  
 Část 16 – Transportní vozík pro převoz zemřelých

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/154/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	3793/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000083
ODKAZ E-ZAK:	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010225">https://ezak.cnpk.cz/vz00010225</a>				
Číslo VZ v systému MS2014+:	VZ 0031 (1UtHD4VZ)				
<b>ZADAVATEL:</b>	<b>Domažlická nemocnice, a.s.</b>				
<b>SÍDLO:</b>	Kozinova 292, 344 22 Domažlice	<b>IČO:</b>	26361078		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. - místopředseda představenstva Ing. Ondřej Provalil, MBA – člen představenstva				
<b>ADMINISTRÁTOR:</b>	<b>Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace</b>				
<b>SÍDLO:</b>	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	<b>IČO:</b>	72046635		
<b>STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:</b>	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
<b>POVĚŘENÁ OSOBA:</b>	Jan Kronďák	<b>E-MAIL:</b>	<a href="mailto:jan.krondak@cnpk.cz">jan.krondak@cnpk.cz</a>		
<b>DRUH VZ:</b>	dodávky	<b>REŽIM VZ:</b>	nadlimitní	<b>DRUH ŘÍZENÍ:</b>	otevřené
<b>FINANCOVÁNO Z EU:</b>	IROP 2014 – 2020, REACT-EU: Domažlická nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329				

Zadavatel v souladu s § 28 odst. 1 písm. b) a § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“) vydává tuto **Zadávací dokumentaci**.

# Obsah

1	ADMINISTRÁTOR .....	3
2	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA .....	3
2.1	Veřejná zakázka .....	3
2.2	Části VZ .....	4
2.3	Předmět veřejné zakázky .....	5
2.4	Termín a místo plnění .....	6
2.5	Vyhrazená změna závazku .....	7
2.6	Odpovědné veřejné zadávání .....	7
3	KVALIFIKACE .....	8
3.1	Základní způsobilost (§ 74 a § 75 ZZVZ) .....	8
3.2	Profesní způsobilost (§ 77 ZZVZ) .....	8
3.3	Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ) .....	8
3.4	Ostatní ustanovení .....	8
3.5	Společná nabídka .....	9
3.6	Zahraniční dodavatelé .....	9
3.7	Změny v kvalifikaci .....	9
4	OBCHODNÍ PODMÍNKY .....	9
4.1	Návrh smlouvy .....	9
5	POŽADAVKY ZADAVATELE .....	10
5.1	Požadavky na plnění veřejné zakázky .....	10
5.2	Krycí list .....	10
5.3	Technická specifikace .....	11
5.4	Prohlášení k OVZ .....	11
5.5	Poddodavatelé .....	11
5.6	Jistota .....	11
5.7	Zadávací lhůta .....	11
5.8	Pojištění .....	11
5.9	Náhradní plnění .....	11
5.10	Požadavky kontrolního orgánu .....	11
6	NABÍDKOVÁ CENA .....	12
6.1	Zpracování nabídkové ceny .....	12
6.2	Limitace nabídkové ceny .....	12
6.3	Mimořádně nízká nabídková cena .....	12
7	HODNOCENÍ .....	12
7.1	Hodnotící kritérium .....	12
7.2	Způsob hodnocení nabídek .....	13
8	NABÍDKA .....	14
8.1	Lhůta pro podání nabídek .....	14
8.2	Forma a obsah nabídky .....	15
9	ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ .....	15
9.1	Vysvětlení zadávací dokumentace .....	15
9.2	Prohlídka místa plnění .....	15
9.3	Otevírání, kontrola a hodnocení nabídek .....	16
9.4	Rozhodnutí o výběru .....	16
9.5	Rozhodnutí o vyloučení .....	16
9.6	Rozhodnutí o zrušení .....	16
9.7	Součinnost a uzavření smlouvy .....	16
9.8	Uveřejnění .....	16
10	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	16
10.1	E-ZAK .....	16
10.2	Komunikace .....	17
10.3	GDPR .....	17
10.4	Výhrady zadavatele .....	17
11	PŘÍLOHY .....	18

## 1 ADMINISTRÁTOR

Administrátor zastupuje zadavatele v souladu s § 43 ZZVZ při provádění úkonů, které souvisí se zadávacím řízením, na základě příkazní smlouvy o zastoupení. Zadavateli jsou vyhrazena rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodnutí o vyloučení dodavatele, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, rozhodnutí o námitkách a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.

## 2 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

### 2.1 Veřejná zakázka

Název:

**Zdravotnické přístroje Domažlické nemocnice – Opakované vyhlášení**

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, rozdělená na části, zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 a násl. ZZVZ. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva, jejíž plnění odpovídá předmětu příslušné části veřejné zakázky.

#### CPV kódy:

##### **Hlavní CPV kód:**

33100000-1 Zdravotnické přístroje

51410000-9 Instalace a montáž zdravotnických přístrojů

50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

##### **CPV kódy částí:**

##### **Část 1 – Defibrilátor s automatickým manuálním režimem**

33182100-0 Defibrilátor

50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

##### **Část 2 – Automatický externí defibrilátor (AED) pro lůžkové oddělení**

33182100-0 Defibrilátor

50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

##### **Část 3 – Závěsný systém lan a popruhů pro cvičení**

33100000-1 Zdravotnické přístroje

50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

##### **Část 4 – Ultrazvukový přístroj vč. sond**

33112000-8 Echografické, ultrazvukové a Dopplerovy zobrazovací přístroje

50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

##### **Část 5 – EKG - klasické**

33121500-9 Elektrokardiogram

50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

##### **Část 6 – Telemetrický monitor – rozšíření stávajícího systému**

32441100-7 Telemetrické dohlížecí systémy

50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

##### **Část 7 – Operační stropní svítidlo dvouramenné s přípravou pro HD kamerový systém**

31524110-9 Lampy pro operační sály

50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

##### **Část 8 – Lampa LED - vyšetřovací svítidlo pro malou chirurgii**

31524110-9 Lampy pro operační sály

50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

### **Část 9 – Videokolonoskop, videogastroskop, terapeutický videogastroskop, umělá inteligence, videoendoskopická sestava**

33168100-6 Endoskopy  
33168000-5 Endoskopie, endochirurgické přístroje  
50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

### **Část 10 – Porodní lůžko**

33192120-9 - Nemocniční lůžka  
50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

### **Část 11 – Kolposkop standardní**

33164100-8 Kolposkop  
50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

### **Část 12 – Úpravna vody**

42924730 Mycí vodní zařízení  
50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

### **Část 13 – Videolaryngoskop**

33168100-6 Endoskopy  
50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

### **Část 14 – Bronchoskop pro jednorázové použití vč. obrazovek a sond**

33168100-6 Endoskopy  
50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

### **Část 15 – Křeslo zdravotnické mobilní**

39113100-8 Křesla

### **Část 16 – Transportní vozík pro převoz zemřelých**

33192120-9 - Nemocniční lůžka

**Detail veřejné zakázky v E-ZAK:** <https://ezak.cnpk.cz/vz00010225>

Na této adrese dodavatelé naleznou zadávací podmínky, odkaz na jednotlivé části VZ, vysvětlení zadávací dokumentace a další informace o veřejné zakázce.

Předpokládaná hodnota VZ činí **19 919 880,- Kč bez DPH** za celou dobu plnění. Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu na základě průzkumu trhu a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění.

Veřejná zakázka je financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 2014 – 2020, REACT-EU.

**Název projektu:** Domažlická nemocnice – rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení  
**Identifikační číslo:** CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_121/0016329  
**Číslo výzvy:** Výzva č. 98  
**Operační program:** IROP 2014 – 2020, REACT-EU

Zpracovateli Zadávací dokumentace jsou zaměstnanci zadavatele a administrátora. Technické specifikace přístrojů zpracoval ve spolupráci se zaměstnanci zadavatele nezávislý odborný konzultant Ing. Vladimír Bičík, CSc.

Předběžné tržní konzultace nebyly realizovány.

## **2.2 Části VZ**

Veřejná zakázka je **rozdělena na 16 částí.**

Předpokládaná hodnota bez DPH zahrnuje cenu přístroje za uvedený počet ks + cenu za 1 PBTK za 1 ks po dobu pozáručního servisu pro části 1-12 VZ.

Předpokládaná hodnota bez DPH zahrnuje cenu přístroje za uvedený počet ks pro části 13-16 VZ.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo na všechny části VZ.

Část VZ	Název VZ	Předpokládaná hodnota bez DPH	Detail VZ v E-ZAK
Část 1	Defibrilátor s automatickým manuálním režimem	1 750 000,-	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010360">https://ezak.cnpk.cz/vz00010360</a>
Část 2	Automatický externí defibrilátor (AED) pro lůžkové oddělení	212 760,-	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010226">https://ezak.cnpk.cz/vz00010226</a>
Část 3	Závěsný systém lan a popruhů pro cvičení	381 840,-	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010227">https://ezak.cnpk.cz/vz00010227</a>
Část 4	Ultrazvukový přístroj vč. sond	1 471 502,-	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010228">https://ezak.cnpk.cz/vz00010228</a>
Část 5	EKG - klasické	480 000,-	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010236">https://ezak.cnpk.cz/vz00010236</a>
Část 6	Telemetrický monitor – rozšíření stávajícího systému	1 400 000,-	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010300">https://ezak.cnpk.cz/vz00010300</a>
Část 7	Operační stropní svítidlo dvouramenné s přípravou pro HD kamerový systém	4 600 000,-	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010301">https://ezak.cnpk.cz/vz00010301</a>
Část 8	Lampa LED - vyšetřovací svítidlo pro malou chirurgii	103 278,-	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010302">https://ezak.cnpk.cz/vz00010302</a>
Část 9	Videokolonoskop, Videogastroskop, Terapeutický videogastroskop, Umělá inteligence, Videoendoskopická sestava	7 261 800,-	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010304">https://ezak.cnpk.cz/vz00010304</a>
Část 10	Porodní lůžko	630 000,-	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010432">https://ezak.cnpk.cz/vz00010432</a>
Část 11	Kolposkop standardní	380 000,-	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010438">https://ezak.cnpk.cz/vz00010438</a>
Část 12	Úpravna vody	370 000,-	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010305">https://ezak.cnpk.cz/vz00010305</a>
Část 13	Videolaryngoskop	396 700,-	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010306">https://ezak.cnpk.cz/vz00010306</a>
Část 14	Bronchoskop pro jednorázové použití vč. obrazovek a sond	300 000,-	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010327">https://ezak.cnpk.cz/vz00010327</a>
Část 15	Křeslo zdravotnické mobilní	80 000,-	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010430">https://ezak.cnpk.cz/vz00010430</a>
Část 16	Transportní vozík pro převoz zemřelých	102 000,-	<a href="https://ezak.cnpk.cz/vz00010570">https://ezak.cnpk.cz/vz00010570</a>

### 2.3 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka (zdravotnických) přístrojů pro zadavatele.

Část VZ	Předmět VZ	Počet kusů
Část 1	Defibrilátor s automatickým manuálním režimem	4
Část 2	Automatický externí defibrilátor (AED) pro lůžkové oddělení	2
Část 3	Závěsný systém lan a popruhů pro cvičení	1
Část 4	Ultrazvukový přístroj vč. sond	2
Část 5	EKG - klasické	4
Část 6	Telemetrický monitor – rozšíření stávajícího systému	1

Část 7	Operační stropní svítidlo dvouramenné s přípravou pro HD kamerový systém	4
Část 8	Lampa LED - vyšetřovací svítidlo pro malou chirurgii	3
Část 9	Umělá inteligence	1
	Terapeutický videogastroskop	1
	Videogastroskop	1
	Videokolonoskop	1
	Videoendoskopická sestava	1
Část 10	Porodní lůžko	1
Část 11	Kolposkop standardní	2
Část 12	Úpravna vody	1
Část 13	Videolaryngoskop	1
Část 14	Bronchoskop pro jednorázové použití vč. obrazovek a sond	1
Část 15	Křeslo zdravotnické mobilní	2
Část 16	Transportní vozík pro převoz zemřelých	1

Bližší specifikace předmětu plnění jednotlivých částí VZ, parametry přístrojů a další požadavky zadavatele jsou uvedeny v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace na příslušném listu a rovněž v Příloze č. 3a a 3b ZD – Návrh kupní smlouvy, pro část 3 Závěsný systém lan pak ještě příloha č. 6 ZD – Výkresy pro část 3.

Předmět plnění musí být plně v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a příslušnými Nařízeními vlády - kromě částí 12 a 15 VZ), a rovněž i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

Dodavatel zajistí provádění BTK po celou záruční lhůtu u Částí 1-14 VZ v souladu s Přílohou č. 3a a 3b ZD – Návrh kupní smlouvy. U Částí 1-12 VZ je dodavatel je povinen garantovat zajištění pozáručního servisu po dobu alespoň 5 let po skončení záruční doby.

Součástí dodávky bude doprava do sídla zadavatele, odborné zapojení a zprovoznění přístrojů a zaškolení obsluhy.

Účelem VZ je vybavení nemocnice (zdravotnickou) technikou. Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

## 2.4 Termín a místo plnění

Smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou s dodací lhůtou do **8 týdnů** pro části 2-16, do **12 týdnů** pro část 1 od účinnosti kupní smlouvy. Uzavření smlouvy se předpokládá v srpnu/září 2023.

Místem plnění je sídlo zadavatele.

Dodavatel vyrozumí zadavatele nejméně 5 pracovních dnů před plánovaným datem dodání, aby byl zadavatel připraven poskytnout mu potřebnou součinnost a předmět smlouvy převzít.

## 2.5 Vyhrazená změna závazku

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ:

- vyhrazuje prodloužení dodací lhůty v případě závažných okolností, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa, válečný stav nebo celosvětově nedostupná součást zařízení. Musí se jednat o neočekávané a krátkodobé okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli zadavatele a dodavatele. Prodloužení původní dodací lhůty nesmí být zapříčiněno jednáním zadavatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládanou dobu trvání. Následně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o 30 kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Zadavatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění.
- vyhrazuje navýšení kupní ceny v případě změny sazby DPH v daňových předpisech.
- vyhrazuje prodloužení předpokládaného termínu dodání, pokud dojde k průtahům v zadávacím řízení. Stanovená dodací lhůta v týdnech zůstane zachována.

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ:

- vyhrazuje nahrazení vybraného dodavatele dodavatelem dalším v pořadí v případě, že bude ukončena smlouva odstoupením nebo výpovědí z důvodu porušení povinností ze strany vybraného dodavatele. Po ukončení smlouvy zadavatel osloví dodavatele dalšího v pořadí a zašle mu k odsouhlasení návrh nové smlouvy, která odpovídá jeho nabídce. Bude-li další dodavatel souhlasit, uzavře s ním zadavatel novou smlouvu. Tento postup lze využít opakovaně.

Jestliže dojde v důsledku uplatnění této výhrady k uzavření nové smlouvy s dodavatelem dalším v pořadí, bude ve smlouvě upraven rozsah plnění vybraného dodavatele vč. záručních podmínek s ohledem na již realizovanou část dodávek tak, aby smlouva včetně příloh odpovídala nerealizované části dodávek.

## 2.6 Odpovědné veřejné zadávání

**Zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání** podle § 6 odst. 4 ZZVZ

Zadavatel zohlednil zásadu tím, že je veřejná zakázka rozdělena na 16 částí. Šanci uspět mají menší a střední dodavatelé.

Zadavatel zohlednil zásadu, když požaduje, aby poskytovatel při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Tato povinnost poskytovatele je zakotvena v obchodních podmínkách VZ.

Dále v Prohlášení k OVZ (Příloha č. 5 ZD) zadavatel požaduje od poskytovatele předložení čestného prohlášení, kde se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně poskytovatelem či jeho poddodavateli a zajistit dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO).

V rámci Přílohy č. 5 ZD dodavatel prohlásí, že bude dodržovat pracovněprávní předpisy a mezinárodní úmluvu ILO.

**Zohlednění zásady environmentálně odpovědného zadávání** podle § 6 odst. 4 ZZVZ

Zadavatel zohlednil zásadu ve čl. 7 ZD, když zvolil dílčí hodnotící kritérium délka záruky s váhou 10 %. Pozitivně bude hodnoceno zařízení s delší zárukou.

Dále zadavatel požaduje, aby předmět plnění neobsahoval v žádné části látky, které jsou zařazeny na seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), určených podle článku 57 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)

č. 1907/2006 (nařízení REACH), včetně látek případně doplněných na seznam pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Dodavatel předloží v rámci Přílohy č. 5 ZD čestné prohlášení o neexistenci látek vzbuzujících mimořádné obavy.

**Zohlednění zásady inovací podle § 6 odst. 4. ZZVZ**

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů inovací při zadávání a konstatuje, že poptává po technologické i uživatelské stránce zařízení, které odpovídá jeho potřebám a při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití.

### 3 KVALIFIKACE

Dodavatel prokáže splnění základní, profesní způsobilosti a technické kvalifikace.

#### 3.1 Základní způsobilost (§ 74 a § 75 ZZVZ)

Dodavatel prokáže základní způsobilost v souladu s § 74 a § 75 ZZVZ předložením čestného prohlášení podle Přílohy č. 4 ZD. Způsobilost musí být splněna nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. Základní způsobilost dodavatel prokáže u všech částí VZ, na které podává nabídku. Před uzavřením Kupní smlouvy vybraný dodavatel předloží související doklady v elektronickém originále nebo ověřené (konvertované) kopii.

#### 3.2 Profesní způsobilost (§ 77 ZZVZ)

Dodavatel prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ předložením čestného prohlášení podle Přílohy č. 4 ZD. Dodavatel musí splnit požadavek, aby byl:

- a) **zapsán v obchodním rejstříku**, příp. jiné obdobné evidenci, je-li to právním předpisem požadováno; týká se pouze dodavatelů, kteří jsou právníky osobami; výpis z OR nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení,
- b) **oprávněn k podnikání** – oprávnění dodavatel prokáže doložením skutečnosti, že je **oprávněn podnikat** v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, když disponuje alespoň živnostenským oprávněním „*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*“,
- c) **odborně způsobilý** nebo disponoval osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje; dodavatel musí být **evidován v Registru zdravotnických prostředků** vedeným Státním ústavem pro kontrolu léčiv, jako osoba zacházející se zdravotnickými prostředky v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a zákonem č. 375/2022 Sb., v platném znění. Tento požadavek **neplatí pro Části 12 a 15 VZ**.

**Profesní způsobilost je nutné prokázat u všech částí VZ, na které dodavatel podává nabídku.**

Před uzavřením Kupní smlouvy vybraný dodavatel předloží uvedené doklady v elektronickém originále nebo ověřené (konvertované) kopii.

#### 3.3 Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)

Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel, který předloží:

- a) **popis opatření k zajištění kvality předmětu dodávky** – tento požadavek **neplatí pro Části 15 a 16 VZ**

Rozsah: Dodavatel ve své nabídce předloží čestné prohlášení o tom, že disponuje **minimálně jedním** řádně proškoleným technikem k řádnému provedení předmětu zakázky.

Způsob prokázání pro všechny části VZ: čestné prohlášení podle Přílohy č. 4 ZD – Vzor prohlášení a formulářů.

#### 3.4 Ostatní ustanovení

K prokázání kvalifikace v nabídce stačí předložení **čestného prohlášení** podle Přílohy č. 4 ZD nebo **seznamu** podle Přílohy č. 4 ZD. Dodavatel je oprávněn předložit kopie dokladů ke kvalifikaci. V elektronické nabídce nemusí být čestné prohlášení podepsáno. Podepsáním elektronické nabídky se má za to, že jsou podepsány všechny dokumenty dodavatele v nabídce.



Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku (jsou-li předkládány), nesmí být starší než 3 měsíce přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Prokazuje-li dodavatel kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, zejména poddodavatelů, předloží v souladu s § 83 ZZVZ nejpozději před uzavřením smlouvy písemný závazek jiné osoby (poddodavatele) k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění VZ, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Jiná osoba, resp. poddodavatel předloží též do uzavření smlouvy prostřednictvím dodavatele doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ, výpis z obchodního rejstříku (je-li v něm zapsán) a doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace za dodavatele.

K prokázání kvalifikace je dodavatel oprávněn odkázat na odpovídající informace v informačním systému veřejné správy nebo obdobném systému s neomezeným dálkovým přístupem. Odkaz bude obsahovat internetovou adresu a je-li potřeba, také údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace.

Přípustné je odkázat na doklady doložené dodavatelem v jiné VZ, pokud jsou aktuální. Dodavatel je oprávněn odkázat na seznam kvalifikovaných dodavatelů, kterým se prokazuje základní a profesní způsobilost.

Před uzavřením smlouvy bude předložen kvalifikační doklad v elektronickém originále nebo ověřené (konvertované) kopii.

Dodavatel, který nesplnil kvalifikaci, bude vyloučen ze zadávacího řízení.

Při výkladu prokázání kvalifikace se použijí ustanovení § 73 až § 88 ZZVZ.

### 3.5 Společná nabídka

Několik účastníků může podat společnou nabídku, má-li být předmět VZ plněn více dodavateli společně. V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a předkládá výpis z obchodního rejstříku každý dodavatel samostatně. Společní dodavatelé v nabídce doloží, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.

### 3.6 Zahraniční dodavatelé

Kvalifikace získaná v zahraničí se prokazuje doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

### 3.7 Změny v kvalifikaci

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je dodavatel povinen bezodkladně tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Nevztahuje se to na případy, jestliže podmínky kvalifikace jsou přesto nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu dodavatelů nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dodavatel, který nesplnil oznamovací povinnost při změně kvalifikace, bude zadavatelem bezodkladně vyloučen ze zadávacího řízení.

## 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY

### 4.1 Návrh smlouvy

Obchodní, záruční, pozáruční, platební a sankční podmínky jsou stanoveny v **Návruh kupní smlouvy**, která tvoří Přílohu č. 3a ZD (pro části 13-16) a Přílohu č.3b ZD (pro části 1-12). Návrh smlouvy je závazný, dodavatel převezme její znění bez výhrad, když budou doplněna pouze vyznačená místa.

Dodavatel předloží v nabídce **Návrh kupní smlouvy**, ve které vyplní ve vyznačených místech identifikační údaje, **označení části VZ**, nabídkovou cenu, kontaktní údaje a případně další informace, jsou-li požadovány.

Přílohu smlouvy bude tvořit Technická specifikace, kterou dodavatel zpracuje na základě Přílohy č. 2 ZD – Technická specifikace. V nabídce stačí předložit Technickou specifikaci pouze jednou.

Neakceptace smluvních podmínek nebo nepřípustné doplnění či změna Návrhu smlouvy budou mít za následek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Všechny údaje uvedené v konečné smlouvě a přílohách jsou veřejné. Pokud dodavatel nesouhlasí s uveřejněním některých informací, například z důvodu ochrany obchodního tajemství, označí je v nabídce.

## 5 POŽADAVKY ZADAVATELE

### 5.1 Požadavky na plnění veřejné zakázky

Dodavatel poskytne plnění řádně, ve sjednaných termínech, v požadované kvalitě a množství, v souladu s uzavřenou smlouvou, zadávacími podmínkami, požadavky zadavatele a právními předpisy.

Součástí dodávek a nabídkové ceny dodavatele musí být také doprava nakupovaného zboží do místa určeného zadavatelem.

Dodávkou se rozumí:

- doprava veškerého zboží do místa plnění, včetně vykládky na místo určené zadavatelem
- provedení kompletního odborného zapojení, instalace a zprovoznění přístrojů
- základní zaškolení k používání a údržbě přístrojů
- případná likvidace vzniklého odpadu
- dodání návodů k obsluze, technických listů a prohlášení o shodě (zadavatel je oprávněn požadovat doplnění překladu do českého jazyka)

Požadavky na záruku jakosti a provádění pozáručního servisu po dobu 5 let dodaného přístroje:

- spolehlivý, pravidelný, rychlý servis
- v případě neodstranění závady do 48 h bezplatné zapůjčení přístroje odpovídající nebo vyšší kvality (po dobu opravy přístroje)
- záruka minimálně 24 měsíců (musí být jednotná pro všechny komponenty dodávky)
- provádění periodických bezpečnostně technických kontrol (PBTk) a elektrických revizí v rámci záruční doby (tj. 24 měsíců) zdarma (týká se částí 1 - 14)
- garance ceny za provádění pozáručního servisu u částí 1-12 VZ

Délka záruky za jakost činí min. **24 měsíců.**

Po dobu záruční lhůty budou bezplatně poskytovány periodické BTK kontroly dodaného přístroje (pro části 1-14).

Dodavatel je povinen garantovat zajištění pozáručního servisu u Částí 1-12 VZ po dobu alespoň **5 let** po skončení záruční doby. Pozáruční servis je předmětem této VZ v rozsahu požadavků uvedených v hodnotících kritériích v čl. 7 ZD a v Návrhu kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3b ZD.

Bude-li dodavatel zadavatelem vyzván k zajištění pozáručního servisu, bude předmětem provádění PBTk, jiných opakovaných činností, elektrických revizí, dalších zkoušek, vystavení protokolu, dodávka náhradních dílů vč. kitů (jejich periodická výměna), dodávka spotřebního materiálu a náklady na dopravu včetně času stráveného na cestě.

Před uzavřením kupní smlouvy s vybraným dodavatelem bude předložen certifikát prokazující proškolení technika k obsluze přístroje.

### 5.2 Krycí list

U částí 1-12 dodavatel předloží v nabídce vyplněný **Krycí list**, který tvoří Přílohu č. 1 ZD. Do Krycího listu dodavatel vyplní identifikační údaje, název dané části VZ, celkovou nabídkovou cenu (za uvedený počet ks), nabídkovou cenu za provedení 1 PBTk za 1 ks po dobu pozáručního servisu, celkovou nabídkovou cenu (nabídková cena za přístroj za uvedený počet ks + nabídková cena za provedení 1 PBTk za 1 ks po dobu pozáručního servisu), délku záruční doby a stvrdí prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek a Návrhu kupní smlouvy. Krycí list nemusí být podepsán, jednalo se o elektronickou nabídku nebo je-li podepsána datová zpráva nebo soubor s nabídkou.

U částí 13-16 dodavatel předloží v nabídce vyplněný Krycí list, který tvoří Přílohu č. 1 ZD. Do Krycího listu dodavatel vyplní identifikační údaje, název dané části VZ, celkovou nabídkovou cenu (za uvedený počet ks), délku záruční doby

a stvrdí prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek a Návrhu kupní smlouvy. Krycí list nemusí být podepsán, jedná-li se o elektronickou nabídku nebo je-li podepsána datová zpráva nebo soubor s nabídkou.

### 5.3 Technická specifikace

Zadavatel stanovil technické požadavky a parametry ve čl. 2.3 ZD a v Příloze č. 2 ZD (Technická specifikace). Dodavatel vyplní Přílohu č. 2 ZD, ve které specifikuje nabízené plnění. Dodavatel v pravém sloupci uvede ke každému bodu závazné specifikace zadavatele ANO nebo NE, podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) splňuje požadavek zadavatele, a doplní konkrétní nabízený parametr (je-li to relevantní). Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží) a název výrobce. Je nepřípustné měnit, upravovat, doplňovat nebo vypouštět položky a parametry v tabulce technické specifikace. Součástí této přílohy budou výrobní listy, certifikáty a prohlášení o shodě v případě, že je to vzhledem k předmětu plnění vhodné. Návod, manuály a podrobné specifikace výrobce mohou být předloženy v původním jazyce. Zadavatel však doporučuje, aby zásadní a podstatné parametry byly vždy uvedeny v českém jazyce. Zadavatel je oprávněn požadovat doplnění překladu do českého jazyka. Ve vztahu k požadavku na uvedení technika v čl. 3.3 písm. a) ZD může zadavatel požadovat předložení kopie certifikátu k obsluze přístroje. Podrobné pokyny jsou obsaženy v Příloze č. 2 ZD. Technická specifikace bude tvořit přílohu konečné smlouvy.

### 5.4 Prohlášení k OVZ

Dodavatel předloží v nabídce vyplněné čestné prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání (OVZ), které tvoří Přílohu č. 5 ZD. Do Prohlášení k OVZ dodavatel vyplní identifikační údaje a název dané části VZ. Prohlášení nemusí být podepsáno, jedná-li se o elektronickou nabídku nebo je-li podepsána datová zpráva nebo soubor s nabídkou.

### 5.5 Poddodavatelé

Dodavatel předloží v nabídce **seznam poddodavatelů**, kteří se budou podílet na veřejné zakázce. U názvu poddodavatele bude uvedeno, zda bude prokazovat kvalifikaci a v jakém rozsahu. Využit lze Přílohu č. 4 ZD – Vzor prohlášení a formulářů. Nebude-li nabídka tuto informaci obsahovat, bude mít zadavatel za to, že poddodavatele nevyužije.

### 5.6 Jistota

Zadavatel nepožaduje jistotu.

### 5.7 Zadávací lhůta

Zadavatel nestanovil zadávací lhůtu.

### 5.8 Pojištění

Pojištění není požadováno.

### 5.9 Náhradní plnění

Zadavatel náhradní plnění nepožaduje.

### 5.10 Požadavky kontrolního orgánu

Veřejná zakázka se řídí pravidly Integrovaného operačního programu (IROP) 2014 – 2020, REACT-EU. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost během zadávacího řízení a po uzavření smlouvy, pokud jej zadavatel požádá v souvislosti s kontrolou dotačního programu. Dodavatel poskytne součinnost také při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Vybraný dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Dodavatel je povinen minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, EK, EÚD, NKÚ, příslušný orgán finanční

správy, oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## 6 NABÍDKOVÁ CENA

### 6.1 Zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen předložit nabídkovou cenu, kterou závazně nabízí za splnění předmětu veřejné zakázky vymezeného ve čl. 2. ZD a přílohách ZD. Celkovou nabídkovou cenu dodavatel uvede v **Krycím listu** nabídky (Příloha č. 1 ZD) a v **Návrhu kupní smlouvy** (Příloha č. 3a ZD a Příloha č.3b ZD). V Částech 1-12 dodavatel vyplní v Krycím listu také cenu za 1 PBTk.

Cena za 1 PBTk za 1 rok v pozáruční době v Kč bez DPH nesmí být nulová a musí obsahovat veškeré související náklady (kromě provádění el. kontroly a PBTk také vystavení protokolu, cenu náhradních dílů a kitů, které se periodicky mění, a dopravu včetně času stráveného na cestě). V případě, že PBTk má delší než roční periodicitu, pak se veškeré náklady související s PBTk (viz předchozí věta) dělí počtem let výrobcem stanovené periodicity provádění PBTk. Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu vyplněním Krycího listu (Příloha č. 1 ZD), ve kterém u příslušné části VZ vyplní nabídkovou cenu za přístroj v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH (za stanovený počet kusů). Nabídková cena včetně všech položek je pevná a zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s plněním veřejné zakázky.

Dále dodavatel u částí 1-12 vyplní nabídkovou cenu za provedení 1 PBTk za 1 ks po dobu pozáručního servisu, která v součtu s nabídkovou cenou za přístroj nesmí překročit předpokládanou hodnotu VZ.

Dodavatel nesmí měnit, slučovat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Krycí list nebo jiná příloha Zadávací dokumentace. Nerespektování příslušné přílohy.

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s realizací plnění předmětu veřejné zakázky, včetně dopravy, instalace, montáže, zaškolení, BTK (pro části 1-14 VZ), zisku, inflace a jiných nákladů. Celková nabídková cena i jednotlivé oceněné položky jsou pro danou dobu plnění pevné, nejvýše přípustné a zahrnují všechny dodávky a činnosti související s předmětem příslušné části VZ. Jednotlivé součásti nabídkové ceny budou hodnoceny podle čl. 7 ZD.

Ke zvýšení nabídkové ceny může dojít jen výjimečně v souladu se zákonem, například při změně sazby DPH, nebo pokud je to vyhrazeno v ZD.

### 6.2 Limitace nabídkové ceny

Zadavatel stanoví, že nabídková cena za přístroj (za stanovený počet ks) + nabídková cena za 1 PBTk za 1ks po dobu pozáručního servisu (pro části 1-12) nesmí překročit předpokládanou hodnotu této části veřejné zakázky uvedenou ve čl. 2.2 ZD a nabídková cena za přístroj (za stanovený počet ks) pro části 13-16 VZ nesmí překročit předpokládanou hodnotu příslušné části veřejné zakázky uvedenou ve čl. 2.2 ZD.

### 6.3 Mimořádně nízká nabídková cena

Zadavatel nestanovil mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

## 7 HODNOCENÍ

### 7.1 Hodnoticí kritérium

Část 1 – Defibrilátor s automatickým manuálním režimem

Část 2 – Automatický externí defibrilátor (AED) pro lůžkové oddělení

Část 3 – Závěsný systém lan a popruhů pro cvičení

Část 4 – Ultrazvukový přístroj vč. sond

Část 5 – EKG - klasické

Část 6 – Telemetrický monitor – rozšíření stávajícího systému

Část 7 – Operační stropní svítidlo dvouramenné s přípravou pro HD kamerový systém

**Část 8 – Lampa LED - vyšetřovací svítidlo pro malou chirurgii**

**Část 9 – Videokolonoskop, videogastroskop, terapeutický videogastroskop, umělá inteligence, videoendoskopická sestava**

**Část 10 – Porodní lůžko**

**Část 11 – Kolposkop standardní**

**Část 12 – Úpravna vody**

Nabídky uvedených částí VZ 1-12 budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která zahrnuje tato dílčí hodnotící kritéria:

- a) nabídková cena za přístroj v Kč bez DPH – váha 80 %
- b) délka záruční doby – váha 10 %
- c) nabídková cena v Kč bez DPH za 1 PBTk za 1ks po dobu pozáručního servisu – váha 10 %

**Část 13 – Videolaryngoskop**

**Část 14 – Bronchoskop pro jednorázové použití vč. obrazovek a sond**

**Část 15 – Křeslo zdravotnické mobilní**

**Část 16 – Transportní vozík pro převoz zemřelých**

Nabídky uvedených částí VZ 13-16 budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která zahrnuje tato dílčí hodnotící kritéria:

- a) nabídková cena za přístroj v Kč bez DPH – váha 90 %
- b) délka záruční doby – váha 10 %

## **7.2 Způsob hodnocení nabídek**

**Část 1 – Defibrilátor s automatickým manuálním režimem**

**Část 2 – Automatický externí defibrilátor (AED) pro lůžkové oddělení**

**Část 3 – Závěsný systém lan a popruhů pro cvičení**

**Část 4 – Ultrazvukový přístroj vč. sond**

**Část 5 – EKG - klasické**

**Část 6 – Telemetrický monitor – rozšíření stávajícího systému**

**Část 7 – Operační stropní svítidlo dvouramenné s přípravou pro HD kamerový systém**

**Část 8 – Lampa LED - vyšetřovací svítidlo pro malou chirurgii**

**Část 9 – Videokolonoskop, videogastroskop, terapeutický videogastroskop, umělá inteligence, videoendoskopická sestava**

**Část 10 – Porodní lůžko**

**Část 11 – Kolposkop standardní**

**Část 12 – Úpravna vody**

**V dílčím kritériu a)**

Nejnižší nabídková cena za přístroj bez DPH se vydělí hodnocenou nabídkovou cenou bez DPH a tento podíl se vynásobí číslem 80. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu.

Vzorec:

$$\frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídková cena}} \times 80 \text{ váha} = \text{počet bodů v kritériu a)}$$

**V dílčím kritériu b)**

Nabízená délka záruční doby v měsících se vydělí číslem 60 (jako maximální délkou pro účely hodnocení) a tento podíl se vynásobí číslem 10. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu. Nabídne-li dodavatel záruku delší než 60 měsíců, bude dosazena hodnota 60 měsíců.

Vzorec:

$$\frac{\text{Hodnocená záruka v měsících}}{60} \times 10 \text{ váha} = \text{počet bodů v kritériu b)}$$

#### **V dílčím kritériu c)**

Nejnižší nabízená cena za 1 PBTk bez DPH se vydělí hodnocenou cenou za 1 PBTk bez DPH a tento podíl se vynásobí číslem 10. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu.

Vzorec:

$$\frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídková cena}} \times 10 \text{ váha} = \text{počet bodů v kritériu c)}$$

#### **Část 13 – Videolaryngoskop**

#### **Část 14 – Bronchoskop pro jednorázové použití vč. obrazovek a sond**

#### **Část 15 – Křeslo zdravotnické mobilní**

#### **Část 16 – Transportní vozík pro převoz zemřelých**

#### **V dílčím kritériu a)**

Nejnižší nabídková cena za přístroj bez DPH se vydělí hodnocenou nabídkovou cenou bez DPH a tento podíl se vynásobí číslem 90. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu.

Vzorec:

$$\frac{\text{Nejnižší nabídková cena}}{\text{Hodnocená nabídková cena}} \times 90 \text{ váha} = \text{počet bodů v kritériu a)}$$

#### **V dílčím kritériu b)**

Nabízená délka záruční doby v měsících se vydělí číslem 60 (jako maximální délkou pro účely hodnocení) a tento podíl se vynásobí číslem 10. Výsledkem je počet bodů v tomto dílčím kritériu. Nabídne-li dodavatel záruku delší než 60 měsíců, bude dosazena hodnota 60 měsíců.

Vzorec:

$$\frac{\text{Hodnocená záruka v měsících}}{60} \times 10 \text{ váha} = \text{počet bodů v kritériu b)}$$

#### **Celkový výsledek hodnocení**

Vybrána bude nabídka dodavatele, která dosáhne nejvyššího počtu bodů po součtu všech dílčích kritérií v dané části VZ.

Podá-li nabídku jediný dodavatel, nebude hodnocení provedeno.

Dosáhne-li více dodavatelů shodného počtu bodů, rozhodující bude vyšší počet bodů získaných za hodnotící kritérium a) nabídková cena za přístroj.

U dodavatele prvního v pořadí bude provedena kontrola obsahu nabídky, potom zadavatel rozhodne o výběru.

## **8 NABÍDKA**

### **8.1 Lhůta pro podání nabídek**

**Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 31. 7. 2023 do 10:00 hodin.**

Případná změna lhůty pro podání nabídek bude uveřejněna v detailech jednotlivých částí VZ v E-ZAK uvedeném ve čl. 2.2 ZD. Dodavatel je povinen sledovat případné změny na výše uvedeném odkazu.

## 8.2 Forma a obsah nabídky

Nabídky se podávají písemně **v elektronické podobě**. Nabídka musí být doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Není přípustné, aby dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, byl současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci jiný dodavatel.

**Elektronická nabídka** se podává prostřednictvím systému E-ZAK v detailu příslušné části VZ uvedeném ve čl. 2.2 ZD. Dodavatel musí být zaregistrován v E-ZAK a v Centrální databázi dodavatelů (viz čl. 10.1 ZD). Datová zpráva s nabídkou nebo elektronická nabídka musí být opatřena platným elektronickým podpisem oprávněného zástupce dodavatele.

Podává-li dodavatel nabídku na jednu část nebo více částí VZ, **musí nabídku podat prostřednictvím detailu konkrétní části VZ** uvedeného ve čl. 2.2 ZD. *Příklad: Nabídka na Část 1 se podává v detailu Části 1 VZ, nabídka na Část 2 se podává v detailu Části 2 VZ.* Je přípustné vytvořit jeden soubor s nabídkou, který bude obsahovat více částí VZ, nicméně musí být podán ve všech příslušných detailech VZ.

Zadavatel doporučuje následující řazení nabídky:

- 1) **Krycí list** – označení části VZ, vyplněné identifikační údaje, nabídková cena, položkové ceny, délka záruční doby, prohlášení;
- 2) **Technická specifikace** – vyplněná specifikace části VZ, přílohou doklady;
- 3) **Návrh kupní smlouvy** – podle části VZ, vyplněné požadované údaje a cena;
- 4) **Prohlášení o kvalifikaci** – vyplněné údaje;
- 5) **Prohlášení k OVZ** – vyplněné údaje;
- 6) **Seznam poddodavatelů** – identifikační údaje poddodavatelů;
- 7) **Další informace.**

## 9 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

### 9.1 Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel může podat písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou musí doručit nejméně 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel do 3 pracovních dnů uveřejní odpověď v detailu VZ v E-ZAK dle čl. 2.2 ZD v položce „Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace“. Vysvětlení bude obsahovat dotaz bez identifikace dodavatele a odpověď. Zadavatel může uveřejnit vysvětlení i bez předchozí žádosti nebo odpovědět na pozdě doručený dotaz.

Pokud budou změněny zadávací podmínky, zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě podstatné změny, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, bude lhůta prodloužena o celou původní délku. Vysvětlení musí být uveřejněno nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Je-li zadavatel v prodlení s odpovědí, prodlouží lhůtu o příslušný počet dnů.

### 9.2 Prohlídka místa plnění

#### Pro část 3, část 6 a část 7

**Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s kontaktní osobou zadavatele.**

Kontaktní osoba pro konání prohlídky místa plnění:

Viliam Malár, [viliam.malar@domazlice.nemocnicepk.cz](mailto:viliam.malar@domazlice.nemocnicepk.cz), +420 379 710 200.

Nejpozdější termín prohlídky musí být 10 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.

#### Ostatní části VZ

Prohlídka místa plnění se nekoná.

### 9.3 Otevírání, kontrola a hodnocení nabídek

Nabídky otevřou pověřené osoby zadavatele, které zkontrolují nabídky a provedou hodnocení. Jednání, při kterých se otevírají, kontrolují a hodnotí nabídky, je neveřejné. O otevírání, posouzení a hodnocení nabídek bude pořízena zpráva, která bude tvořit přílohu oznámení o výběru. Kontrolující osoby doporučí zadavateli vybraného dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva.

### 9.4 Rozhodnutí o výběru

Zadavatel rozhodne o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější v dané části VZ. Rozhodnutí o výběru bude odesláno účastníkům zadávacího řízení formou zprávy v E-ZAK.

### 9.5 Rozhodnutí o vyloučení

Pokud dojde k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení, zadavatel bezodkladně odešle oznámení vyloučenému dodavateli.

### 9.6 Rozhodnutí o zrušení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení pouze na základě důvodů uvedených v § 127 ZZVZ. Oznámení o zrušení ZŘ bude do 3 pracovních dnů od rozhodnutí odesláno účastníkům zadávacího řízení.

### 9.7 Součinnost a uzavření smlouvy

Vybraný dodavatel bude po rozhodnutí o výběru vyzván k poskytnutí součinnosti a uzavření smlouvy na příslušnou část VZ. Dodavatel bude vyzván k předložení elektronických originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, dále jiných dokladů nebo vzorků, jestliže tak stanovila ZD. Doklady a vzorky nebudou požadovány, pokud byly součástí nabídky. Zadavatel ověří před uzavřením smlouvy, zda dodavatel, který je českou právní osobou, má záznam v evidenci skutečných majitelů. Pokud nelze údaje z evidence zjistit, bude dodavatel vyloučen. K zápisu uveřejněnému v evidenci po odeslání oznámení o vyloučení se nepřihlíží. Vybraný dodavatel, který je zahraniční právní osobou, bude vyzván k předložení výpisu z obdobné zahraniční evidence nebo ke sdělení identifikačních údajů skutečných majitelů a předložení souvisejících dokladů.

### 9.8 Uveřejnění

Na profilu zadavatele v detailu VZ v E-ZAK uvedeném ve čl. 2.1 ZD a v detailech jednotlivých částí VZ dle čl. 2.2 ZD budou uveřejněny základní informace o veřejné zakázce a zásadní dokumenty jako Zadávací dokumentace s přílohami, vysvětlení zadávací dokumentace, rozhodnutí o výběru dodavatele, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení nebo písemná zpráva zadavatele.

Na základě ustanovení ZZVZ budou zasílány formuláře do Věstníku veřejných zakázek a Úředního věstníku EU (TED). Písemná zpráva zadavatele se uveřejní v E-ZAK do 30 pracovních dnů po ukončení zadávacího řízení.

Zadavatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv do 30 dnů po uzavření.

## 10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### 10.1 E-ZAK

Systém E-ZAK je certifikovaným elektronickým nástrojem, který slouží zadávání veřejných zakázek. Dodavatelé musí být v E-ZAK registrováni, aby mohli podat elektronickou nabídku.

Na elektronický nástroj E-ZAK (<https://ezak.cnpk.cz>) je napojena **Centrální databáze dodavatelů (CDD)** portálu FEN, kde probíhá registrace a administrace uživatelských účtů. **Dodavatel se musí registrovat v Centrální databázi dodavatelů** v systému FEN.cz (<https://fen.cz/#/registrace>), kde je ověřena jeho identita. Pokud dodavatel nebude registrován, nemůže v systému E-ZAK podávat nabídky ani zasílat zprávy. Proces registrace trvá **do 48 hodin** během pracovních dnů. Další informace jsou zde: <https://sites.google.com/fen.cz/napovedafen/n%C3%A1pov%C4%9Bda-fen/registrace-a-ov%C4%9B%C5%99en%C3%AD-dodavatele>;



[https://ezak.cnpk.cz/manual\\_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf](https://ezak.cnpk.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf) (str. 9-17)  
<https://www.cnpk.cz/blog/zmena-prihlasovani-do-ezak-pro-dodavatele>

Pokud dodavatel v E-ZAKu klikne na odkaz Registrace dodavatele v levém menu, následuje informace o registraci v systému FEN.cz. Důležité odkazy:

[www.FEN.cz](http://www.FEN.cz), případně dodavatel kontaktuje podporu systému FEN či E-ZAK.

Podpora FEN - e-mail: [podpora@fen.cz](mailto:podpora@fen.cz), Tel.: +420 515 917 947

Podpora EZAK - e-mail: [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz), Tel.: +420 538 702 719

V případě, že se dodavatel nedaří zaregistrovat do FEN, může být příčinou, že byl před vyhlášením této VZ již „předregistrován“ administrátorem a jeho IČO je tak obsazeno. V tomto případě je nutné vstoupit k dokončení registrace pomocí hypertextového odkazu z předregistračního e-mailu systému Centrální databáze dodavatelů FEN.cz, který byl zaslán na adresu dodavatele ze strany podpory EZAK. V případě potíží, ztráty nebo neobdržení předregistračního e-mailu lze kontaktovat výše uvedenou podporu systému FEN nebo EZAK.

## 10.2 Komunikace

Komunikace mezi zadavatelem, administrátorem na straně jedné a dodavatelem na straně druhé probíhá elektronicky prostřednictvím systému E-ZAK v detailu VZ uvedeném ve čl. 2.1 ZD a v detailech jednotlivých částí uvedených ve čl. 2.2 ZD. Výjimečně může dodavatel zaslat písemnost na kontaktní e-mail nebo datové schránky zadavatele či administrátora. Nepřipouští se telefonická komunikace ani komunikace v listinné podobě, nestanoví-li ZD jinak.

## 10.3 GDPR

Zadavatel je správcem osobních a citlivých údajů, administrátor zpracovatelem těchto údajů, které jsou získány v této veřejné zakázce. Zpracování údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, která vyplývá ze ZZVZ. Zadavatel, administrátor, jejich zaměstnanci a osoby pověřené kontrolou nabídek jsou vázáni mlčenlivostí. O veřejné zakázce je veden spis, který je neveřejný. Poté co bude zadávací řízení ukončeno, předá administrátor spis zadavateli k archivaci. Skartační lhůta dle ZZVZ činí 10 let od finančního ukončení projektu. Dodavatel je oprávněn požádat o výmaz údajů až po uplynutí skartační doby. Další informace jsou uvedeny na webu administrátora ([www.cnpk.cz](http://www.cnpk.cz)).

Jestliže dodavatel považuje některé údaje z nabídky za citlivé, např. z důvodu ochrany obchodního tajemství, označí je v nabídce. V opačném případě bude uzavřená smlouva zveřejněna včetně všech údajů, které dodavatel uvedl v nabídce.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím budou poskytnuty až po skončení zadávacího řízení.

## 10.4 Výhrady zadavatele

Dodavatel, který nesplní požadavky zadavatele vyplývající z této ZD ani po využití postupu dle §46 ZZVZ zadavatelem, bude po kontrole nabídky vyloučen ze zadávacího řízení.

Zadavatel je oprávněn ověřit si údaje z nabídky dodavatele u třetích osob.

Dodavatelům je doporučeno pravidelně sledovat informace o veřejné zakázce na profilu zadavatele v E-ZAK.

Podepisuje-li dodavatel nabídku, návrh smlouvy, prohlášení nebo jiné dokumenty, musí podpis učinit osoba oprávněná zastupovat dodavatele. Nevyplývá-li oprávnění z výpisu z obchodního rejstříku, předloží dodavatel nejpozději do uzavření smlouvy kopii plné moci.

Zadavatel může dodavatele vyzvat k potvrzení přijetí zprávy. Pokud zadavatel či administrátor zasílá dodavateli zprávu elektronickou poštou (Outlook) a dodavatel zprávu nepotvrdí, považuje se za dobu doručení okamžik přijetí zprávy poštovním serverem dodavatele (tj. okamžik, kdy je zadavateli doručeno oznámení o doručení zprávy). V případě pochybností je okamžikem doručení následující den po odeslání zprávy. V případě zasílání zpráv

v elektronickém nástroji E-ZAK se za dobu doručení považuje okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu dodavatele v elektronickém nástroji, v případě pochybností následující den po odeslání zprávy.

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady spojené s účastí v zadávacím řízení.

Varianty nabídek nejsou připuštěny.

Pokud by zadávací podmínky obsahovaly přímé či nepřímé odkazy na dodavatele, výrobky, patenty, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně připouští a umožňuje nabídnout rovnocenné, kvalitativně srovnatelné technické plnění.

Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně závazku, zadavatel bude postupovat v souladu s § 222 ZZVZ.

V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty je stanovena priorita: 1. zákon, 2. pravidla operačního programu, 3. Směrnice RPK, 4. Zadávací dokumentace, 5. smlouva, 6. příloha ZD, 7. ostatní dokumenty.

Při případné budoucí změně smlouvy se použije ust. § 222 ZZVZ.

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout součinnost v případně kontroly veřejné zakázky ze strany oprávněných orgánů.

Text ZD vč. příloh je duševním vlastnictvím příspěvkové organizace Centrální nákup Plzeňského kraje, přičemž kopírování, přebírání pasáží či zpeněžení této dokumentace je přípustné pouze s předchozím souhlasem ředitelky CNPK.

## 11 PŘÍLOHY

- Příloha č. 1 Krycí list (pro části 1-16 VZ)
- Příloha č. 2 Technická specifikace (pro části 1-16 VZ)
- Příloha č. 3a Návrh kupní smlouvy (pro části 13-16 VZ)
- Příloha č. 3b Návrh kupní smlouvy (pro části 1-12 VZ)
- Příloha č. 4 Vzor prohlášení a formulářů
- Příloha č. 5 Prohlášení k OVZ
- Příloha č. 6 Výkresy pro část 3

V Domažlicích

Domažlická nemocnice, a.s.

Domažlická nemocnice, a.s.