

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 17. 7. 2023

NÁZEV ZAKÁZKY

NÁKUP DIGITÁLNÍCH UČEBNÍCH POMŮCEK V RÁMCI NPO

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/140/CN/23	ČÍSLO JEDNACÍ:	4363/23/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P23V00000496
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10638.html				
ODKAZ VVZ:	-----				
ODKAZ TED:	-----				
ZADAVATEL:	Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141				
SÍDLO:	Národních mučedníků 141, Klatovy, 339 01	IČO:	61781797		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Ing. Vladislav Smolík - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Ing. Vladislav Smolík				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň	IČO:	72046635		
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Mgr. Renata Janoušková				
E-MAIL:	renata.janouskova@cnpk.cz				
DRUH VZ:	Dodávky	REŽIM VZ:	VZMR	DRUH ŘÍZENÍ:	III. sk
FINANCOVÁNO Z EU:	Národní plán obnovy, MŠMT				

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 13. 7. 2023 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z potencionálních dodavatelů, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dobrý den,
měl bych prosím několik dotazů k vámi vypsánému výběrovému řízení ze dne 11. 7. 2023.

Dotaz č. 1:

Položka 2 - pojezdná kamera robot (vozítko). V požadavcích uvádíte požadovaný rozsah provozní teploty: v rozsahu -15° až 45° C. Dle informací od výrobce zařízení je možný rozsah možný pouze v rozmezí -10 to 40 °C. Můžete prosím akceptovat tento jiný provozní rozsah?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách své minimální požadavky na předmět plnění a současně minimální a maximální rozsah (hranice) a to:

Rozsah provozní teploty: v rozsahu min. -15 (tj. -15, -14, -13...) až max. 45° C (tj. 45, 44, 43, 42...), které musí parametry nabízeného zboží splňovat. Parametry nabízeného zboží musí tudíž splňovat minimální i maximální toleranci, nesmí být nižší či vyšší.

Pokud dodavatel dodá zboží s parametry v tomto stanoveném rozmezí, bude toto akceptováno.

Dotaz č. 2:

Položka 4 : Pro digitální fotoaparát příslušných parametrů požadujete zoom objektiv 22mm-110mm. Objektiv těchto parametrů k tomuto zařízení není. Vyrábí se zoom objektiv v parametrech 24mm-105mm.

Můžete tedy akceptovat v řízení objektiv 24mm-105mm?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách své minimální požadavky na předmět plnění a současně minimální a maximální rozsah (hranice) a to:

Min. ohnisková vzdálenost 22 mm (tj. 22, 23, 24...), Max. ohnisková vzdálenost 110 mm (tj. 110, 109, 108...) které musí parametry nabízeného zboží splňovat. Parametry nabízeného zboží musí tudíž splňovat minimální i maximální toleranci.

Pokud dodavatel dodá zboží s parametry v tomto stanoveném rozmezí, bude toto akceptováno.

Dotaz č. 3:

Položka 6 - mikroskop. V zadávacím řízení požadujete k mikroskopu -stůl na vzorky min. 120x115 mm posuvný ve dvou osách, posuv min. 65x25mm.

Výrobce předmětného zařízení však vyrábí pouze: Stůl na vzorky 125x116 mm posuvný ve dvou osách, posuv 70x30mm.

je tedy pro vás akceptovatelný stůl na vzorky v těchto parametrech výrobce?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách své minimální požadavky na předmět plnění a to:

Stůl na vzorky – min. 120 x 115 mm posuvný ve dvou osách, posuv min. 65 x 25mm

Požadované parametry jsou minimální, a je možno nabídnout i zboží s větším rozměrem.

Pokud nabízené zboží bude splňovat zadavatelem požadovanou minimální hodnotu a vyšší, zadavatel bude akceptovat.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni dne 17. 7.2023

Mgr. Renata Janoušková

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace